

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商名称：南宁育帆医疗器械有限公司

质疑供应商地址：南宁市西乡塘区明秀东路155号2栋五楼503室 邮编：530001

质疑供应商联系人：何世英 质疑供应商联系电话：13707715925

授权代表：刘红 联系电话：199 7630 6053

联系地址：南宁市西乡塘区明秀东路 155 号 2 栋五楼 503 室 邮编：530001

质疑提出日期：2025 年 11 月 5 日

二、质疑项目基本情况：

质疑项目名称：牙科综合治疗机

质疑项目编号：WZZC2025-J1-990279-GXZX

采购人名称：梧州市红十字会医院

采购文件获取时间：2025 年 10 月 28 日

三、质疑中标供应商基本情况：

被质疑供应商：南宁嘉瑞医疗器械销售有限公司

拟中标供应商生产厂家：珠海西格医疗设备有限公司

拟中标供应商产品及型号：“西格”品牌牙科综合治疗机、V2000

四、质疑事项具体内容：

质疑事项 1：招标文件中“技术要求：5. 气压：0.55—0.80Mpa”。“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机气压：最低气压 0.55，Mpa，无最高气压说明，属于虚假应标。

事实依据：我公司通过核对拟中标产品的彩页、产品说明书、技术参数等资料阅读和研判，“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机未有任何文字和图片体现上述功能。

本医疗设备技术参数见下表所列：

安全类别	I	主熔丝管	10A 250V
防护类型	Type B	口腔灯额定照明度	8000-30000Lx
设备运行方式	间歇运行	LED 口腔灯	AC12V 8VA
防护程度	不防进液的普通设备	卤素灯	AC12V 50VA
电源电压	AC230V±22V	输入功率	900VA
气源压力	≥550 kPa	电源频率	50/60Hz
加热器	AC24V 120W	气源流量	≥50L/min
水源压力	200 kPa~400 kPa	水过滤器孔径	75 μm
气源体要求	不含油、水、细菌	水源流量	≥10L/min
水源体要求	自来水或符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的水源	气过滤器孔径	20 μm

间歇运行工作模式：最大工作时间 2min，最小停止时间 18min。

以上截图摘自“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机使用说明书第 2 页



质疑事项 2：招标文件中“性能要求：▲1.1 具有一键自动水路管道消毒功能。”“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机不具有一键自动水路管道消毒功能，属于虚假应标。

事实依据：我公司通过核对拟中标产品的彩页、产品说明书、技术参数等资料阅读和研判，“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机未有任何文字和图片体现上述功能。



V5000/V2000 主操作面板

2.1.2 按键符号说明

按键	说明	按键	说明
	手术椅上升键		漱口椅位键
	手术椅下降键		设置键
	手术椅背上升键		冲孟键
	手术椅背下降键		漱口杯加水键
	手术椅程序位 A 键		漱口加水加热键
	手术椅程序位 B 键		手术灯开关键
	手术椅程序复位键		光导灯开关键
	手术椅急救位键		观片灯开关键

以上图示摘自 V2000 型牙科综合治疗机使用说明书第 2 页、第 3 页

质疑事项 3：招标文件中“性能要求：▲1.2 内置洁牙模块，与治疗机同一品牌。”“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机内置洁牙模块与治疗机不属于同一品牌，属于虚假应标。

事实依据：国家药品监督管理局官方网站查询结果。

https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/search-result.html

国家药品监督管理局 National Medical Products Administration

数据查询

首页 政务服务门户 使用提示

关键词 珠海西格医疗设备有限公司

搜索结果： 境内医疗器械（注册）

序号	注册证编号	注册人名称	产品名称	详情
1	粤械注准20192060832	珠海西格医疗设备有限公司	牙科X射线机	
2	粤械注准20192111317	珠海西格医疗设备有限公司	小型压力蒸汽灭菌器	
3	粤械注准20162171585	珠海西格医疗设备有限公司	牙科综合治疗机	
4	粤械注准20232061486	珠海西格医疗设备有限公司	牙科X射线机	
5	粤械注准20162171437	珠海西格医疗设备有限公司	牙科综合治疗机	
6	粤械注准20222170770	珠海西格医疗设备有限公司	牙科综合治疗机	

说明 共 6 条 10条/页 前往 1 页

本站由国家药品监督管理局主办 版权所有：国家药品监督管理局
Copyright © NMFA All Rights Reserved
网站标识码bm35000001 备案序号京ICP备13027807号 京公网安备11010202008311号
地址：北京市西城区展览路1号100037

政府网站 找错 话老化 无障碍服务

质疑事项 4：招标文件中“性能要求：1.9 高速手机 2 支，4 孔快换接头式，具有水路“防回吸”功能，防止交叉感染。冷却形式：单点喷雾，转速 ≥ 310000 转/分钟，可进行 $\geq 135^{\circ}\text{C}$ 高温和真空灭菌消毒，与治疗机同一品牌。”“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机高速手机与治疗机不属于同一品牌，属于虚假应标。

事实依据：国家药品监督管理局官方网站查询结果。

https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/search-result.html

国家药品监督管理局
National Medical Products Administration

数据查询

首页 政务服务门户 使用提示

请选择 珠海西格医疗设备有限公司 高级搜索

搜索结果：境内医疗器械（注册）

序号	注册证编号	注册人名称	产品名称	详情
1	粤械注准20192060832	珠海西格医疗设备有限公司	牙科X射线机	详情
2	粤械注准20192111317	珠海西格医疗设备有限公司	小型压力蒸汽灭菌器	详情
3	粤械注准20162171585	珠海西格医疗设备有限公司	牙科综合治疗机	详情
4	粤械注准20232061486	珠海西格医疗设备有限公司	牙科X射线机	详情
5	粤械注准20162171437	珠海西格医疗设备有限公司	牙科综合治疗机	详情
6	粤械注准20222170778	珠海西格医疗设备有限公司	牙科综合治疗机	详情

说明 1 共 6 条 10条/页 前往 1 页

本站由国家药品监督管理局主办 版权所有：国家药品监督管理局
Copyright © NMPA All Rights Reserved
网站备案号：京ICP备13027807号 京公网安备11010202008311号
地址：北京市西城区展览路1号 | 邮编：100037

政府网站 找错 适老化 无障碍服务

质疑事项 5: 招标文件中“性能要求: 1. 10 低速手机 1 套: 转速 ≥ 20000 转/分钟, 可进行 $\geq 135^{\circ}\text{C}$ 高温和真空灭菌消毒与治疗机同一品牌。”“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机低速手机与治疗机不属于同一品牌, 属于虚假应标。

事实依据: 国家药品监督管理局官方网站查询结果。

https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/search-result.html

Q ☆ ... Q XXXL月亮今晚上演



国家药品监督管理局

National Medical Products Administration

数据查询

首页

政务服务门户

使用提示

请选择

珠海西格医疗设备有限公司

Q

高级搜索

搜索结果: 境内医疗器械 (注册)

序号	注册证编号	注册人名称	产品名称	详情
1	粤械注准20192060832	珠海西格医疗设备有限公司	牙科X射线机	详情
2	粤械注准20192111317	珠海西格医疗设备有限公司	小型压力蒸汽灭菌器	详情
3	粤械注准20162171585	珠海西格医疗设备有限公司	牙科综合治疗机	详情
4	粤械注准20232061486	珠海西格医疗设备有限公司	牙科X射线机	详情
5	粤械注准20162171437	珠海西格医疗设备有限公司	牙科综合治疗机	详情
6	粤械注准20222170778	珠海西格医疗设备有限公司	牙科综合治疗机	详情

说明 < 1 > 共 6 条 10条/页 前往 1 页

本站由国家药品监督管理局主办 版权所有: 国家药品监督管理局

Copyright © NMPA All Rights Reserved

网站标识码bm35000001 备案序号: 京ICP备13027807号 京公网安备11010202008311号

地址: 北京市西城区展览路1号 | 邮编: 100037



政府网站
找错




适老化
无障碍服务

第 5 页 共 21 页

质疑事项 6：招标文件中“性能要求：1.12 器械盘：超大器械盘，尺寸 $\geq 500\text{mm}$ （长） $\times 300\text{mm}$ （宽），可承载 ≥ 1.5 千克。配有透明整体防污罩,防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染。”“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机器械盘无尺寸说明，尺寸不符合招标文件要求。其次其器械盘 PVC 保护垫仅可保护器械盘防止交叉感染，而无法对按键做整体保护及防止交叉感染，属于虚假应标。

事实依据：我公司通过核对拟中标产品的彩页、产品说明书、技术参数等资料阅读和研判，“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机器械盘无尺寸说明，且保护垫无法对按键做整体保护及防止交叉感染。






治疗台PVC垫可取出清洗消毒

以上截图摘自“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机彩页



质疑事项 7：招标文件中“性能要求▲2.3 助手位可控功能包括但不限于：口腔灯、漱口水、冲盂水、复位键、椅位记忆 1 以及牙科椅升、降、俯、仰等相关功能。”“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机助手位不具有采用椅位记忆 1 按键，属于虚假应标。

事实依据：我公司通过核对拟中标产品的彩页、产品说明书、技术参数等资料阅读和研判，“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机助手位不具有采用椅位记忆 1 按键。




V5000/V2000 助手位操作面板

按键	说明	按键	说明
	手术椅上升键		漱口椅位键
	手术椅下降键		设置键
	手术椅背上升键		冲孟键
	手术椅背下降键		漱口杯加水键
	手术椅程序位 A 键		漱口水加热线
	手术椅程序位 B 键		手术灯开关键
	手术椅程序复位键		光导灯开关键
	手术椅急救位键		观片灯开关键


以上图示摘自“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机使用说明书
第 2 页、第 3 页

质疑事项 8：招标文件中“性能要求 6. 脚控功能：多功能脚控（脚踏式），包括但不限于以下功能：椅位控制、手机控制、洁牙机控制、手术灯开关。”“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机脚控功能不具有手术灯开关，属于虚假应标。

事实依据：我公司通过核对拟中标产品的彩页、产品说明书、技术参数等资料阅读和研判，“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机脚控功能不具有手术灯开关。



3.3.4 气控多功能踏板式脚踏



移动开关操作：拨动椅位移动开关，可控制手术椅上升、下降；靠背上升、下降。

程序位左开关踏板操作：短按程序位左开关踏板为漱口程序位，再次按为漱口复位。长按（约2秒）听到“嘟”蜂鸣器声为A程序位。

程序位右开关踏板操作：短按程序位右开关踏板为椅位复位功能。长按（约2秒）听到“嘟”蜂鸣器声为B程序位。

左按键操作：短按按键为干磨和湿磨工作切换。

右按键操作：按下按键动态器械为单喷气；松开按键，单喷气停止。

脚踏踏板：从上向下移动，控制动态器械工作转速或功率的逐渐加大。

提手操作：可用脚勾起提手移动脚踏。

以上
图示
摘自
“西
格”品
牌
V2000
型牙
科综
合治
疗机
使用

说明书第6页

质疑事项9：招标文件中“单台牙椅配置清单1.1 与治疗机同一品牌高速手机2支。”“西格”品牌V2000型牙科综合治疗机高速手机与治疗机不属于同一品牌，属于虚假应标。

事实依据：同质疑事项4。

质疑事项10：招标文件中“单台牙椅配置清单1.2 与治疗机同一品牌低速手机（含直机、弯机、马达）1套。”“西格”品牌V2000型牙科综合治疗机低速手机与治疗机不属于同一品牌，属于虚假应标。

事实依据：同质疑事项5。

质疑事项11：招标文件中“单台牙椅配置清单1.4 与治疗机同一品牌内置洁牙机1套。”“西格”品牌V2000型牙科综合治疗机内置洁牙模块与治疗机不属于同一品牌，属于虚假应标。

事实依据：同质疑事项 3。

质疑事项 12：招标文件中“单台牙椅配置清单 2.4 与治疗机同一品牌内置光固化机 1 台。”“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机内置光固化机与治疗机不属于同一品牌，属于虚假应标。

事实依据：国家药品监督管理局官方网站查询结果。

https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/search-result.html

Q XXXL月亮今晚上演



国家药品监督管理局
National Medical Products Administration

数据查询

首页

政务服务门户

使用提示

请选择

珠海西格医疗器械有限公司

高级搜索

搜索结果： 境内医疗器械 (注册)

序号	注册证编号	注册人名称	产品名称	详情
1	粤械注准20192060832	珠海西格医疗器械有限公司	牙科X射线机	详情
2	粤械注准20192111317	珠海西格医疗器械有限公司	小型压力蒸汽灭菌器	详情
3	粤械注准20162171585	珠海西格医疗器械有限公司	牙科综合治疗机	详情
4	粤械注准20232061486	珠海西格医疗器械有限公司	牙科X射线机	详情
5	粤械注准20162171437	珠海西格医疗器械有限公司	牙科综合治疗机	详情
6	粤械注准20222170778	珠海西格医疗器械有限公司	牙科综合治疗机	详情

说明 1 共 6 条 10条/页 前往 1 页

本站由国家药品监督管理局主办 版权所有：国家药品监督管理局
Copyright © NMPA All Rights Reserved
网站标识码bm35000001 备案序号京ICP备13027807号 京公网安备11010202003311号
地址：北京市西城区展览路1号 | 邮编：100037



政府网站
找错




无障碍
无障碍服务

质疑事项 13：招标文件中“单台牙椅配置清单 3.2 一体式陶瓷漱口盆 1 套。”“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机上部为陶瓷材质，下面拆卸部分为塑料材质，不属于陶瓷材质，属于虚假应标。

事实依据：我公司通过核对拟中标产品的彩页、产品说明书、技术参数等资料阅读和研判，“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机上部为陶瓷材质，下面部分为塑料材质，不属于陶瓷材质。





痰盂盆可拆卸清洗



出水头可拆卸清洗

以上图示摘自“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机彩页




“西诺” S2308 型痰盂为招标参数配置要求的一体式陶瓷痰盂

质疑事项 14：招标文件中“商务

要求：售后服务 ▲4. 使用有效期限：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于 15 年。”“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机注册使用年限为

15 年，因此在时间范围内无法做到设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于 15 年，属于虚假应标。

事实依据：“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机铭牌。



质疑事项 15：其他：“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机注册证产品结构及组成/主要组成成分不符合招标文件的要求。依据国家相关监管部门发布的牙科综合治疗机注册技术审查指导原则（2016 年修订版）和牙科综合治疗机注册审查指导原则（2024 年修订版）相关要求：如果申报的产

品结构组成中包括专用型的模块（或部件），如超声洁牙模块、光固化机模块、观片灯、三用喷枪、牙科马达部分（低压电动马达或气动马达，非通配型接口）、牙科手机部分（牙科直手机或牙科弯手机，非通配型接口），建议将主机与模块（或部件）放在同一注册单元；在这种情况下，若该模块或部件如有相应的技术指导原则，该模块部件还应符合相应指导原则的要求。如牙科手机应符合《牙科手机注册技术指导原则》的要求等。指导原则中说明如 3.5 接口要求（预留接口）（如适用）性能指标中增加与配件配合使用的外接接口要求，如电动马达接口、光固化机接口，洁牙机接口等。应明确接口规格尺寸、电压、电流及其他性能要求等，举例如下：洁牙机接口要求：如接口仅用于配件供电，应明确提供的电压、电流值，如供电电压 AC24V，供电电流 6A 等；如有特殊接口，应明确接口规格尺寸及其他要求，如消毒接口等。如用于连接牙科治疗机软管与手机的连接件应符合 YY /T 0514 的规定。

“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机医疗器械注册证中产品结构及组成/主要组成成分中，无文字标注洁牙机、光固化机为其组成部分，因此无法保证加装洁牙机、光固化机能够满足国家相关标准规定，易带来安全不稳定性，且属于违法相关医疗器械管理规定，属于私装行为，因此不满足招标文件技术参数要求。

事实依据：国家药品监督管理局官方网站查询结果、牙科综合治疗机注册审查指导原则（2016 年修订版）、牙科综合治疗机注册审查指导原则（2024 年修订版）。

境内医疗器械（注册）——“粤械注准20162171437”基本信息

注册证编号	粤械注准20162171437
注册人名称	珠海西格医疗设备有限公司
注册人住所	珠海市唐家湾镇创新一路1号2栋
生产地址	珠海市唐家湾镇创新一路1号2栋
产品名称	牙科综合治疗机
管理类别	第二类
型号规格	V1000、V2000、V5000、V6000
结构及组成/主要组成成分	主要由电动牙科椅、器械盘、漱口给水装置、口腔灯、吸唾器、痰盂、喷枪、观片灯、脚踏开关组成。
适用范围/预期用途	供医疗部门口腔科作诊断、治疗和手术用。
产品储存条件及有效期	无
附件	产品技术要求
其他内容	\
备注	本文件与“粤械注准20162171437”注册证共同使用。
审批部门	广东省药品监督管理局
批准日期	2021-05-06
生效日期	
有效期至	2026-05-05
变更情况	2024-11-07: 注册证附件“产品技术要求”变更内容见第(共9页)
注	详情

“西格”品牌 V2000 型牙科综合治疗机医疗器械注册证

国家药品监督管理局官方网站查询结果

牙科综合治疗机注册技术审查指导原则

(2016 年修订版)

本指导原则旨在指导注册申请人对牙科综合治疗机注册申报资料的准备及撰写,同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。

5.如果申报的产品结构组成中包括专用型的模块(或部件),如超声洁牙模块、光固化机模块、观片灯、三用喷枪、牙科马达部分(低压电动马达或气动马达,非通配型接口)、牙科手机部分(牙科直手机或牙科弯手机,非通配型接口),建议将主机与模块(或部件)放在同一注册单元;在这种情况下,若该模块或部件如有相应的技术指导原则,该模块部件还应符合相应指导原则的要求。如牙科手机应符合《牙科手机注册技术指导原则》的要求等。

牙科综合治疗机注册审查指导原则(2016 年修订版)部分文件内容

牙科综合治疗机注册审查指导原则 (2024 年修订版)

本指导原则旨在指导注册申请人对牙科综合治疗机注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。

本指导原则是对牙科综合治疗机的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用，若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是供申请人和审查人员使用的指导文件，不涉及注册审批等行政事项，亦不作为法规强制执行，如有能够满足法规要求的其他方法，也可以采用，但应提供详细的研究资料和验证资料。应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规、标准体系及当前认知水平下制定的，随着法规、标准体系的不断完善和科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将适时进行调整。

3.如果申报的产品结构组成中包括专用型的模块（或部件），如超声洁牙模块、光固化机模块、观片灯、三用喷枪、牙科马达部分（低压电动马达或气动马达，非通配型接口）、牙科手机部分（牙科直手机或牙科弯手机，非通配型接口），建议将主机与模块（或部件）放在同一注册单元；在这种情况下，若该模块或部件如有相应的技术指导原则，该模块部件还应符合相应指导原则的要求。如牙科手机应符合《牙科手机注册技术指导原则》的要求等。

3.5 接口要求（预留接口）（如适用）

性能指标中增加与配件配合使用的外接接口要求，如电动马达接口、光固化机接口，洁牙机接口等。应明确接口规格尺寸、电压、电流及其他性能要求等，举例如下：洁牙机接口要求：如接口仅用于配件供电，应明确提供的电压、电流值，如供电电压 AC24V，供电电流 6A 等；如有特殊接口，应明确接口规格尺寸及其他要求，如消毒接口等。如用于连接牙科治疗机软管与手机的连接件应符合 YY/T 0514 的规定。

牙科综合治疗机注册审查指导原则（2024 年修订版）部分文件内容

文件依据：国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心官方网站牙科综合治疗机注册审查指导原则（2024 年修订版）。

网站地址：<https://www.cmde.org.cn/flfg/zdyz/flmlbzh/flmlylqx/20221229192244140.html>

上述质疑事项法律依据综述：

1、《中华人民共和国招标投标法》规定：“第三十三条 投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。”、“第四十一条 中标人的投标应当符合下列条件之一：（一）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。”、“第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定：“第六十八条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。”

3、《中华人民共和国政府采购法》规定：“第五十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。”、“第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照：构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

- (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (四)向采购、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

五、与质疑事项相关的质疑请求：

基于以上事实和法律规定，按照公平、公正、公开的原则，我司就质疑事项的请求如下：

1、依据本项目招标文件第 21 页 4. 特别说明：5、设备配置及技术要求中标“▲”号是指本项目主要产品中与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，并作为产品设备性能的考核指标，竞标货物必须满足标注“▲”号的实质性技术条款，若无法满足则做无效响应处理。供应商须提供材料证明竞标货物满足标注“▲”号的实质性技术条款，证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等。6、非标注“▲”号的参数负偏离达到 1 项及以上的作无效响应处理。

2、请求公示的中标公司和中标品牌商按照质疑事项——提供产品相关证件和证明及实物和相关第三方检测报告予以答复。

3、请求按招标文件要求重新对公示的中标产品是否具备招标技术要求进行全面核查，核查中标人提供的技术支持资料真实性。

4、若质疑事项成立，请根据《中华人民共和国政府采购法》规定，取

消中标资格，并对中标供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

5、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内做出回复。同时我公司保留答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉的权利。

质疑供应商名称（公章）：南宁育帆医疗器械有限公司

质疑供应商授权代表（签字或盖章）：




2025 年 11 月 5 日

授权委托书

广西中信恒泰工程顾问有限公司：

兹授权刘红同志为我方参加贵单位组织的 牙科综合治疗机 项目（项目编号：WZZC2025-J1-990279-GXZX）活动的代理人，全权代表我方处理在该项目活动中的一切事宜。

代理期限从 2025 年 11 月 5 日至 2026 年 5 月 31 日止



授权单位（加盖单位公章）：南宁育帆医疗器械有限公司

法定代表人（负责人）（签字或签章）：

签发日期：2025 年 11 月 5 日

