

关于高清电子支气管镜系统（重）的质疑答复（二）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：广西亿舟医疗科技有限公司

地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道 401 号南宁航洋信和广场 3 号楼三十层 3021 房

邮编：530219

法定代表人：易桃

授权代表：韦静雯

联系电话：183****9163

二、质疑项目基本情况

质疑项目名称：高清电子支气管镜系统（重）

质疑项目编号：WZZC2025-J1-990285-GXZX

采购人名称：梧州市工人医院

收到质疑函的日期：2025 年 11 月 19 日

三、质疑答复书内容

我司于 2025 年 11 月 19 日收到贵方送达的关于我司代理的“高清电子支气管镜系统（重）（WZZC2025-J1-990285-GXZX）”项目质疑函 1 份。我司对贵司所提出的质疑内容高度重视，即刻将质疑函报送采购人，经组织原谈判小组与采购人共同研究讨论核查，现对质疑事项答复如下：

质疑事项 1：技术要求：一、医用内窥镜图像处理器：9、具备 SDI、S-video、Y/C、DVI、HDMI 等视频输出接口”，珠海视新提供的 HP-1315 主机不具备 Svideo、Y/C、HDMI 接口，因此不符合招标文件要求，为虚假应标。

质疑答复 1：经核查成交供应商提供的响应文件，成交供应商已响应该条参数。响应内容为“具有 DVI、SDI 两种高清信号输出方式，输出接口各 2 个,共 4 路输出，可通过转接头兼容其他常规信号 SDI、S-video、Y/C、DVI、HDMI 等视频输出接口”。质疑人提供的事实依据不充分，质疑不成立。



质疑事项 2:技术要求:二、冷光源, 1、具有独立的 LED 内窥镜冷光源, LED 灯数量>3;珠海视新提供的 HP-1315 的主机系统与冷光源采用集成一体设计,因此不符合招标文件要求,为虚假应标。

质疑答复 2: 经核查成交供应商的响应文件, 成交供应商中标产品型号为: LG-1900T, 已按谈判文件要求响应该条参数。质疑人提供的事实依据不充分, 质疑不成立。

质疑事项 3:技术要求:三、医用监视器, 1、采用医用高清监测器, 监视器尺寸 ≥ 27 寸。珠海视新提供的 HP-1315 的主机系统与显示器采用集成一体设计, 显示屏为 15.6 英寸, 因此不符合招标文件要求, 为虚假应标。

质疑答复 3: 经核查成交供应商已按谈判文件要求响应该条参数, 配套高清影像工作站的医用监视器为深圳市巨烽显示科技有限公司生产的 27 寸全高清手术医用显示器, 型号为:S2720P。质疑人提供的事实依据不充分, 质疑不成立。

质疑事项 4:技术要求:六、电子胸腔内窥镜, 6、镜体弯曲角度:向上 $\geq 180^\circ$, 向下 $\geq 180^\circ$ 珠海视新提供的 TH-12 系列电子胸腔内窥镜向下弯曲为 130° , 不符合招标文件要求, 为虚假应标。

质疑答复 4: 经核查成交供应商提供的响应文件, 该参数已响应为负偏离。质疑人提供的事实依据不充分, 质疑不成立。

质疑事项 5:技术要求:七、便携式电子支气管镜(治疗镜), 6、弯曲角度:向上 $\geq 180^\circ$ 向下: $\geq 130^\circ$;珠海视新提供的 BR-1259 电子支气管镜向上弯曲为 160° , 不符合招标文件要求, 为虚假应标。

质疑答复 5: 经核查成交供应商的响应文件, 成交供应商已按谈判文件要求响应该条参数。响应文件中已提交竞标产品(型号: BR-1259)公开流通彩页, 证明该产品弯曲角度: 向上 180° , 向下 130° 符合说明书内容。质疑人提供的事实依据不充分, 质疑不成立。

质疑事项 6:技术要求:七、便携式电子支气管镜(治疗镜), 5、工作通道内径: $3.2\text{mm} \geq \text{中} \geq 3\text{mm}$;珠海视新提供的 BR-12 系列电子支气管镜最大工作通道为 2.8mm, 不符合招标文件要求, 为虚假应标。

质疑答复 6: 经核查成交供应商的响应文件, 成交供应商已按谈判文件要求响应该条参

数并提供产品公开流通彩页证明（规格型号:BR-1259）工作通道为 3.0mm。质疑人提供的事实依据不充分，质疑不成立。

质疑事项 7:技术要求:八、便携式电子支气管镜(检查镜),4、插入部外径:5.2mm $\geq$ 中 $\geq$ 4.9mm;珠海视新提供的 BR-1249 电子支气管镜最大插入部外径为 5.5mm,超出 5.2mm 上限,且在满足工作通道孔径大小的情况下插入部越大越差,支气管镜插入部越大进入到更细的支气管越难,此项应为负偏离,不符合招标文件要求,为虚假应标。

质疑答复 7:经核查成交供应商的响应文件,成交供应商已按谈判文件要求响应该条参数并提供产品公开流通彩页证明（规格型号:BR-1249）插入部外径为 4.9mm,工作通道为 2.6mm。质疑人提供的事实依据不充分,质疑不成立。

质疑事项 8:便携式电子支气管镜(检查镜),5、工作通道内径:2.6mm $\geq$ 中 $\geq$ 3mm;珠海视新提供的 BR-1249 最小器械通道为 1.8mm,低于 2.6mm 下限,不在要求的 2.6mm $\geq$ 中 $\geq$ 3mm 内,支气管镜在同等外径下器械通道越大越好,越大的器械通道可进入更多规格的器械,此项应为负偏离,不符合招标文件要求,为虚假应标。

质疑答复 8:经核查成交供应商的响应文件,成交供应商已按谈判文件要求响应该条参数并提供产品公开流通彩页证明（规格型号:BR-1249）插入部外径为 4.9mm,工作通道为 2.6mm。质疑人提供的事实依据不充分,质疑不成立。

质疑事项 9:技术要求:八、便携式电子支气管镜(检查镜),6、弯曲角度:向上: $\geq 180^\circ$ 向下: $\geq 130^\circ$;珠海视新提供的 BR-1249 电子支气管镜向上弯曲 160° ,不符合招标文件要求,为虚假应标。

质疑答复 9:经核查成交供应商的响应文件,成交供应商已按谈判文件要求响应该条参数。响应文件中已提交竞标产品（型号:BR-1249）公开流通彩页,证明该产品弯曲角度:向上 180° ,向下 130° 符合说明书内容。质疑人提供的事实依据不充分,质疑不成立。

综上所述,质疑人提出的质疑事项不成立,驳回质疑。

贵司如对本次答复不满意,参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的相关规定,有向同级政府采购监督管理部门投诉的权利。感谢贵司对本项目采购活动的支持和监督。

特此答复。



附件：

1. 广西亿舟医疗科技有限公司质疑函
2. 关于高清电子支气管镜系统(重)的质疑答复(二)

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2025年11月28日

