

广西诚华工程造价咨询有限公司

高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统更正公告（四）

一、项目基本情况

原公告的采购项目名称：高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统

原公告的采购项目编号：BSZC2025-J1-310070-GXCH

首次发布公告日期：2025 年 6 月 18 日

二、更正信息

更正事项：谈判文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第二章 采购需求	具体内容详见附件	具体内容详见本次更正公告附件
2	响应文件 提交截止 时间及响 应文件开 启时间	本项目因故延期，响应文件提交截止时间及响应文件开启时间待定	2025 年 8 月 22 日 9 时 30 分 (北京时间)

更正日期：2025 年 8 月 18 日

三、公告发布媒体：

在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

四、联系事项

1. 采购人信息

名称：隆林各族自治县中医医院

地址：隆林各族自治县新州镇江那小区

项目联系人：常国明

项目联系方式：0776-5084153

2. 采购代理机构信息

名称：广西诚华工程造价咨询有限公司

地址：百色市右江区迎龙路 66 号幸福东郡第 8 栋第 1 单元 2 层 217-219 号

联系方式：0776-8889888

3. 项目联系方式

项目联系人：陆璐

电话：0776-8889888

广西诚华工程造价咨询有限公司

2025 年 8 月 18 日



附件:

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第二章采购需求	▲1.2 触摸屏要求: ≥ 12 英寸彩色触摸屏, 触摸屏角度可以独立于主机调节 1.4 触摸屏支持手势控制, 支持将显示器上的超声图像投影到触摸屏上 1.5 中央刹车和直行锁功能 2.12 具备 B 模式局部 ROI 区域高分辨率显示技术, 提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率, 支持实时显示高分辨率显示取样框, 且支持高分辨率显示取样框的大小可调节, 有利于甲状腺等组织肿块的鉴别诊断 2.16 一键自动优化, 要求一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 ▲3.2.3 剪切波定量弹性成像, 具备组织硬度定量分析软件, 弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切波速度, 定量组织的硬度信息 4.3 全自动左心射血分数的测量, 不需要连接心电图, 并具有专门按键, 对冻结的心脏图像, 一次按键, 机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期, 并且以左右双幅图像显示, 自动得出 EF、SV 等测量数值 6.3.1 最大速度: $\geq 8.60\text{m/s}$ (连续多普勒速度: $\geq 28\text{m/s}$) 七、连通性要求 7.1 支持网络连接 ▲7.2 具有远程图像通讯能, 可将静态和动态图像发送到电脑终端 八、探头规格 8.3 浅表探头频率: 4.0-15.0MHz	▲1.2 触摸屏要求: ≥ 12 英寸彩色触摸屏。 1.4 删除。 1.5 删除。 2.12 具备 B 模式局部放大功能 2.16 具备一键图像自动优化功能。 ▲3.2.3 剪切波定量弹性成像, 具备组织硬度定量分析软件。 4.3 全自动左心射血分数的测量, 不需要连接心电图, 对冻结的心脏图像, 机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期, 自动得出 EF、SV 等测量数值 6.3.1 最大速度: $\geq 8.60\text{m/s}$ (连续多普勒速度: $\geq 21\text{m/s}$) 7.1 符合 DICOM 3.0 规范的医学数字成像与通信接口组件。 ▲7.2 可将动态图像发送到工作站终端保存, 并可将动态图像导出。 8.3 浅表探头频率: 4.0-14.0MHz。
2	响应文件提交截止时间及响应文件开启时间	本项目因故延期, 响应文件提交截止时间及响应文件开启时间待定	2025 年 8 月 22 日 9 时 30 分 (北京时间)