

广西国泰招标咨询有限公司关于高清电子内窥镜及医用胶片打印机、医用
胶片采购（NNZC2025-G1-250059-GTZB）
更正公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NNZC2025-G1-250059-GTZB
原公告的采购项目名称：高清电子内窥镜及医用胶片打印机、医用胶片采购
首次公告日期：2025 年 6 月 24 日

二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	招标文件第二章 采购需求中的 1 分标货物需求一 览表	▲2. 兼容性：可兼容同品牌胃肠镜、超 声内镜、支气管镜、十二指肠镜等，提 供拓展诊疗平台。	▲2. 兼容性：可兼容同品牌胃肠镜、超声 内镜等，提供拓展诊疗平台。
2	招标文件第二章 采购需求中的 1 分标货物需求一 览表	▲2. 具有图像放大功能，可放大至≥3 倍。	▲2. 具有图像放大功能，可放大至≥2 倍。
3	招标文件第二章 采购需求中的 1 分标货物需求一 览表	▲5. 图像处理器主机具有≥500G 的内 置存储容量，具备离线诊断功能，能够 保存录制患者病变影像资料，能在病人 离开后进一步对录像视频进行回放和 诊断，为完善后续的诊断方案提供视频 依据，同时避免一定的医疗风险。	▲5. 图像处理器主机具有≥500G 的存储容 量，具备离线诊断功能，能够保存录制患 者病变影像资料，能在病人离开后进一步 对录像视频进行回放和诊断，为完善后续 的诊断方案提供视频依据，同时避免一定 的医疗风险。
4	招标文件第二章 采购需求中的 1 分标货物需求一 览表	十、十二指肠内窥镜：1 根 1. 视野角：视向角≥105°，视野方向： 侧视； 2. 景深：4mm-60mm； 3. 钳道孔内径≥4.2mm；	十、肠镜：1 根 1. 钳道孔内径≥4.2mm； 2. 头端部外径≤13.5mm； 3. 插入部主软管外径≤11.3mm；

		4. 头端部外径 $\leq 13.5\text{mm}$ ；插入部主软管外径 $\leq 11.3\text{mm}$ ； 5. 有效工作长度 $\geq 1240\text{mm}$ ； 6. 弯曲角度：上 $\geq 120^\circ$ 下 $\geq 90^\circ$ ，左 $\geq 90^\circ$ 右 $\geq 110^\circ$ 。	4. 有效工作长度 $\leq 1240\text{mm}$ 。																																																																																
5	招标文件第二章 采购需求中的 1 分标货物需求一 览表	▲十一、质保期 1. 质保期：设备安装验收合格使用后，整机质保期不少于 3 年（含 1 台主机、2 条电子胃镜、2 条电子结肠镜、1 条电子十二指肠镜）	▲十一、质保期 1. 质保期：设备安装验收合格使用后，整机质保期不少于 3 年（含 1 台主机、2 条电子胃镜、2 条电子结肠镜、1 条肠镜）																																																																																
6	招标文件第二章 采购需求中的 1 分标货物需求一 览表	十二、设备接入医院信息系统相关费用由供货商承担。 配置清单 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>产品名称</th><th>单位</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>图像处理器</td><td>台</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>冷光源</td><td>台</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>专用台车</td><td>台</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>专用医用显示器</td><td>台</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>电子上消化道内窥镜（检查型）</td><td>根</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>电子上消化道内窥镜（治疗型）</td><td>根</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>电子下消化道内窥镜（治疗型）</td><td>根</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>电子下消化道内窥镜（检查型）</td><td>根</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>电子十二指肠内窥镜</td><td>根</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	单位	数量	1	图像处理器	台	1	2	冷光源	台	1	3	专用台车	台	1	4	专用医用显示器	台	1	5	电子上消化道内窥镜（检查型）	根	1	6	电子上消化道内窥镜（治疗型）	根	1	7	电子下消化道内窥镜（治疗型）	根	1	8	电子下消化道内窥镜（检查型）	根	1	9	电子十二指肠内窥镜	根	1	十二、设备接入医院信息系统相关费用由供货商承担。 配置清单 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>产品名称</th><th>单位</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>图像处理器</td><td>台</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>冷光源</td><td>台</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>专用台车</td><td>台</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>专用医用显示器</td><td>台</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>电子上消化道内窥镜（检查型）</td><td>根</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>电子上消化道内窥镜（治疗型）</td><td>根</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>电子下消化道内窥镜（治疗型）</td><td>根</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>电子下消化道内窥镜（检查型）</td><td>根</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>肠镜</td><td>根</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	单位	数量	1	图像处理器	台	1	2	冷光源	台	1	3	专用台车	台	1	4	专用医用显示器	台	1	5	电子上消化道内窥镜（检查型）	根	1	6	电子上消化道内窥镜（治疗型）	根	1	7	电子下消化道内窥镜（治疗型）	根	1	8	电子下消化道内窥镜（检查型）	根	1	9	肠镜	根	1
序号	产品名称	单位	数量																																																																																
1	图像处理器	台	1																																																																																
2	冷光源	台	1																																																																																
3	专用台车	台	1																																																																																
4	专用医用显示器	台	1																																																																																
5	电子上消化道内窥镜（检查型）	根	1																																																																																
6	电子上消化道内窥镜（治疗型）	根	1																																																																																
7	电子下消化道内窥镜（治疗型）	根	1																																																																																
8	电子下消化道内窥镜（检查型）	根	1																																																																																
9	电子十二指肠内窥镜	根	1																																																																																
序号	产品名称	单位	数量																																																																																
1	图像处理器	台	1																																																																																
2	冷光源	台	1																																																																																
3	专用台车	台	1																																																																																
4	专用医用显示器	台	1																																																																																
5	电子上消化道内窥镜（检查型）	根	1																																																																																
6	电子上消化道内窥镜（治疗型）	根	1																																																																																
7	电子下消化道内窥镜（治疗型）	根	1																																																																																
8	电子下消化道内窥镜（检查型）	根	1																																																																																
9	肠镜	根	1																																																																																
7	招标文件第三章 投标人须知第一 节投标人须知前 附表中的“29.2 允许负偏离项”	商务要求评审中非 ▲ 条款允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项（按分标计算）。 技术要求评审中非 ▲ 条款允许负偏离的条款数为 <u>2</u> 项（按分标计算）。	商务要求评审中非 ▲ 条款允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项（按分标计算）。 1 分标技术要求评审中非 ▲ 条款允许负偏离的条款数为 <u>5</u> 项；2 分标技术要求评审中非 ▲ 条款允许负偏离的条款数为 <u>2</u> 项。																																																																																
8	招标文件第四章	(1) 基本分（满分 10 分）	(1) 基本分（满分 10 分）																																																																																

	评标方法及评分标准中 1 分标的的“评分标准”中的“2.1 技术”	货物参数完全满足招标文件货物需求一览表要求的得 10 分；允许偏离的货物参数存在负偏离或漏项的，每有 1 项负偏离或漏项的扣 5 分，扣完为止。	货物参数完全满足招标文件货物需求一览表要求的得 10 分；允许偏离的货物参数存在负偏离或漏项的，每有 1 项负偏离或漏项的扣 2 分，扣完为止。
9	招标公告中的“提交投标文件截止时间和开标时间”	提交投标文件截止时间和开标时间： <u>2025 年 7 月 15 日 9 时 30 分</u> （北京时间）	提交投标文件截止时间和开标时间： <u>2025 年 7 月 21 日 9 时 30 分</u> （北京时间）

更正日期：2025 年 7 月 4 日

三、其他补充事宜

请按以上更正内容执行，其它内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：上林县人民医院

地址：广西壮族自治区南宁市上林县大丰镇新华路 1 号

联系方式：樊主任，0771-5258565

2. 采购代理机构信息

名 称：广西国泰招标咨询有限公司

地 址：广西南宁市民族大道 141 号中鼎万象东方 D 区六楼

联系方式：韦家松，0775-4568783

3. 项目联系方式

项目联系人：韦家松

电 话：0775-4568783

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2025 年 7 月 4 日

