

广西德润天怡咨询有限公司关于 G 臂采购 (LZZC2025-G1-240047-GXDR) 的
更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LZZC2025-G1-240047-GXDR

原公告的采购项目名称：G 臂采购

首次公告日期：2025 年 06 月 17 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	《公开招标采购文件》第一章 公开招标公告 项目概况	G 臂采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）获取招标文件，并于 2025 年 7 月 8 日 09:20（北京时间）前递交投标文件。	G 臂采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）获取招标文件，并于 2025 年 7 月 17 日 09:20（北京时间）前递交投标文件。
2	《公开招标采购文件》第一章 公开招标公告 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	提交投标文件截止时间：2025 年 7 月 8 日 09:20（北京时间） 开标时间：2025 年 7 月 8 日 09:20	提交投标文件截止时间：2025 年 7 月 17 日 09:20（北京时间） 开标时间：2025 年 7 月 17 日 09:20
3	《公开招标采购文件》第二章 采购需求中序号 1 货物（标的）名称 G 臂 技术参数第 5 点	机架 ▲5.1 机架形态：伸缩式 C/G 可变 ▲5.2 开口角度：≥180°	机架 5.1 机架形态：伸缩式 C/G 可变 5.2 开口角度：≥180°
4	《公开招标采购文件》第四章 评标方法及评标标准 二、评标方法	带▲符号为实质性技术参数，按以下内容提供材料，每提供一项得 2 分，满分 12 分。 1. ▲1.1 整机结构：一体机	带▲符号为实质性技术参数，按以下内容提供材料，每提供一项得 3 分，满分 12 分。 1. ▲1.1 整机结构：一体机

序号 2.1 评审因素 产品综合性能分	2. ▲3.2 球管类型:旋转阳极 小焦点:≤0.3mm;大焦点:≤0.6mm 3. ▲4.8 DQE: ≥80% 4. ▲5.1 机架形态:伸缩式 C/G 可变 5. ▲5.2 开口角度: ≥180° 6. ▲6.4 分辨率: ≥2560*1440 注: 投标时须提供相关证明材料加以佐证(相关证明材料包括但不限于系统功能截图、产品的技术性能或功能图片、第三方检测报告或产品官方截图等), 以上材料均需加盖投标人公章; 提供不符合要求或不提供的则不得分。	2. ▲3.2 球管类型:旋转阳极 小 焦点:≤0.3mm;大焦点:≤0.6mm 3. ▲4.8 DQE: ≥80% 4. ▲6.4 分辨率: ≥2560*1440 注: 投标时须提供相关证明材料加以佐证(相关证明材料包括但不限于系统功能截图、产品的技术性能或功能图片、第三方检测报告或产品官方截图等), 以上材料均需加盖投标人公章; 提供不符合要求或不提供的则不得分。
---------------------	--	---

更正日期: 2025 年 07 月 02 日

三、其他补充事宜

请按以上更正内容执行, 相关条款作相应变更, 其余内容不变。

四、对本次公告提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 融安县人民医院
地址: 广西柳州融安县长安镇新民一区 324

联系方式: 0772-8134110

2. 采购代理机构信息

名称: 广西德润天怡咨询有限公司
地址: 柳州市城中区学院路 50 号鑫中联大厦 1 栋 1 单元 510

联系方式: 0772-3720755

3. 项目联系方式

项目联系人: 张玉珊
电话: 0772-3720755