



广西中傲工程项目管理有限公司

公开招标文件

项目编号：GGZC2025-G1-040151-GXZA

项目名称：覃塘区人民医院医疗设备采购

采购单位：贵港市覃塘区人民医院

采购代理机构：广西中傲工程项目管理有限公司

2025 年 8 月

目 录

第一章 公开招标公告	2
第二章 招标项目采购需求	6
第三章 投标人须知	55
第四章 评定标准	84
第五章 合同主要条款	88
第六章 响应文件格式	97
第七章 质疑、投诉材料格式	119

第一章 公开招标公告

广西中傲工程项目管理有限公司关于覃塘区人民医院医疗设备采购[GGZC2025-G1-040151-GXZA]招标公告

项目概况

覃塘区人民医院医疗设备采购的潜在供应商应在 广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) “供应商注册入口”完成账号注册后，登录 广西政府采购云平台 “项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件，并于 2025 年 9 月 18 日上午 9 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2025-G1-040151-GXZA

项目名称：覃塘区人民医院医疗设备采购

预算金额：肆佰捌拾万零玖仟元整（¥4809000.00 元）。其中，1 分标：壹佰贰拾肆万元整（¥1240000.00 元）；2 分标：贰佰贰拾叁万玖仟元整（¥2239000.00 元）；3 分标：壹佰叁拾叁万元整（¥1330000.00 元）。

采购需求：本项目分为 3 个分标。1 分标：采购医疗设备，1 项，包含：骨折、肺结节、冠脉或头颈 CTA 等 AI 软件，全自动组织脱水机，显微镜，听力计，微生物检测一体机，幽门螺杆菌测试仪；2 分标：采购医疗设备，1 项，包含：视频喉镜、多功能监护仪、转运病人监护仪、胸腔按压泵、便携式彩色多普勒超声系统、医用控温仪、转运监护仪；3 分标：采购医疗设备，1 项，包含：24 小时动态血压检测仪、便携式彩色多普勒超声系统、多普勒外周血管检测仪、人体成份分析仪、便捷式肺功能仪、呼吸康复训练一体机、感觉神经定量检测仪、中医体质辨识仪。如需进一步了解详细内容，详见招标文件的采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起 20 天内完成全部供货、技术培训并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐ 专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

☒ 非专门面向中小企业采购的项目

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营技术性能达到本次采购服务要求的供应商。

3.2 具有行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证。

三、获取招标文件

时间：2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 18 日。

地点：在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）免费下载公开招标采购文件。

方式：网 上 下 载 。 本 项 目 不 发 放 纸 质 文 件 ， 潜 在 投 标 人 可 自 行 在 广 西 政 府 采 购 云 平 台 （<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购 -获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，未在广西政府采购云平台注册的投标人可在获取公开招标文件前登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）进行注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 9 月 18 日上午 9 点 00 分（北京时间）

投 标 地 点 （ 网 址 ） ： 通 过 广 西 政 府 采 购 云 平 台 （ 网 址 ：<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线投标，投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收。

开标时间：2025 年 9 月 18 日上午 9 点 00 分（北京时间）

开标地点：通过广西政府采购云平台（网址：<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线开标。（本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：无需缴纳保证金。

2. 本项目需要落实的采购政策：无

3. 网上公告媒体查询：<http://www.ccgp.gov.cn/>（中国政府采购网）、<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/>（贵港市政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西·贵港）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/>）。

4. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6. 在线投标响应（电子投标）说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可

以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA 证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：贵港市覃塘区人民医院

地址：贵港市覃塘区人民医院内

联系方式：郭聪 联系电话：0775-4724986

2. 采购代理机构信息

名 称：广西中傲工程项目管理有限公司

地 址：贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城 S-3 幢 2 号楼

联系方式：0775-4261019

3. 项目联系方式

项目联系人：庞雅

电 话：0775-4261019

4. 政府采购监督管理部门：贵港市覃塘区财政局政府采购监督综合股；联系电话：

0775-4721505

广西中傲工程项目管理有限公司

2025 年 8 月 28 日

第二章 招标项目采购需求

一、说明：

1、本需求表中的技术与规格参数配置要求为最低配置要求，投标人响应的技术参数及性能配置要实质上相当于或优于采购要求，同时填写投标明细表和技术响应表。本表中，凡在“技术参数及性能（配置）”中表述为（或包含）“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

2、本需求表中技术参数中带“★”条款为关键条款的内容，投标产品应满足或优于该条款要求，否则投标无效。

3、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款，投标人不满足实质性要求条款，投标文件按无效处理。

4、本采购项目需求表标注号的为产品的重要性能参数，必须满足或者优于该要求，否则报价无效。

5、本采购项目需求表中内容如与“合同主要条款”相关条款不一致的，以本表为准。

6、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

7、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。

8、所属行业：零售业

二、采购需求如下：

1 分标：采购医疗设备

序号	货物名称	数量	单位	技术参数
1	AI 影像辅助诊断系统	1	套	一、设备要求及数量：肺结节 CT 智能辅助检测软件，1 套；胸部骨折智能分诊软件，1 套；头颈 CTA 智能辅助分析软件，1 套 二、系统架构及技术规格： 1.1 支持常见医疗影像设备直接连接，在统一网络环境中可以支持影像设备主动推送 DICOM 影像 1.2 支持医院 PACS/RIS/后处理工作站等的系统对接，传输 DICOM 图像信息及 RIS 跳转整合 1.3 具有影像过滤功能，可以快速且有效地筛选需要服务器智能预测的影像 1.4 支持与主流报告终端及后处理工作站兼容 三、通用平台功能： 1.1 支持影像数据列表显示，并在列表中显示患者姓名、病例号、检查号、检查时间、预测结果、处理类型等信息 1.2 支持影像数据排序，可在病例列表中按患者姓名、病例号、检查号、检查日期等对病例数据进行排序 1.3 支持影像数据搜索，可通过输入患者姓名、病例号、检查号、设备类型、处理类型、检查日期区间等信息进行影像数据搜索 1.4 支持预测结果显示，可在病例列表中显示预测结果和正在预测中的状态 1.5 支持对数据进行重新预测、优先预测、删除等操作 1.6 支持对默认窗宽窗位进行配置 1.7 支持对快捷键进行配置 1.8 支持对鼠标操作进行配置 1.9 支持对图文报告 LOGO 和主界面 LOGO 进行配置 1.10 支持对系统用户统一管理 1.11 支持用户添加、删除及密码修改 四、技术规格和服务要求：

			肺结节 CT 智能辅助检测软件 肺结节 CT 智能辅助检测软件 1 肺结节基础阅片功能 1.1 具备图像放大与缩小功能 1.2 具备图像窗宽窗位的调整功能 1.3 具备拖动鼠标调节窗宽窗位功能 1.4 具备自定义预设图像窗宽窗位自功能 1.5 具备长度测量、角度测量等多种图像测量方式 1.6 具备闭合曲线测量功能（选择几个点，自动用曲线拟合一个闭合图形） 1.7 具备自定义测量功能（用鼠标轨迹勾画一个闭合图形） 1.8 具备标签功能，可添加文本标签和箭头标签 1.9 具备按序自动滚动播放轴位图像，可调节播放速度：0.5 倍、1 倍、1.25 倍、1.5 倍、2 倍、3 倍 1.10 具备图像放大镜功能 1.11 具备四角信息显示/隐藏功能 1.12 具备四角信息自定义功能。可根据科室习惯对四角信息（如：医院、检查时间、患者姓名、设备型号、当前缩放比、窗宽窗位、当前 CT 值等）进行自定义配置 1.13 具备轴位图像反色显示功能 1.14 具备恢复设置功能 1.15 具备多视图窗功能，窗口布局不少于 16 种 1.16 具备双窗纵隔窗对比功能，同时显示肺窗、纵隔窗的结节影像 1.17 具备多视图窗联动操作，包括移动、缩放、窗宽窗位、滚动 4 种操作，支持所需联动操作的自定义选择 2 肺结节病灶增强显示功能 2.1 具备自动显示医学图像中的病灶，并用标记框框选的功能。标记框支持显示和隐藏 2.2 具备将所有检出的肺结节以列表形式展现在界面上的功能 2.3 具备自动分析结节性质信息（钙化、实性、纯磨玻璃、混合
--	--	--	--

			磨玻璃、疑似肿块、胸膜、叶间裂)的功能 2.4 具备自动分析结节长径数据和平均径数据;自动分析结节体积数据、结节密度数据、结节位置信息(肺叶/肺段位置)的功能 2.5 具备多平面重建(MPR)功能,方便在不同角度上观察同一结节病灶。支持轴位、冠状位、矢状位图像层厚和层间距调整并支持正交十字线、非正交十字线的任意角度旋转 2.6 具备最大/最小密度投影(MIP/MinIP)重建功能,并支持轴位、矢状位、冠状位保持同步。支持轴位、冠状位、矢状位图像层厚和层间距调整并支持正交十字线、非正交十字线的任意角度旋转 2.7 具备结节排序功能,应该包括按层面数,结节类型,长径大小,良恶性,左右肺不同排序方式 2.8 具备结节筛选功能,应包括结节类型,长径大小。且具备多条件组合筛选,以满足特殊筛选需求;并按照结节大小,有选择地隐藏和显示感兴趣的结节 2.9 具备一键式点击实现检出结节病灶的放大,移动及测量的功能,提高工作效率 3 肺结节辅助诊断功能 ★3.1 自动测量结节面积、体积数据、结节密度数据和结节影像组学参数详细信息 3.2 自动生成结节密度直方图。并在轴位图上用不同颜色展示结节实性成分和非实性成分区域。实性/非实性成分阈值可调整 ★3.3 自动给出结节表征:支持 20 种表征类别 3.4 具备自动对新增结节所在层面逐层生成标记框标记的功能 3.5 具备对新增结节自动分割,并自动逐层标记新增结节轮廓的功能 3.6 具备自动生成新增结节病灶卡的功能,并自动分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT 值等信息 3.7 具备新增结节轮廓增大调整功能。支持手动增大已经由 AI 自动识别出的结节轮廓,并自动重新分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT 值等信息
--	--	--	---

			3.8 具备新增结节轮廓缩小调整功能。支持手动缩小已经由 AI 自动识别出的结节轮廓，并自动重新分析结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT 值等信息 3.9 具备新增结节自动生成描述信息的功能，描述内容包括，结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、结节表征、CT 值、实性占比等 3.10 具备通过对 CT 单层图像局部区域框选自动新增结节，并自动生成该结节密度直方图的功能 3.11 具备新增结节信息自动添加至图文报告的功能，自动添加内容包括，结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、结节表征、CT 值、实性占比等 3.12 具备新增结节轮廓调整后的信息自动同步到诊断报告的功能。支持手动调整已由 AI 自动识别出的结节轮廓，并自动重新计算调整后结节的结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT 值等信息，调整后重新计算的结果可实现在诊断报告栏的同步修改 3.13 具备新增结节轮廓调整后的信息自动同步到图文报告的功能。支持手动调整已由 AI 自动识别出的结节轮廓，并自动重新计算调整后结节的结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT 值等信息，调整后重新计算的结果可以实现在图文报告的同步修改 3.14 具备新增结节自动归档功能，支持自动将新增结节的关键层面图像及结节性质、所在层面、所在肺段、长短径、体积、CT 值等信息自动分析并归档的功能 3.15 具备新增结节也可自动新增到靶重建模块中并支持显示和的操作的功能 3.16 具备自动调取患者历史影像数据，无需手动输入，实现前后片联动，对比分析结节历史影像表现，直观显示结节变化等的功能 3.17 具备本地上传患者历史数据，并与患者当前影像对比的功能 3.18 当前后片功能开启时，点击任一结节，可自动分析结节前后
--	--	--	---

			片的长短径、体积、CT 值（最大、最小值）的变化，生成体积趋势预估图、密度分析图并自动计算倍增时间 3.19 当前后片功能开启时，点击任一结节，提供前后片的结节实性部分占比变化、结节表征变化、结节质量变化、结节标准差变化等信息 3.20 内置 AI 智能数据库，根据当前浏览影像，AI 自动提供类似影像特征的图像，每个当前病例至少可匹配 5 例相似病例。相似病例具备病灶相似度百分比、结节实性占比和病理信息描述，用于辅助当前病例诊断与教学 3.21 同时支持 Brock、Mayo 肺癌风险评估模型，结合患者年龄、性别，合并肺癌家族史与肺气肿史，评估结节的恶性概率 3.22 具备“加入随访”功能，具备将随访结果一键加入患者随访管理系统 3.23 具备在随访系统中查询、添加、删除、归档患者任意一次随访记录 3.24 具备在随访系统中生成 Recist 疗效评估建议，提供给医生作为参考 3.25 具备病例收藏功能，且收藏列表支持批量修改和批量删除，并有单独控件 4 肺结节结构化报告功能 4.1 具备一键生成“图文报告”功能。并支持报告 PACS 推送功能，支持报告的保存、下载、推送、打印操作 4.2 提供不少于 10 种随访指南（至少包括 NCCN 指南，RADS 指南，Fleischner 指南，中国专家共识指南，亚洲共识指南、中国县域指南、中国肺癌筛查标准、ACCP 指南、亚太指南、《中国肺癌低剂量 CT 筛查指南（2023）》） 4.3 在产品界面的“诊断报告”栏处，可直接选择至少 12 种诊断报告模板，已生成的诊断报告内容会根据模板选择自动调整 4.4 图文报告图片支持在报告编辑页的替换，可替换为预设截图、手工截图及本地上传图片 4.5 图文报告可以以报告或 dicom 格式回传至 PACS
--	--	--	---

			5 肺结节胶片功能 5.1 具备胶片预排版功能。可预设置符合习惯的胶片图像和排版布局 5.2 具备快速选片功能。可按图像类型快速调整胶片图像 5.3 具备胶片布局快速调整功能。可根据需求快速调整指定胶片布局 5.4 具备新增或删除胶片功能 5.5 具备胶片图像调整功能。可对胶片图像进行缩放、移动、窗宽窗位调整、拖拽、删除、显示/隐藏基本信息等操作，且支持批量操作 5.6 具备将带有 AI 标记或手动标记的图像加入胶片 5.7 具备自定义截图功能，可截取轴位、冠状位、矢状位、MIP、MinIP 等多种序列的任意层面图像 5.8 具备自定义图库功能。图库中的图像可以加入胶片，图库中已加入胶片的图像会有提示标识 5.9 具备图像自动填充功能。自动填充胶片空白区域也可保留空白区域 5.10 具备打印机设置功能。可设置打印尺寸、打印数量、打印模式、打印范围等 5.11 具备胶片归档功能。以 DICOM 格式将胶片打印排版状态的图像推送至 PACS 存储 五、胸部骨折智能分诊软件： 1 骨折分析基础阅片功能 1.1 具备图像放大与缩小功能 1.2 具备图像窗宽窗位的调整功能 1.3 具备拖动鼠标调节窗宽窗位功能 1.4 具备自定义预设图像窗宽窗位自功能 1.5 具备长度测量、角度测量等多种图像测量方式 1.6 具备闭合曲线测量功能（选择几个点，自动用曲线拟合一个闭合图形） 1.7 具备自定义测量功能（用鼠标轨迹勾画一个闭合图形）
--	--	--	--

			1.8 具备标签功能，可添加文本标签和箭头标签 1.9 具备按序自动滚动播放轴位图像，可调节播放速度：0.5 倍、1 倍、1.25 倍、1.5 倍、2 倍、3 倍 1.10 具备图像放大镜功能 1.11 具备四角信息显示/隐藏功能 1.12 具备四角信息自定义功能。可根据科室习惯对四角信息（如：医院、检查时间、患者姓名、设备型号、当前缩放比、窗宽窗位、当前 CT 值等）进行自定义配置 1.13 具备轴位图像反色显示功能 1.14 具备恢复设置功能 2 骨折分析辅助检出功能 3.1 具备自动检出胸部骨骼可疑骨折病灶，并自动提示骨折位置信息（前 / 后，左 / 右位置）的功能 2.2 具备在右侧导航栏显示病灶所在层面位置的功能 2.3 具备将所有检测出的可疑骨折病灶以列表形式展现，并自动提示骨折分类信息（肋骨骨折、锁骨骨折、肩胛骨骨折、椎骨骨折、胸骨骨折、其他骨折）的功能 2.4 支持自动提示骨折性质信息，包括至少 7 种类型：新鲜骨折、陈旧性骨折、半陈旧性骨折、骨破坏、骨转移、术后、其他骨折 2.5 具备自动识别所有肋骨并将肋骨计数标记在 DICOM 每层图像上的功能 2.6 具备肋骨病灶分析功能。检出肋骨骨折后，能自动识别骨折位于 1 到 12 根肋骨中的哪一根肋骨，并自动体现在结构化报告中 2.7 具备检出肋骨骨折后，自动在对应的每层 DICOM 影像上标注显示骨折区域的功能 2.8 具备在 DICOM 每层图像上自动识别胸椎，并自动计数的功能 2.9 具备手动标记，新增可疑病灶且标记病灶可删除的功能 2.10 在框选区域新增病灶并自动在病灶列表新增病灶卡，及自动生成骨病灶相关参数。包括，所在层面、骨折性质、骨折部位、骨折类型等信息的功能 2.11 在诊断报告栏自动生成新增病灶的描述信息。描述内容包
--	--	--	--

			括，所在层面、骨折性质、骨折部位、骨折类型等信息的功能 2.12 新增病灶信息可自动添加至图文报告。自动添加内容包括，所在层面、骨折性质、骨折部位、骨折类型等信息的功能 2.13 具备对病灶列表中的病灶按骨病灶类别（肋骨骨折、锁骨骨折、肩胛骨骨折、椎骨骨折、胸骨骨折、其他骨折）筛选的功能 2.14 具备对病灶列表中的病灶按骨病灶性质（新鲜骨折、陈旧性骨折、半陈旧性骨折、骨破坏、骨转移、术后、骨密度异常、其他骨折、未知）筛选的功能 2.15 具备病灶排序功能。提供按病灶层面数和左右肋的病灶排序 2.16 自动生成指定病灶骨折轴位局部动态图 2.17 自动生成指定病灶骨折 VMIP 局部动态图 2.18 每个病灶的轴位局部动态图和 VMIP 局部动态图都不少于 12 张 3 骨折分析结构化报告功能 3.1 具备结构化报告一键复制功能 3.2 具备诊断报告栏一键清空功能 3.3 具备一键生成“图文报告”功能。并支持报告 PACS 推送功能，支持报告的保存、下载、推送、打印操作。 3.4 图文报告图片支持在报告编辑页的替换，可替换为预设截图、手工截图及本地上传图片 3.5 图文报告可以报告或 dicom 格式回传至 PACS 4 骨折分析胶片功能 4.1 具备胶片预排版功能。可预设置符合习惯的胶片图像和排版布局 4.2 具备快速选片功能。可按图像类型快速调整胶片图像 4.3 具备胶片布局快速调整功能。可根据需求快速调整指定胶片布局 4.4 具备新增或删除胶片功能 4.5 具备胶片图像调整功能。可对胶片图像进行缩放、移动、窗宽窗位调整、拖拽、删除、显示/隐藏基本信息等操作，且支持批量操作
--	--	--	--

			4.6 具备将带有 AI 标记或手动标记的图像加入胶片 4.7 具备自定义截图功能，可截取轴位、冠状位、矢状位、MIP、MinIP、VR、拉直曲面重建、伸展曲面重建、两种曲面重建组合图等多种序列的任意层面、角度图像 4.8 具备自定义图库功能。图库中的图像可以加入胶片，图库中已加入胶片的图像会有提示标识 4.9 具备图像自动填充功能。自动填充胶片空白区域也可保留空白区域 4.10 具备打印机设置功能。可设置打印尺寸、打印数量、打印模式、打印范围等 4.11 具备胶片归档功能。支持将图文报告以 DICOM 或者图片两种方式推送至 PACS 5 肋骨分析功能 5.1 支持基于胸部 CT 图像的体渲染 VR 重建功能，且体渲染重建图像支持任意方位旋转 5.2 支持胸部骨骼不同部位 VR 重建的单独显示：左侧肋骨、右侧肋骨、椎骨和其它骨的 VR 图像，且重建图像都支持任意角度旋转 5.3 支持胸部骨骼不同部位 VR 重建的半透明显示：左侧肋骨、右侧肋骨、椎骨和其它骨的 VR 图像，且重建图像都支持任意角度旋转 5.4 具备在 VR 图像上显示肋骨计数的功能。鼠标移动到 VR 图像的肋骨上，自动显示该肋骨的计数号 5.5 具备在 VR 图像上标记病灶位置的功能 5.6 具备肋骨自动 CPR 重建功能，并提供拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展曲面重建（Stretched CPR）两种 5.6.1 支持单根肋骨伸展曲面重建（Stretched CPR），图像具备 360° 旋转功能 5.6.2 支持肋骨拉直曲面重建（Straightened CPR），图像具备自动 360° 旋转功能 5.6.3 支持肋骨去肉和带肉两种方式重建肋骨拉直曲面重建（Straightened CPR）
--	--	--	--

			5.7 支持单根、单侧、全部肋骨的拉直曲面重建（Straightened CPR）图像展示 5.8 支持轴位图像、VR、拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展类曲面重建（Stretched CPR）在同一页面联动展示 5.9 支持肋骨骨折病灶在 VR、拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展类曲面重建（Stretched CPR）标记显示 六、头颈 CTA 智能辅助分析软件： 1 头颈 CTA 数据管理及配置功能 1.1 支持对图像重建类型（血管 VR、血管带骨 VR）进行配置 1.2 支持对 CPR 旋转角度、Lumen 旋转角度、探针间隔进行配置 1.3 支持对 ECA（颈外动脉）是否预测进行配置 1.4 支持对 MPR 层厚与层间距比例进行配置 1.5 支持对血管中线的起点和终点进行配置 1.6 支持对颅内 VR 图像重建前循环起点（ICA-C1 到 C7）进行配置 1.7 支持对颅内 VR 图像重建后循环起点（VA-V1 到 V4、MA）进行配置 1.8 支持对 VR 渲染参数进行配置 1.9 支持对推送图像类型、角度和排序进行配置 1.10 支持分别输入颅内 VR/VMIP、颅内血管 VR/VMIP、Willis 环 VR/VMIP 图像水平及垂直方向旋转角度值用于推送和打印 1.11 支持对胶片表头进行配置，可同时提供至少四种默认配置方案选择并具备任意添加多种方案 1.12 支持对打印图像类型、角度和排序进行配置 1.13 支持对胶片布局、大小进行配置 1.14 支持对打印图像排序进行配置 2 头颈 CTA 后处理功能 2.1 支持头颈血管 VR、VMIP 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.2 支持头颈 VR、VMIP 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.3 支持前循环、后循环、Willis 环的 VR、VMIP 及 1° -360° 任意角度图像展示
--	--	--	---

			2.4 支持头颈血管 Inverse VMIP 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.5 支持头颈血管 SR 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.6 支持头颈带骨 VR 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.7 支持头颈骨左、右矢状位 VR 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.8 支持头颈骨半透明 VR 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.9 支持颅内轴位 VR、VMIP 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.10 支持下颅内轴位 VR 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.11 支持左、右颅内矢状位 VR 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.12 支持前、后颅内冠状位 VR 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.13 支持颅内血管 VR、VMIP 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.14 支持颅内 VR、VMIP 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.15 支持颅内血管 Inverse VMIP 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.16 支持颅内前、后循环 VR、VMIP 及 1° -360° 任意角度图像展示 2.17 支持曲面重建（CPR）、拉直图、多平面重建（MPR）的 1° -360° 任意角度图像展示 2.18 支持对 MPR 图像进行正交旋转和自由旋转 2.19 支持在原始图像上任意感兴趣区域（ROI）进行重建，并支持对 ROI 的任意调整 2.20 支持在原始图像上任意感兴趣区域（ROI）的调整进行 VMIP 渲染，自动去骨 2.21 支持在原始图像上任意感兴趣区域（ROI）的调整进行 VR 渲染，支持去骨和带骨 2.22 支持 MPR 和 VR 同屏显示，并在 VR 图像中显示探针截面联动图 2.23 支持血管探针图像与 VR 图像融合展示，实现探针图像点与血管 VR 图像对应点重合，在 VR 上实时显示探针图像 ★2.24 支持探针图像自动播放功能，实现探针图像在血管 VR 图像上延血管实时变化，速度可调 3 头颈 CTA 阅片功能 3.1 支持自动识别最优序列，在阅片界面优先显示
--	--	--	--

			3.2 支持鼠标拖动实现图像滚动、移动、缩放、局部放大、调节窗宽窗位等操作 3.3 支持预设默认窗、血管窗、ISR 窗 3.4 支持长度测量、角度测量等多种图像测量方式 3.5 支持在 VR 图像上直接测量空间长度 3.6 支持多边形测量（选择几个点，自动用直线拟合一个闭合图形） 3.7 支持闭合曲线测量（选择几个点，自动用曲线拟合一个闭合图形） 3.8 支持自定义测量（用鼠标轨迹勾画一个闭合图形） 3.9 支持添加标签、标记等，并支持带标签、标记图像截图用于后续推送打印 3.10 支持同一血管分段上可标记多个相同类型的病灶 3.11 支持按序自动滚动播放轴位图像，可调节播放速度：0.5 倍、1 倍 3.12 支持在 VR 图像上使用套索任意裁剪，支持套索删除和套索保留两种模式 3.13 支持在 MIP 图像上调节层数 4 头颈 CTA 编辑功能 4.1 支持通过在编辑界面移动 CPR 图像中心线上的点实现调整 AI 后处理结果 4.2 支持对血管命名进行编辑并在重建图像上更新显示，名称支持自由输入 4.3 支持对血管进行延长、裁剪等操作并在重建图像更新显示 5 头颈 CTA 辅助诊断功能 5.1 支持自动识别图像质量并给出评级：优、良、中、差 5.2 支持自动给出头颈部主要血管的命名，并生成血管列表，包括：颈总动脉、颈内动脉、椎动脉、基底动脉、大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉、前交通动脉、后交通动脉、锁骨下动脉、头臂干、主动脉弓 5.3 支持起源异常分析，包括左/右侧椎动脉起源于主动脉弓/头
--	--	--	--

			臂干/颈总动脉、左/右侧椎动脉开窗/发育不良、基底动脉开窗、左/右侧椎动脉发育纤细、左/右侧椎动脉走形迂曲、头臂干与左颈总共干、左/右侧锁骨下动脉迷走等 18 种异常检测 5.4 支持 Willis 环评估，包括双前交通动脉、前交通动脉缺失、左侧 A1 段发育不良、左侧 A1 段缺如、右侧后交通段发育不良、右侧后交通缺如、双侧后交通段发育不良、左侧胚胎型大脑后动脉、右侧胚胎型大脑后动脉、左侧后交通动脉起源处漏斗状扩张、后侧后交通动脉起源处漏斗状扩张、双侧交通动脉起源处漏斗状扩张等 18 种异常检测 5.5 支持对每根血管狭窄情况自动进行狭窄程度分级（分为未见狭窄、轻度狭窄、中度狭窄、重度狭窄、完全闭塞） 5.6 支持一个分段血管上的多个狭窄可分别生成病灶卡，各自独立显示各狭窄分级 5.7 支持自动分析血管狭窄的具体数值，并以百分比为单位显示 5.8 支持对狭窄数值进行修改，修改结果自动同步狭窄分级 5.9 支持自动检出斑块，对斑块进行分类，并在冠脉分段列表中显示 5.10 支持一个分段血管上的多个斑块可分别生成病灶卡，各自独立显示各斑块分类 5.11 支持自动识别支架并在在血管分段列表中提示 5.12 支持自动识别支架状态（通畅、狭窄） 5.13 支持自动检出动脉瘤并在血管分段列表中提示 5.14 支持自动计算动脉瘤形态学参数。包括：长度、宽度、高度、瘤颈宽度、最长直径、体积 5.15 支持自动计算动脉瘤衍生参数。包括：长宽比、尺寸比、纵横比 6 头颈 CTA 胶片功能 6.1 支持对胶片图像进行移动、缩放、窗宽窗位调节等操作，支持批量操作 6.2 支持可视化胶片图库管理，选中图库中的图，可联动查看胶片中对应图像的位置
--	--	--	---

			6.3 支持在图库中直接显示已加入胶片的图像 6.4 支持在图库中快速删除胶片影像 6.5 支持通过切换序列项显示同检查下不同序列图像 6.6 支持跨序列（期相）选图，不同序列的图像在胶片中一并展示 6.7 支持不同序列的图像加入胶片后，合并为一个序列用于推送/打印 6.8 支持自动/手动方式生成组合图并加入推送/打印图像，组合图支持 CPR&探针&拉直，CPR&探针，拉直&探针等 6.9 支持将带有 AI 注释结果或手动标记的图像加入推送/打印图像 6.10 支持以图片和胶片两种方式推送至 PACS 7 头颈 CTA 图文报告功能 7.1 支持一键生成图文一体化结构报告 7.2 支持在结构化报告中自动以表格形式生成各血管检出情况 7.3 支持在结构化报告中自动生成头颈和颅内 VR 重建图像 7.4 支持在结构化报告中自动生成病灶区域图像和量化参数 ★7.5 支持通过自定义截图或者通过本地上传的方式替换结构化报告中的图像 7.6 支持将图文报告以报告或者图片两种方式推送至 PACS
2	全自动组织脱水机	1	台 主要规格、技术参数及要求： ★1、单缸处理量≥330 个有序排列标准包埋盒。 ★2、组织脱水缸和标本篮筐材质要求为不锈钢；组织脱水缸盖主开关要求为机械手柄，需有未锁紧报警装置； ★3、采用≥15 寸彩色液晶触摸屏作为用户界面，360 度旋转无死角。 4、互相独立的液体和气体通路，并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶，无污染气体外泄。 ★5、脱水缸盖带透明玻璃视窗，便于观察脱水缸内状况。 6、定时功能：可按星期设定任意一天组织脱水完成时间。 7、具有断电保护功能，停电后重新来电，仪器能自动从断点按序

			工作。 8、备有≥ 10套组织处理程序，供用户设置和选择使用。 9、试剂管理系统：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用周期。系统自动计数，到达阈值后提示更换试剂和石蜡。酒精和石蜡自动梯度更换。 ★10、一键式自由切换常规脱水和快速脱水。白天启动快速脱水程序，对小标本进行快速脱水，≤ 3小时完成脱水。晚上启动常规脱水程序。 11、气体压力转换装置：由一个机械结构装置完成气体压力转换，避免了电磁阀引起的高故障率。 12、自动换蜡功能：第一缸石蜡排到废蜡缸后，由原来的第二缸石蜡进入第一缸，再由原来的第三缸石蜡进入第二缸，第三缸加入新蜡即可。 13、试剂自动轮换功能：同一种试剂的第一缸试剂排入废液缸后，系统将以正确的顺序（根据清洁度由低至高排列）自动使用试剂并在使用完成后排入前一个试剂缸，无需手动轮换试剂瓶位置。 14、多重安全保护功能：2个液位传感器感知最低和最高液平面，提示和停止运行保护功能；工作室超温检测和断电保护功能； ★15、磁力搅拌功能，缩短了标本脱水时间，脱水效果更好。 ★16、试剂瓶检测：具有位置探测和蓝光照射功能，可实时检测试剂瓶是否插入到位，保证脱水程序能正常运行；试剂瓶未插入到位有黄光闪烁并声音报警；试剂瓶身具有容量刻度标识，在背景蓝光透射下，方便液位观察。 17、具有故障电话报警功能。 18、工作结束有声音和屏幕提示。 19、试剂瓶数量：≥ 12个 20、蜡缸数量：≥ 3个 ★21、脱水缸容积：$\geq 6L$，试剂瓶容积：$\geq 6L$ 22、工作室加热温度：介质为溶剂时温度为$0^{\circ}C-45^{\circ}C$，介质为石蜡时温度为$55^{\circ}C-70^{\circ}C$，可调。 23、工作压力：正压$\leq 30Kpa$ 负压$0-70Kpa$，可调。
--	--	--	---

			24、蜡缸温度：58℃-70℃, 可调 25、石蜡融化时间<3 小时 26、浸浴设定时间：0~280 分钟, 可设 27、进液时间：0-4min；排液时间 0-4min 可设。 28、搅拌时间：任意设定, 搅拌间隔时间：任意设定 标准配置清单： 1、主机 1 台 2、试剂桶 13 个 3、废蜡盒 1 个 4、脱水篮筐 1 套 5、搅拌棒 2 个 6、铲子 1 把 7、不锈钢盘 1 个
3	生物显微镜	2	台 第一台主要规格、技术参数及要求： 用途：可作切片的明场（BF），用于临床及科研研究工作。 1、工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存，在电源 220V（±10%）/50Hz、气温摄氏 5℃~40℃和相对湿度 80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2、主要技术指标 2.1 生物显微镜 ★2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准 45mm。 2.1.2 放大倍率：40-1000 倍 2.1.3 载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为 211mm × 154mm，活动范围为 X 轴向 76mm × Y 轴向 52mm，双片标本夹 2.1.4 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为 36.8mm，总行程量为 15mm，微调行程为每圈 0.25mm，具备粗调限位挡块和张力调整

			环 2.1.5 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 2.1.6 照明系统：内置长寿命 LED 光源，内置透射光柯勒照明 ★2.1.7 三目观察筒：视场数≥ 20，瞳距调节范围为 48-75mm，铰链式 2.1.8 目镜：10X，带眼罩，视场数≥ 20 ★2.1.9 物镜转盘：与显微镜机身固定的 5 孔物镜转盘 ★2.1.10 物镜：平场消色差物镜 4X (N.A. ≥ 0.1)、10X (N.A. ≥ 0.25)、40X (N.A. ≥ 0.65)、100X (N.A. ≥ 1.25) 2.1.11 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 ★二、2000 万专业成像系统： 1、1 英寸彩色 SONY CMOS IMX183 芯片，最高分辨率为 2000 万像素（5440x3648） 2、曝光时间：0.1ms~15s 3、G 光灵敏度：462mv with 1/30s 4、实时帧速：15@5440x3648；50@2736x1824；60@1824x1216 5、数据接口类型：USB3.0 6、色彩空间：RGB 三、成像软件 1、采集图像：支持 TWAIN 和 DSHOW 接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2、曝光控制：自动和手动； 3、在图像上添加注释等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4、强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转，翻转等处理功能；方便地对图像添加伪彩色等功能； 5、可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并
--	--	--	--

			把测量结果输出到 EXCEL，便于后期分析处理 6、自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 7、实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，用户可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时 EDF 景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片； 8、分割和计数功能，数据可输出到 Excel； 9、可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照。支持 BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF 等各种图像格式。 10、彩色荧光合成功能：将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像；允许对各通道图像的像素位置进行微量调整。 11、快捷的实验报告：一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据用户要求进行编辑定制 四、电脑：I5CPU 内存 4GB，硬盘 1TB，16X DVD-R，液晶显示屏 21.5 寸，操作系统 Win 10 操作系统 第二台（不带摄像功能）主要规格、技术参数及要求： 用途：可作切片的明场（BF），用于临床及科研工作。 1、工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～+50℃的环境条件下运输和贮存，在电源 220V（±10%）/50Hz、气温摄氏 5℃～40℃和相对湿度 80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2、主要技术指标 2.1 生物显微镜 ★2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准 45mm。 2.1.2 放大倍率：40-1000 倍
--	--	--	---

			2.1.3 载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为 211mm × 154mm，活动范围为 X 轴向 76mm × Y 轴向 52mm，双片标本夹 2.1.4 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为 36.8mm，总行程量为 15mm，微调行程为每圈 0.25mm，具备粗调限位挡块和张力调整环 2.1.5 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 2.1.6 照明系统：内置长寿命 LED 光源，内置透射光柯勒照明 ★2.1.7 三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为 48-75mm，铰链式 2.1.8 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 ★2.1.9 物镜转盘：与显微镜机身固定的 5 孔物镜转盘 ★2.1.10 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A. ≥0.1）、10X（N.A. ≥0.25）、40X（N.A. ≥0.65）、100X（N.A. ≥1.25） 2.1.11 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理
4	听力计	1	主要规格、技术参数及要求： 性能要求： 可用于门诊及外出听力学诊断，彩屏显示，便携式设计，重量小于 1.4kg，标配原装便携包，多种供电方式，方便外出就诊检查。 技术参数： 纯音、啫音、脉冲音测试 掩蔽：白噪音和窄带掩蔽噪声 输出：气导、骨导 ★频率和强度范围： 10~120dBHL，125~8000Hz 步进：5dB、1dB 步进 给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；可选择默认测试频率提高工作效率 ★显示：大于 4 寸 TFT 彩色显示屏；显示界面为中文界面；分辨率：480×272 像素；

			★主机屏幕可显示左、右耳听力图，及所有频率掩蔽信息； ★轻触式触摸静音给声； 噪音：5Hz 正弦波，±5%调制 接口：数据传输：>2 个 USB 电脑接口，数据可上传下载 存储：>500 个患者信息及数据，并可通过 USB 数据接口上传下载；可在设备上随时查看历史测试结果。 打印：多种打印方式可选； 通过 USB 接口直接连接打印机输出测试结果； ★电源：多种供电方式可选 直流适配器供电；电池供电；USB 端口供电 测试结果可以导入专用数据库，并可整合纯音听力测试，声阻抗结果报告。 配置清单： 主机：1 台 耳机：1 副 应答器：1 副 听力图纸：1 套 三色笔：1 套 电源线：1 根 操作手册：1 份 手提包：1 个 合格证：1 份
5	微生物检测一体泵	1	套 主要规格、技术参数及要求： 微生物限度检测装置采用不锈钢金属材料制成, 将供试品注入微生物限度培养器内, 通过检验仪自真空泵负压抽滤, 将供试品中微生物截留在滤膜上, 用取膜器取出滤膜, 转移至配置好的固体培养基上, 菌面朝上, 平贴. 盖上盖子形成封闭的培养盒, 置相应的恒温培养处内培养并计数。 主要特点： 1. 一体化迷你型设计，减小了对层流台操作空间的占用 2. 滤膜预先灭菌，即拆即用, 可将主要污染源降低, 提高检测可

			靠性 ★3. 过滤杯采用唇形密封设计, 不使用夹钳和 O 型圈, 大大提高实验过程的密封性和均匀的微生物回收率 ★4. 6 位滤头可同时抽滤多张滤膜, 大大提高了工作效率 5. 滤杯采用一次性材料设计, 操作方便 ★6. 每个滤头采用单独控制的方式, 方便操作人员灵活使用 7. 仪器表面经镜面处理, 便于清洁和消毒 8. 过滤头可以火焰快速灭菌, 方便连续实验操作 ★9. 配有内置隔膜液泵, 不需外接抽滤瓶, 液体直接通过隔膜液泵排除, 减少了抽滤瓶使用上的繁琐 10. 已氧化的美观的把手分布基座两端, 使其更加稳固 11. 稳固的低重心设计使其不会因溶液满载而发生翻倒 技术参数: 过滤泵头数量: 6 个 适用滤膜直径: $\Phi 47\text{mm}/\Phi 50\text{mm}$ 有效过滤直径: 40mm 滤杯配置: PP 滤杯 滤杯容量: 100ML 检测方法: 薄膜过滤法 抽滤方式: 内置隔膜液泵, 不需外接抽滤瓶 抽液速率: 100ml/15s, 其他要求可定制 过滤头灭菌方式: 湿热灭菌、火焰枪快速灭菌 滤头: $\Phi 47\text{mm}/\Phi 50\text{mm}$
6	幽门螺杆菌测试仪	1	台 主要规格、技术参数及要求: 一、仪器特点及主要功能 1、流畅美观个性化的外型设计; 2、单片机控制, 可自动测量、获取数据及处理数据, 操作简单方便; ★3、探头高压在测量完毕后可自动关断, 有效地保护 GM 管; 4、医院可按自己的要求设计图文并茂的打印模板; 5、带电脑接口, 可与局域网连接, 信息共享;

			6、可保存 500 例的检测结果，方便查询和打印。 二、技术性能指标 ★1、对 14C 标准源探测效率应$\geq 15\%$； ★2、14C 本底的计数率应$\leq 40\text{CPM}$； 3、仪器连续工作 48h 后，14C 探测效率的相对变化误差应$\leq 30\%$。 三、仪器参数 仪器原理：电离计数方式 电源电压：a. c. 220V 50Hz 安全类型：防触电等级 I 类、II 类设施类别 使用环境：温度 $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$，相对湿度：$\leq 75\%$ 仪器体积：（L$\times$W$\times$H）260mm$\times$400mm$\times$200mm 仪器功率：$< 30\text{VA}$。 仪器重量：$\leq 10\text{Kg}$ 预热时间：≥ 30 分钟 ★测量时间：（1）样品测量时间为 250S（默认） （2）标定本底时间为 1000S 四、其他性能特点 1、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断； 2、精密度：δ_{sd} 不超过 0.2%，C.V. 不超过$\pm 1\%$； 3、孔间差：$\Delta \delta$ 不超过 0.3%； 4、要求提供设备配套使用的呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的呼气结束瞬间密闭装置（其中的呼气样品须内置自动止回），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露，且符合相关医疗服务收费标准； 5、要求提供设备配套使用呼气试验药盒所提供的制剂采样时长不超过 20 分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间； 6、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋；
--	--	--	---

2 分标：采购医疗设备

1	视频喉镜	1	台	主要规格、技术参数及要求： 1. 液晶显示器分辨率：≥1960*1024. 2. 视场角：≥90° 3. 显像系统:高清电子数字系统 4. 镜头景深:27mm-70mm，允差±10% 5. 显示器旋转角度:左右≥120°，前后≥180° 6. 显示器尺寸:3.5 寸 7. 工作管有效长度:≥600mm 8. 显示器通用性:可连接 2.8mm/3.8mm/4.8mm/5.2mm/5.8mm 手柄 9. 前端弯曲角度:向上弯曲≥180°、向下弯曲≥180° 10. 光照度:≥800LUX 11. 正常工作时间:≥3 小时 12. 充电方式:100-240V 充电器 13. 充电时间:2 小时 14. 适配器输入电压电流:AC 100V-240V，50Hz/60Hz 15. 适配器功率及输出:DC 4.3 5V，0.5A 16. 电池及输出:内置可充电式锂电池，DC3.7V 17. 工作条件:环境温度:-5° C~40° C;相对湿度:≤80%; 大气压力:700hPa~1060hPa 18. 手柄 IP 等级:IPX7 19. 显示器 IP 等级:IPX4 20. 内存容量:16GB 21. 具有拍照、录像功能，图像导出格式为 JPG 格式，支持链接外部系统
2	多功能监护仪	1	台	主要规格、技术参数及要求： ★1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插数≥4 个 2. 12.1 寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率达 1280x800 像素，6 通道显示，显示屏亮度自动调节 3. 工作海拔高度 4000 米，满足高原地区，工作温度 0~40℃，采

			用无风扇设计支持配置内置锂电池，供电时间≥ 4小时，配置≥ 4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备，支持扩展独立显示屏 ★4. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，和双通道有创压的同时监测，BIS检测功能。 5. 支持3/5/6导心电监测，可升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析，配置抗手术室电刀专业缆线 ★6. 提供ST段分析功能，支持在专门的窗户分组显示心脏前壁，下壁和侧壁ST实时片段和参考片段，监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置，提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护 ★7. 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。提供QT和QTc模板显示。 8. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 无创血压成人测量范围:25-290mmHg(收缩压)，10-250mmHg(舒张压)，15-260mmHg(平均压) 无创血压小儿测量范围:25-240mmHg(收缩压)，10-200mmHg(舒张压)，15-215mmHg(平均)。 无创血压新生儿测量范围:25-140mmHg(收缩压)，10-115mmHg(舒张压)，15-125mmHg(平均)。 9. 配置双通道有创压IBP监测，支持升级≥ 8通道有创压监测，提供肺动脉楔压(PAWP)的监测和PPV参数监测，支持≥ 4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。 10. 配置旁流呼吸末二氧化碳监测功能。 11. 麻醉综合指示界面:在显示实时波形和数据的同时，通过结合反映意识程度的麻醉深度BIS、反映麻痹状态的NMT、反映疼痛情况的ΔHR和ΔSys值的二维平衡视图界面动态呈现了整个围术期内病人麻醉情况。 12. 配置麻醉深度BIS模块，实现患者麻醉深度的监测。
--	--	--	---

			13. 大字体界面支持 6 个参数的设置和显示,具有图形化报警指示功能,看报警信息更容易,所有参数报警限自动设置,能够设置护理组,一个护理组能够设置 6-12 个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察 14. 标配具备血液动力学,药物计算,氧合计算。 15. 40 个及以上参数的 120 小时(分辨率 1 分钟)趋势表、趋势图回顾。4 小时(分辨率 5 秒)趋势表、趋势图回顾。1000 条事件回顾,每条报警事件至少能够存储 32 秒三道相关波形,以及报警触发时所有测量参数值。事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。 16. 具备大于等于 48 小时全息波形的存储与回顾功能,120 小时(分辨率 5 分钟)ST 模板回顾。 17. 具有在线帮助功能,能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能,能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 18. 工作模式提供:监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式,夜间模式、隐私模式、演示模式。
3	转运病人监护仪	1	台 主要规格、技术参数及要求: 1. 适用于成人、小儿、新生儿的监测。 2. 工作大气压力 57.0~107.4 kPa,满足高原地区的使用。 3. 转运监护仪,满足救护车,直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准 4. 5.5 英寸彩色触摸显示屏,小巧便携。 5. IP44 防尘防水,易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 6. 坚固耐用,抗 1.2 米 6 面跌落,满足转运过程中的复杂临床救治环境。 7. 整机无风扇设计。 8. 内置锂电池供电,支持 8 小时的持续监测。 9. 内置 DC 电源接口,可以进行车载充电。 10. 支持 3/5 导心电,阻抗呼吸,血氧、无创血压、有创血压和 2 通道体温。 11. 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用,即插

			即用。 12. 具有多导心电监护算法，同步分析 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。 13. 心率测量范围：成人 15 – 300 bpm，小儿/新生儿 15 – 350 bpm。 14. 波速提供 50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s 可选。 15. 滤波模式提供诊断模式(0.05 –150Hz)，监护模式(0.5 –40Hz)，ST 模式（0.05 – 40Hz），手术模式（1–20Hz）。 16. 提供 25 种心律失常事件的分析。 17. 提供 ST 段分析，提供显示和存储 ST 值和每个 ST 的模板。 18. 具有 QT/QTc 测量功能，提供 QT，QTc 和 ΔQTc 参数值。 19. 可显示弱灌注指数（PI）。 20. 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。 21. 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 22. 120 小时（分辨率 1 分钟）趋势表、趋势图回顾。 23. 1000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 24. 1000 条 NIBP 测量结果回顾。 25. 48 小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少 3 道波形。
4	胸腔按压机	1	台 主要规格、技术参数及要求： 1、便携式电动胸腔按压机，适合院内院外心肺复苏急救， 2、按压技术:3D 按压，采用结合胸泵机制和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，能比徒手 CPR 更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。 3、结构及组成:由主机、可充电电池、医疗适配器(含电源线)、按压显示终端、胸腔按压设备固定带、按压头护套和数据线组成。 4、按压频率:按压频率范围 100 次/分钟至 120 次/分钟 ★5、按压频率可调范围:按压频率 100 次/分钟、110 次/分钟、120 次/分钟三档可调。通过按压显示终端控制按压频率连续可调，设置范围 100 次/分钟至 120 次/分钟。按压频允许误差$\leq$ +1 次/分钟。（需注册证附件技术要求佐证并加盖厂家公章）

			6. 、按压深度:按压深度范围 30mm 至 55mm。 ★7、按压深度可调范围:按压深度:45mm、50mm、55mm、三档可调。通过按压显示终端控制按压深度连续可调，设置范围 30mm 至 55mm。按压深度允许误差$\leq +2\text{mm}$。 按压释放比范围:50%+5%。 按压通气模式:连续按压模式和 30:2 模式。无 15:2 模式，避免为儿童患者实施机械按压的风险。 10、电磁兼容:满足 YY9706.102-2021《医用电气设备第 1-2 部分 安全通用要求并列标准 电磁兼容-要求和试验》的要求。 11、主机具有电池电量指示灯，无需开机，即可直观检查电池电量。 ★12、防电击类型分类:Ⅱ类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车无地线环境使用;同时具备内部电源的供电设备。 按压头手动归位:当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。 ★14、最高持续工作相对湿度:$\geq 90\%$，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求(需注册证附件技术要求佐证并加盖厂家公章)。 ★15、防电击的程度分类:CF 型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用。 16、预期使用寿命:≥ 10 年。 17、主机(含电池)重量:$\leq 2.3\text{Kg}$。 18、无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。 19、终端显示参数:至少监测按压深度、按压频率、按压波形图、按急救时间、按压时间、暂停时间并可统计实时 CCF，生成抢救报告。 20、显示屏:具有不小于 5 寸触摸屏，无可视角度问题，适合在户外强光环境。 21、具有蓝牙传输功能，主机可与平板电脑建立蓝牙连接，平板电脑能接收并显示按压数据 ★22、急救 5G 通讯要求:具有并免费开放 WiFi 接入协议，便于进
--	--	--	--

				行 5G 救护车医疗舱移动局域网部署。
5	便携式彩色多普勒超声系统	1	套	主要规格、技术参数及要求： 一、系统技术规格及概述： 1. 系统通用功能 ★1.1 15.6 寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度 1.2 探头接口 1 个，可扩展到 3 个 1.3 整机重量 6.5kg（含电池） 1.4 支持用户自定义按键数量 3 个，同一个自定义键支持 4 个功能 1.5 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等） 1.6 通过 SFDA 认证 2. 二维灰阶模式 2.1 组织谐波成像模式 2.2 组织特异性成像 ★2.3 多角度空间复合成像技术，支持 7 条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头 2.4 频率复合成像 2.5 斑点噪声抑制成像 2.6 回波增强技术 3. M 型成像模式 3.1 彩色 M 型 3.2 解剖 M 型，取样线 2 条，可 360 度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构 M 型图像 4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.1 超宽动态血流技术 4.2 高分辨率血流成像 4.3 双实时同屏对比显示 4.4 自动调节取样框的角度及位置 5. 频谱多普勒成像

			5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率 5.2 连续多普勒 5.3 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 ★6. 组织多普勒成像及定量分析单元 6.1 支持 TVI、TVD、TVM、TEI 四种模式 6.2 专用的 TDI 速度、应变、应变率定量分析工具 ★7. 造影成像及定量分析单元 7.1 用于腹部、浅表和微血管造影 7.2 左室造影和心肌造影 7.3 支持时间强度分析曲线和运动追踪 8. 实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可 360 度旋转 9. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI 及造影） 10. 图像放大技术 10.1 一键实现全屏放大 10.2 10 倍局部放大（支持前端、后端放大） 11. 穿刺针增强技术 11.1 双屏实时对比显示增强前后效果 11.2 增强平面角度可调，步进 10° 12. 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。 二、测量分析和报告 1. 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等 2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 3. 中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 ★4. Auto EF 射血分数自动测量 4.1 自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面 4.2 自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩
--	--	--	--

			期容积，左室射血分数 EF 以及每搏量 SV 4.3 支持心室容积随时间变化的容积变化曲线 三、电影回放及原始数据处理 1. 电影回放 1.1 所有模式下支持手动、自动回放 1.2 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储 5 分钟的电影 1.3 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） 2. 原始数据处理，可对回放图像进行 20 个参数调节 四、检查存储和管理 1. 240G 固态硬盘 ★2. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 3. 支持直接一键存储至硬盘或 U 盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 4. 动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出（支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG 单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。 五、技术参数及要求 1. 二维灰阶模式 1.1 焦点：4 个，动态可调 1.2 最大显示深度：39cm 1.3 TGC：8 段，LGC：4 段 1.4 动态范围：30-190dB，可视可调 1.5 增益调节：B/M/D 分别独立可调，100 1.6 伪彩图谱：8 种 1.7 扫描帧率：相控阵探头 18cm 深，全视野二维帧频≥50 帧/秒；凸阵探头 18cm 深，全视野二维帧频 40 帧/秒 2. 彩色多普勒成像 2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
--	--	--	---

			2.3 取样框偏转：±30 度（线阵探头） 2.4 扫描帧率：相控阵探头 18cm 深，高线密度全视野彩色帧频 4 帧/秒；凸阵探头 18cm 深，高线密度全视野彩色帧频 6 帧/秒 2.5 支持 B/C 同宽 3. 频谱多普勒模式 3.1 显示控制：反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等 3.2PW 最大速度：9.21m/s 3.3 最小速度：5mm/s 3.4 取样容积：0.5-20mm 3.5 偏转角度：±30 度（线阵探头） 3.6 零位移动：8 级 3.7 快速角度校正 六、连通性 1. 参考信号：心电，呼吸波，心电触发 2. 数据接口：HDMI、USB3.0 接口、音频接口 3. 支持数据无线传输 4. 支持 DICOM3.0 系统 5. 外设数据模块：包含 S—视频、VGA 视频接口、高清音视频接口 6. 专用台车：可升降、防盗锁模块 7. 具备可装卸探头扩展槽 8. 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 ★七、探头规格 1. 支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵 2. 凸阵探头：1 把，频率范围：1.3- 5.7 MHz，最大角度可达 100° 线阵探头：1 把，频率范围：3-13 MHz 3. 单晶体相控阵探头：1 把，频率范围：1.0- 5.0 MHz，最大角度 90°
6	医用控温仪	1	台 主要规格、技术参数及要求： 1. 双路输出，具有降温模式和体温监测模式。 ★2. 循环水温度设置范围：降温 5~25℃：连续可调，步进 0.5℃：

			控温精度±1℃。 3. 体温设置范围:30~40℃，连续可调，步进 0.1℃。 ★4. 空载降温速度 2.3℃/min，负载降温速度:4℃/h。 ★5. 采用直流 24V 变频微型压缩机。 6. 报警提示 a) 循环液体温度超过 42℃时，或低于 4℃时，提示告警，仪器停止工作； b) 当循环液体不足时，提示告警，仪器停止工作： c) 当体温传感器监测功能异常时，提示告警，仪器停止工作： d) 当循环水泵流速过低时，循环图标闪烁，提示告警，仪器停止工作： e) 制冷压缩机启动或停止，图标提示： f) 加水提示实时水位状态，加水超量时水位图标闪烁提示，溢水口自动溢水。 7. 定时功能:0-72H 定时运行。或连续运行。 ★8. 整机输入功率≤300VA，满足转运救护车负荷要求 ★9. 有且仅有一个旋转开关非触摸屏，无按键和薄膜开关)，控制所有功能，防止误操作，使用方便。 ★10. 体积小，宽度 28cm，高度 80cm，长度 45cm 11. 控温毯(冰毯冰帽)采用聚氨酯 TPU 材料，柔软耐折易清洗。 ★12. 水路接头:双通道一体成型，防插错防喷溅接头，具有专利 ★13. 控温毯(冰毯冰帽)和体温传感器通过生物相容性测试。
--	--	--	--

3 分标：采购医疗设备

1	24 小时动态 血压监护仪	1	台	主要规格、技术参数及要求： 1、产品生产企业具备 ISO13485 及 ISO 9001 国际质量体系认证 ★2、为确保临床精度，设备型号必须通过国际标准独立临床认证（ESH 或 BHS 或 AAMI 或 ISO） 3、血压测量原理：示波法 4、测量内容：至少包含血压（收缩、舒张）及脉搏数 5、血压测量范围：收缩压：60～280mmHg，舒张压：30～160mmHg； 血压测量精度：±3mmHg 6、脉搏数测定范围：30～200bpm；脉搏测量精度：±5 % 7、可设置测量间隔：5、10、15、20、30、60、120 分钟（可随时加入需要的手动测量） 8、超长续航：不超过 2 节 AA 碱性电池，可进行 ≥200 次连续不间断测量，兼顾临床及极端科研要求 ★9、存储数据量：可存储 ≥600 套测量数据 10、产品提供显示屏，至少可显示测量数据及错误代码 ★11、设备结构轻巧，主机重量约 120 克（不包含电池） 12、每台设备需配置至少一条成人标准袖带，适合臂周范围：22-32cm 13、人体工程学设计：采用扇形袖带设计，防止袖带滑落，提高测量准确性；支持左右臂测量 ★14、包含 24 小时、白昼、夜间、白大衣窗口、起床后清晨时段五个时段中收缩压、舒张压和脉率的如下统计数字：有效数据个数、有效数据比例，均值，标准差、最大值、中位数、最小值 15、清晨时段收缩压、舒张压和脉率的统计数字：有效数据个数、有效数据比例，均值，标准差、最大值、中位数、最小值 16、白昼、夜间及 24 小时时段血压负荷值 17、24 小时血压昼夜节律 18、支持录入患者实际睡眠时间，且患者夜间相关血压值根据此实际睡眠时间计算； 19、监测小时数统计
---	------------------	---	---	--

			20、支持设置午睡时段并匹配白昼及 24 小时相关统计值计算 21、显示血压晨峰值 22、血压心率趋势图 23、血压相关性分析及相关图 24、列明所有原始数据 25、遵循《ESH 儿童及未成年人高血压指南》（2016 版） 26、软件包含药物导入模块：药物导入模块需包含药品库，方便医护人员录入时搜索并选取常用药物 27、支持专家手动剔除测量数据并重新根据新的数据生成报告，系统需同时记录专家修改内容 28、自动报告分析：软件获取数据后自动进行报告分析，辅助用户完成诊断并出具诊疗意见 29、以 csv 数据格式将病人原始数据逐个导出 ★30、支持预约功能 ★31、一托八（一个系统八台单机）
2	便携式彩色多普勒超声系统	1 台	主要规格、技术参数及要求： 一、设备要求：整机最新版本。 二、设备用途：用于腹部、心脏、血管、小器官、妇科、产科等部位疾病的诊断，以及血管通路诊疗、肺部超声评估、急危重症病人的评估、神经阻滞可视化引导，围术期超声应用、介入操作的可视化引导等应用。 三、主要技术及系统概述： 1、技术参数及要求： ★1.1 笔记本式，整机重量：≤4.0kg（包含一个电池及一个探头）； 1.2 整机一体式操作面板，支持背光键盘； ★1.3 触摸轨迹面板操作（非轨迹球），防泼溅、防尘、防异物； 1.4 防病毒操作系统，不死机，运行稳定； 1.5 电池连续使用时间：≥2 小时，待机时间：≥4 小时； 1.6 LCD 彩色液晶显示屏≥10 英寸； 1.7 冷启动时间≤15 秒，模式切换时间≤3 秒； 1.8 物理通道数：≥128 通道；

			1.9 灰阶：≥ 256； 1.10 系统动态范围：$\geq 165\text{dB}$； 1.11 显示模式：B，2B，B/C，B/D，B/M，B/C/D； 1.12 支持双幅无间隙显示及跨幅测量； 1.13 成像模式： 1.13.1 二维（2D）； 1.13.2 M 模式（M-Mode）； 1.13.3 彩色血流多普勒（CDFI）； 1.13.4 彩色能量多普勒（CPD）； 1.13.5 组织谐波成像（THI）； 1.13.6 脉冲多普勒（PW）； 1.14 成像技术： 1.14.1 多波束复合成像技术，可适用于心脏模式； 1.14.2 高分辨率成像技术； 1.14.3 高分辨率彩色成像技术； 1.14.4 自适应成像技术，随深度键调节后台自动优化≥ 8 项参数（如：焦点、线密度、动态范围等）； 1.15 图像优化功能： 1.15.1 一键优化（AutoGain） 1.15.2 2D 模式：Gen（普通）、Res（分辨率）、Pen（穿透力）模式可调； 1.15.3 Color、PW 模式：High（高速）、Med（中速）、Low（低速）模式可调。 1.16 穿刺引导：平面内穿刺引导线，平面外穿刺引导线。 2、成像速度： 2.1 二维显示帧频：全视野，18cm 深度时，≥ 50 帧/秒； 2.2 彩色显示帧频：全视野，18cm 深度时，≥ 15 帧/秒； 2.3 频谱多普勒： 2.3.1 最高测量速度：PW 血流速度$\geq 10\text{m/s}$，CW 血流速度$\geq 16\text{m/s}$； 2.3.2 最低测量速度$\leq 2.5\text{mm/s}$。 3、测量和分析：
--	--	--	---

			3.1 常规测量：2D 测量，M-Mode 测量，Doppler 手动/自动描记测量； 3.2 测量软件包：产科、妇科、腹部、心脏、乳腺、小器官、肌骨、神经、血管、IMT 测量软件包。 4、图像存储与回放： 4.1 Loops 存储/回放； 4.2 存储空间：≥15GB； 4.3 支持 DICOM 存储，可连接电脑工作站存储。 5、探头规格： 5.1 配置探头：线阵探头； 5.2 频率范围：1-15MHz，依据不同探头实现； 5.3 可选配探头类型：小凸阵探头、超高频线阵探头（15MHz）、小儿相控阵探头腔内探头、腔内探头等； ★5.4 系统及探头出厂通过 0.8 米跌落试验（提供证明文件）； ★5.5 触点式插头连接（非磁吸式接口），支持热插拔； 5.6 支持一次性无菌穿刺套件。 6、外部扩展连接： 6.1 LCD 复合视频输出（NTSC/PAL）； 6.2 USB 输出，可外接 U 盘； 6.3 S 端、Ethernet 、VGA 输出； 6.4 ECG 输出，可扩展心电图； 6.5 电源要求：交、直流两用电源供电方式； 6.6 配专用台车，支持液压升降。 7、具有本省 10 家以上三甲医院装机用户，并提供装机名单。 8、在中国境内有相应的零配件，并保证≥10 年以上的供应期。 9、保修期：原厂提供主机及探头 1 年保修。
3	多普勒外周血管检测仪	1	台 主要规格、技术参数及要求： 1、工作模式：血管弹性、连续多普勒工作模式； 2、8M 探头 2.1 超声探头工作频率：8.0MHz，允差：±10%； 2.2 流速测量：双向连续波（CW），0-50cm/s，允差：±20%；

			★2.3 血流探测深度：≥15mm。（提供第三方医疗器械检测机构针对设备注册时出具的检测报告） 2.4 超声输出功率：<50mW。 3、压力测量量程：40mmHg-230mmHg， 4、压力测量分辨率：1mmHg； 5、在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差应≤±3mmHg； 6、充气源应能在 10s 内提供足够的空气使得 200cm³ 的容器内的压力达到 290mmHg，误差±3mmHg； 7、当气阀处于压力自控位置（使用配套的袖带）时，从 230mmHg 降到 50mmHg 的降压速度应≥2mmHg/s； 8、整个系统的漏气造成压力下降的速度不应大于 1mmHg/s； 9、脉率测量范围：（42~210）次/min，测量精度：±3%或±3次/min（取其大者）； 10、主机内部含自动充气模块，全自动充气 and 放气，在测量界面分别实现血压测量和脉搏波测量，测量完毕后自动给出参数并生成检测报告； 11、可测量脉率、收缩压（四肢）、舒张压（四肢）、平均压（四肢）、脉压（四肢）、踝臂指数 ABI、臂踝指数 BAI； ★12、可测量上臂-脚踝脉搏波速度 PWV； ★13、可测量中心动脉收缩压、增长指数、射血时间分数（提供第三方医疗器械检测机构针对设备注册时出具的检测报告）； ★14、可升级测量左心灌注指数、心肌负荷指数、心内膜下心肌活力率（提供第三方医疗器械检测机构针对设备注册时出具的检测报告）； ★15、可自动读取超声多普勒血流波形并保存最佳波形（提供第三方医疗器械检测机构针对设备注册时出具的检测报告）； ★16、可升级同品牌肌电图仪进行神经传导数据采集、处理和分析。
--	--	--	---

			17、性能应符合 GB 9706.230-2023 最新行业标准要求。 18、安全要求应符合 GB 9706.1-2020 的要求。 19、电磁兼容应符合 YY 9706.102-2021 的要求。 ★20、使用年限≥10 年。 二、配置清单： 1、主机 1 台 2、多普勒探头 1 个 3、袖带 4 个 4、脉搏传感器 1 个 5、电脑 1 台 6、打印机 1 台 7、多功能推车 1 台 8、电源适配器 1 套 9、数据线 1 套
4	人体成分分析仪	1 台	主要规格、技术参数及要求： 1、测量原理和方法：8 点接触式电极、多回路方法，生物电阻抗法（BIA）； 2、体重测量范围：5kg-200kg，体重测量精度：≤±0.4kg； ★3、阻抗测量范围：150Ω～1200Ω。阻抗测量精度：≤±12Ω（提供第三方医疗器械检测机构针对设备注册时出具的检测报告）； 4、激励电流频率：50kHz±100Hz； ★5、激励电流：电流有效值在测量电极间接入 150Ω 的电阻时≤350μA（提供第三方医疗器械检测机构针对设备注册时出具的检测报告）； 测量时间：小于 60s； ★7、在语音提示下，自动进行体重和人体成分的测量，测量完成后自动生成人体成分报表（提供第三方医疗器械检测机构针对设备注册时出具的检测报告）； ★8、测量指标：应包含全身脂肪含量、全身肌肉含量、躯干脂肪含量、躯干肌肉含量和骨质含量（提供第三方医疗器械检测机构

			针对设备注册时出具的检测报告)； 9、可进行和显示肥胖指标分析：体脂百分比、腰臀比、体重指数； 10、可进行身体节段肌肉含量和脂肪含量指标分析：左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、躯干； ★11、可进行内脏脂肪面积指标分析； 12、可进行和显示：体重指标、去脂体重、体脂肪、肌肉量、骨矿盐、身体水分、蛋白质等； 13、可进行体型判断：隐形肥胖型、肥胖型、偏胖肌肉型、运动不足型、标准型、标准肌肉型、偏瘦型、偏瘦肌肉型、肌肉发达型等； 14、可进行四肢平衡智能判断； 15、可分析给予体成分改善目标、方案和时间周期； ★16、可升级同品牌超声多普勒血流检测仪。 ★17、可升级同品牌肌电图仪进行神经传导数据采集、处理和分析。 18、安全要求应符合 GB 9706.1-2020 的要求。 19、电磁兼容应符合 YY 9706.102-2021 的要求。 ★20、使用年限≥10 年。 二、配置清单： 1、主机：1 台 2、电源适配器：1 套 3、手电极：2 组 4、脚前电极：2 组 5、脚后电极：2 组 6、电脑：1 台 7、打印机：1 台
5	肺功能仪	1	台 主要规格、技术参数及要求： 1. 产品标准及认证 1.1 产品注册名称：肺功能测定仪； 1.2 产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术

			标准； 1.3 产品检测原理：采用压差检测技术原理； 2. 产品功能参数 2.1 肺功能检查： FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC（肺活量）：VC、VT、IRV、ERV、IC 等；MVV（分钟最大通气量）：MVV、VT、RR 等； ★2.2 呼吸肌力测定：MIP，MEP 等； ★2.3 吸入给药评估功能：可结合临床需要，自动设置不同阻力装置，并测量最大吸气流量，平均有效吸气流量，有效吸气时长，有效吸气容积，有效吸气容积占比等指标；可提供标准化吸入装置评估报告； ★2.5 吸气肌训练功能：具备吸气肌训练，振荡正压呼气训练等功能； 2.6 辅助测评分析功能：支持慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷，出具随访测评报告； 2.7 具有支气管舒张试验功能，可出具舒张试验报告； ★2.8 具有支气管激发试验功能，可出具激发试验报告； 2.9 可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；具备中国人预计值公式； 2.10 十英寸电容触摸屏设计，方便携带及床旁使用； 2.11 仪器集成蓝牙传输功能，方便不同场景使用； 2.12 仪器集成 WiFi 无线传输功能，方便与医院 HIS 系统对接互联； 2.13 仪器自带智能语音提示功能，方便患者掌握检查要领； ★2.14 仪器支持直接连接打印机打印 A4 报告，方便不同工作场景； ★2.15 仪器集成扫码读取功能，方便临床操作，提高效率； 2.16 仪器支持容量定标、三流速线性验证； 2.17 具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行 BTPS
--	--	--	--

				自动修正功能； 2.18 仪器具备平衡感应自动检测功能，提高检测质控水平； ★2.19 图形化交互界面设计，测试时有动态流量、呼气时间等实时提醒，方便临床质控； 2.20 系统可根据检测结果进行自动质控评级； 2.21 系统可以根据需求扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统； 注：相应功能需提供相关的报告，专利等证明材料。 3. 产品性能指标 ★3.1 用力肺活量（FVC）：测量范围：（0 - 10）L；准确性：± 2.5% 或 ± 0.050 L（取较大值）重复性：≤ 2.5% 或 ≤ 0.050 L（取较大值） ★3.2 一秒用力呼气容积（FEV1）：测量范围：（0 - 10）L；准确性：± 2.5% 或 ± 0.050 L（取较大值）重复性：≤ 2.5% 或 ≤ 0.050 L（取较大值） 3.3 慢肺活量（VC）： 测量范围：（0.5 - 8）L；准确性：± 3% 或 ± 0.050 L（取较大值）；重复性：≤ 3% 或 ≤ 0.050 L（取较大值） 3.4 呼气峰值流速（PEF）：测量范围：（0 - 14）L/s；准确性：± 10%或± 0.17L/s(取较大者)；重复性：≤ 5% 或 ≤ 0.15 L/s（取较大值）。 3.5 最大分钟通气量（MVV）：测量范围：250 L/min 内；准确性：± 10% 或 ± 15 L/min（取较大值）。 ★3.6 最大吸气压（MIP）：测量范围：（-200~0）cmH2O；准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。 ★3.7 最大呼气压（MEP）：测量范围：（0~200）cmH2O；准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。 ★3.8 仪器测定容量的检测灵敏度≤15ml/s，相应核心性能指标需经过国家药监部门权威检测机构检测，并提供检测报告；
6	呼吸康复训练一体机	1	台	主要规格、技术参数及要求： ★1、适用范围：产品具有肺活量参数的检测，呼吸肌力检测，吸

			入给药评估，吸气肌训练及排痰（震动呼气正压）功能，用于胸部肺部疾病，外科手术，麻醉，机械通气导致肺功能下降后，患者肺呼吸功能恢复和评估，减少和预防术后肺部并发症。 2、呼吸肌力测定： 最大吸气压（MIP）测量范围：（-200~0）cmH₂O，准确性：±3%或者±1cmH₂O（取其大者）。 最大呼气压（MEP）测量范围：（0~200）cmH₂O，准确性：±3%或者±1cmH₂O（取其大者）。 3、吸气肌训练：支持自动/手动/自定义等模式，手动模式：训练指标范围 6cmH₂O-200cmH₂O，自动训练负荷：五档可调；自定义模式：可关联呼吸肌力测定检查单、辅助调节训练负荷。 ★4、肺容量训练（IS）：支持 IS 流速型、IS 容量型肺容量训练。可设置肺容量锻炼计划训练次数、训练强度及患者信息。可测量压力、功率、吸气流量、吸气容积及能量总计。 容积型范围：300ml~4000ml； 流量型范围：600ml/s~1200ml/s。 ★5、吸入给药评估：可结合临床需要，自动设置不同阻力装置，并测量最大吸气流量，平均有效吸气流量，有效吸气时长，有效吸气容积，有效吸气容积占比等指标。≥6 档阻抗等级选择；出具功能截图或检查报告单 6、排痰（振荡呼气正压）：阻力负荷 20cmH₂O-100cmH₂O，振动频率 10-30Hz，自动模式：阻力五档可调。 7、肺功能检查：FVC、FEV₁、FVC/FEV₁、PEF 等指标。 8、仪器质控，可进行容量定标校准。 9、具有语音、动画激励式可量化指导训练，提高临床效率。 10、数据同步：支持通过 WIFI 或无线网络同步数据到云端； 11、智能数据移动终端可通过蓝牙连接呼吸训练器，按照预先设定好的方案自动加载康复训练负荷，中途可手动调整负荷。在康复过程可以可视化管理，医生端可远程跟踪康复训练数据； 12、智能数据移动终端支持查看和打印患者当机所做全部报告，
--	--	--	---

			≥2 种打印连接方式。 ★13、安全性要求：获得国家信息安全等级保护三级认证，保护调查对象隐私，保证信息平台 and 所收集，信息的安全性。 14、配置要求：呼吸康复训练仪一台、移动数据终端一台、进气管 1 根、咬嘴 1 个、USB 充电电缆 1 根、便携包（含内衬托架）1 个，产品使用说明书一本、合格证 1 张，保修卡 1 张。
7	感觉神经定量检测仪	1	台 主要规格、技术参数及要求： ★1、输入短路噪声：≤0.4μV rms（1Hz～5kHz，两输入端对患者地短路）； ★2、差模输入阻抗：≥1100MΩ； 3、输入信号范围：峰峰值：≤10mV； ★4、共模抑制比：≥115 dB； 5、机内校准信号为 50μV，频率 200Hz 的方波，幅度允差：±5%。 6、输出脉冲幅度：（0～100）mA，步进：0.1mA 允差：±10%； 7、输出脉冲宽度：（50～1000）μs，允差：±10%； 8、最大输出电压：≤350V； 9、刺激频率：0.1Hz～50Hz，允差：±5%； ★10、电压灵敏度：0.05uV/div-20mV/div 分档控制。 11、患者信息录入模块：对患者信息进行录入并保存； 12、Word 模板打印模块：建立患者信息、波形文件、数据文件、报告打印。 ★13、测量结果显示传导速度百分比（提供第三方医疗器械检测机构针对设备注册时出具的检测报告）。 14、检测项目包含运动传导速度、感觉传导速度。 ★15、可升级同品牌超声多普勒血流检测仪软件。 16、网络安全接口：与计算机的通信接口采用 usb 通用串行总线协议； ★17、注册证名称不包含诱发电位仪、产品组成不包含有创检测所需部件，仅用于无创检测。 ★18、配置同品牌刺激电极（提供注册或备案信息），确保采集最佳检测波形和最准确数据。

			★19、配置同品牌一次性电极片（提供二类医疗器械注册证），确保获取最佳检测波形和最准确数据。 20、通用要求符合 GB 9706.1-2020 中规定的要求； 21、电磁兼容性：符合 YY 9706.102-2021 和 YY 9706.240-2021 中规定的要求。 ★22、使用年限≥10 年。 二、配置清单： 1、设备主机 1 台 2、鞍状电极 1 个 3、鳄鱼夹电极 3 个 4、延长线 2 根 5、一次性心电电极 100 片 6、电脑 1 台 7、台车 1 个 8、打印机 1 台
8	中医体质辨识系统	1 台	主要规格、技术参数及要求： 一、设备功能： 1、适用范围：自动评估受检人员中医体质类型。 ★、交互操作：主机采用全电容触摸系统，配备≥21.5 英寸电容触控屏，方便用户自助操作。 3、报告单模式：可打印纸质报告单。接入网络（支持 WIFI 和网线连接）后，可实现数据共享，电子报告单等健康服务工作。 ★、数据对接：提供完整的数据传输接口协议，支持多种联网传输方式（数据库直连、HTTP、Webservice 以及 xml 文件等）。 二、中医体质辨识系统软件功能 （1）客户端访问，题库≥86 题； （2）体质类型：≥9 种，符合国家中医药管理局颁布的标准； （3）软件有体质辨识判定功能，可以判定具体个人的个性体质的偏颇； （4）软件有个性化指导功能（针对不同的个人体质可以进行膳食、运动、养生和生活方式等针对性建议）。

			★(5) 软件著作权：中医体质辨识系统软件具有软件著作权证书。 三、工作站设备技术参数： (1) CPU:RK3288 四核处理器、主频$\geq 1.8\text{G}$； (2)LED 屏：≥ 21.5 英寸 IPS 屏；分辨率：$\geq 1920*1080$ FULL HD； (3) RAM（内存）：$\geq 2\text{GB}$；容量$\geq 8\text{GB}$； (4) 网络：支持 WIFI、以太网；配备蓝牙 4.0，支持外置 3G； (5) 电容触摸屏； (6) 1 级能效节能产：可提供官方能源效率检测报告复印件； (7) 配置配套桌椅
--	--	--	--

商务最低要求表	
核心产品	无
▲质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计）。三个月内如有严重质量问题整机包换；同时提供产品“三包”服务，每年至少定期回访1次，以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。
▲售后服务最低要求	▲1、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤需无偿调换相同产品。按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格，免费培训。 ▲2、在保修期设备运行中发生问题，设备出现故障后2小时做出响应，48小时内到达现场，提供免费服务，直至修复正常使用。如出现48小时内无法修复系统问题或设备故障的，免费提供相同规格型号的设备以供采购单位使用（若厂家免费质保期超过此年限或技术参数及性能（配置）要求中另有要求的，按厂家规定或技术参数及性能（配置）要求要求保修）； 3、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 ▲4、为保证本次采购核心产品的产品质量，中标供应商在中标后3天内提供设备原厂的项目授权书、供货证明、售后服务承诺书、相关权威检测机构的检验报告、产品彩页或产品说明书原件并加盖厂家公章；核心产品设备到货后，同时对产品标“★”的重要功能参数进行测试，以确认货物的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定的技术功能要求，若测试结果不能满足招标参数要求，属于虚假投标，采购单位有权不予接收，同时采购人将上报相关政府采购监管部门按照有关法律法规规定处理。采购人将按顺序邀请排在后面的中标候选供应商参与测试，依此类推。产品性能检测合格后封存，待项目验收时对安装设备与封存设备对比，如出现安装和封存的设备不符，采购单位有权拒绝项目验收，采购人有权终止合同，造成损失的，并要求中标人做出相应赔偿。同时采购人将上报相关政府采购监管部门按照有关法律法规规定处理。由此造成的工

	期延误等所有责任均由中标人承担。 项目中标结果公示期间，采购人有权要求中标候选人提供招标项目采购需求表中需要提供的有关检测报告以及各种证书的原件进行验证，如有需要还需提供所投产品以供测试，确保所有技术参数、功能均可满足采购要求，如有不符，则取消其中标候选人资格。 7、中标供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 8、中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
培训要求	1、投标人须委派具备相应的资质和实际工作经验的技术人员对采购人的系统管理操作人员进行技术培训。 2、投标人应在项目验收合格前提交详细的培训计划书，列出培训课程、时间安排及拟投入的教员资质。 3、投标人在本项目验收前必须提供下列正式文件：①主要产品用户使用手册；②主要产品检验检测报告复印件；③安装手册；④系统管理维护手册、培训操作手册等。
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 20 日内
交付或者合同履行期限及地点	1、交付期：自合同签订之日起 20 天内完成全部供货、技术培训并交付使用。 2、交货地点：贵港市覃塘区采购人指定地点 3、交货方式：现场交货
付款条件	双方商定
报价要求	1、报价包含： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）该项目供货过程中所发生的一切费用均由供应商自行承担。 2、竞标报价中应包含以上全部内容（但不限于），成交后采购人不再另行支付额外费用。
▲验收标准	1、验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担，报价时应考虑相关费用。

	2、在成交货物安装调试完成并正常工作后组织验收,验收应在采购人和成交人共同参加下进行,必要时可请第三方参与。 3、验收按国家有关的规定、标准进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者,采购人应做出详尽的现场记录,或由采购人和成交人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交人承担。 4、如果货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏,成交人应及时安排换货,以保证货物安装调试顺利完成。换货的相关费用由成交人承担。 5、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验,对所有要求出具的证明文件的原件进行核查,如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做退货处理及违约处理,成交人承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利 6、其他验收细则以成交人的响应文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。
其他要求	1. 产品通过中国国家药监局注册。 2. 中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的,采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。 3. 在广西区内有办事处及维修技术员(提供相关资料证明) 4. 在安装过程中,提供进度、配合度不能满足需方要求的情形下,需方有权力无条件退货权,并无需向供方提供解释。 5. 报价人必须免费全过程安装试机,培训并负责所有对接类设备配套配件,采购人拒绝指导性安装,中标方必须全程免费安装对接并培训指导使用。 6. 标注“★”的条款或指标,要求发生实质性偏离的,将导致投标无效。
进口产品说明	本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标,如有进口产品参与竞标的,其响应文件按无效处理。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	项目内容	编列内容、要求
1	项目基本情况	详见第二章招标项目采购需求
2	申请人的资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： ☐ 专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位） ☒ 非专门面向中小企业采购的项目 3. 本项目的特定资格要求： 3.1 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营技术性能达到本次采购服务要求的供应商。 3.2 具有行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证。
3	采购预算金额	肆佰捌拾万零玖仟元整（¥4809000.00 元）。其中，1 分标：壹佰贰拾肆万元整（¥1240000.00 元）；2 分标：贰佰贰拾叁万玖仟元整（¥2239000.00 元）；3 分标：壹佰叁拾叁万元整（¥1330000.00 元）
4	报价要求	1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的货物和服务内容按作完整唯一报价； 3、投标报价是履行合同的最终价格，包含以下所列项目费用及提供服务所发生的一切成本费用的总和。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
5	是否组织标前答疑会	不组织召开开标前答疑会
6	答疑与澄清	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于购买招标文件后 7 个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人，并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标

		截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7	允许负偏离项	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u> 0 </u> 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 <u> 0 </u> 项。
8	响应文件份数	电子响应文件一份
9	投标保证金	无需缴纳保证金。
10	投标截止时间及地点	投标截止时间及地点：2025 年 9 月 18 日上午 9 点 00 分 地点：通过广西政府采购云平台（网址： https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线投标，投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收。
11	开标截止时间及地点	时间：2025 年 9 月 18 日上午 9 点 00 分 地点：在贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦）通过广西政府采购云平台（网址： https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线开标。（本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。
12	评标方法	综合评分法
13	确定中标人时，出现中标候选人排名并列的情形，确定中标人方式	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人： 技术分得分高的优先、商务分得分高的优先的顺序。

14	公告结果	采购代理机构将在评标结束 2 个工作日内将采购结果报告送达采购人，采购人在 2 个工作日内按照采购结果报告中推荐的第一中标候选供应商确定为中标供应商，采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后 2 个工作日内发布中标公告和中标通知书，http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西·贵港） （http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/）。
15	签订合同时间	自中标通知书发出之日起 20 日内。
16	约保证金额	无
17	签订合同携带的材料	委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
18	投标文件有效期	60 天
19	招标代理服务费	项目的招标代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号文“货物类”执行；方式为由中标人向采购代理机构支付，代理服务费金额为 1 分标：人民币壹万柒仟陆佰肆拾元整（¥17640.00 元）；2 分标：人民币贰万捌仟陆佰贰拾玖元整（¥28629.00 元）；3 分标：人民币壹万捌仟陆佰叁拾元整（¥18630.00 元）。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费用。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定。 开户名称：广西中傲工程项目管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司贵港荷城分理处 开户帐号：20456501040016194
20	质疑函受理方式	必须书面递交 联系部门：广西中傲工程项目管理有限公司 联系电话：0775-4261019

		通讯地址:贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城 S-3 幢 2 号楼
21	解释	本招标文件的解释权属于招标采购单位。
22	其他说明	1、本文件中描述报价人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用报价人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，报价人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、供应商为其他组织或自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本招标文件所称负责人是指参加磋商的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3、本文件中描述报价人的“签字”是指报价人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字或加盖个人签章、印章的行为。 4、关于信用查询渠道： （1）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”；（2）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）。 5、信用信息查询截止时点：公开招标采购公告发布后任 1 日。 6、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：在投标文件中提供书面声明及上述查询渠道查询结果（查询结果网页打印件并加盖投标人公章，如在上述查询无结果的也应提供相关查询结果网页打印件）。查询结果将作为政府采购活动档案留存。 7、信用信息使用规则：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。 注：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	8、在线投标响应（电子投标）说明： （1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。 （2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交。 （3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。 注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。 （4）CA 证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。 （5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。
--	---

投标人须知

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于贵港市覃塘区人民医院组织的覃塘区人民医院医疗设备采购工作采购项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）及相关法律、法规、规章，通过公开招标来择优选定中标单位。

（二）定义

- 1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。
- 2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
- 3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
- 5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
- 6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。
- 7、“▲ ”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

递交投标文件时，投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）及其他招标文件要求的证明资料。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有或按招标文件规定。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工或按招标文件规定。

3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，在本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（必须在投标文件中按要求提供相关证明文件，否则投标文件将被拒绝）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7. 投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或开标后参加投标的供应商不足三家的，将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十一条、四十三条规定处理。

8. 在评标期间，出现符合资格条件的供应商不足三家时，将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第四十四条规定处理。

9. 中小微型企业参加投标的，按财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）文件规定执行。投标人应提供中小微型企业相关证明材料。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。符合条件的残疾人福利性单位在参加投标的，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（九）质疑和投诉

1. 质疑

1.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，依照《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11 号文）规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑并及时索要书面回执。

1.2 采购代理机构应当依照 1.1 项的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.3 如不按规定质疑或投诉的，视为无效，不予受理。

1.4 质疑书的要求

1.4.1 质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

被质疑人的单位名称或姓名等；

权益受到损害的事实及理由；

有关违纪违规的情况和有效证明材料；

质疑人的签章及质疑时间；

质疑书应当署名，质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章；

质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

质疑联系部门：广西中傲工程项目管理有限公司

质疑联系人：庞雅；联系电话：0775-4261019

通讯地址：贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城 S-3 幢 2 号楼

2. 投诉

2.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第 94 号令）及向监督管理部门投诉。

2.2 监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1. 公开招标公告；
2. 招标项目采购需求；
3. 投标人须知；
4. 评标办法及评分标准；
5. 合同主要条款格式；
6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后 7 个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，

采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）响应文件编制基本要求

本项目实行电子开评标，供应商应准备电子投标文件。供应商应仔细阅读公开招标文件，在充分了解采购的内容、服务要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。电子投标文件按政采云平台要求及本公开采购文件要求制作、加密并递交。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件，共三部分组成。

1. 资格证明文件

- （1）投标声明书（格式见附件）；**（必须提供，并加盖公章）**
- （2）法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件**（委托代理时须要提供，并加盖公章）**（格式见附件）；
- （3）法定代表人正反面身份证复印件；**（必须提供，并加盖公章）**
- （4）投标人有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；**（必须提供，并加盖公章）**
- （5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明书；**（必须提供，并加盖公章）**
- （6）投标人提供《贵港市采购项目投标资格承诺函》；**（必须提供，加盖公章）**
- （7）本项目要求提供的其他资格证明资料；

2. 商务技术文件

- （1）技术响应、偏离情况说明表；**（必须提供）**
- （2）提供的切实可行的实施方案；
- （3）提供项目售后服务方案；
- （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

3. 报价文件

- （1）投标函；
- （2）投标报价表；
- （3）投标人针对商务及报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

特别说明：（1）电子投标响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。若投标响应文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）投标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传，无签字的视为投标无效。

（3）采购文件要求提供的各种复印件，须加盖投标供应商 CA 签章，否则其投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括：

（1）完成采购人指定采购内容的货物本身；

（2）完成采购项目所需的配件、辅材、人工费、保险、所需税金（按税法规定卖方需要缴纳的增值税等）、整改费、评估费等；

（3）招标代理服务费。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金：详见招标公告

- 1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2. 投标保证金交纳形式：转账、电汇等非现金形式。
3. 未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。
4. 中标供应商应在中标通知书发出后 20 个历天内与采购人签订合同，中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。
- 5、在退还投标保证金时，投标人必须将保证金银行转帐底单复印件及开户许可证复印件交给招标代理机构办理退还事宜。中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内，递交一份与招标单位签订的本项目合同原件和复印件，同时备齐以上资料交给采购代理机构办理退还投标保证金。

6、保证金不计息。

7、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- （2）未按规定提交履约保证金的；
- （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- （4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- （5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
- （6）拒绝履行合同义务的；
- （7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的份数、签署和递交、修改和撤回

1. 投标文件的份数：电子投标文件一份。
2. 电子投标文件中须加盖供应商公章位置均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本公开招标采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对公开招标采购文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
3. CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。
4. 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回

投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

5. 广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

6. 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足 3 家时，电子版投标文件由采购代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

（七）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的
- （3）投标文件无法定代表人签字或其授权委托代理人签字，未按招标文件规定要求签署盖章，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写实质性要求项目不齐全的。
- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）项目不齐全或者内容虚假的；
- （2）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；
- （3）投标有效期、服务时间、生产经营条件等商务条款不能满足招标文件和采购需求要求的；
- （4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数、服务要求，或者投标文件标明

的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(2) 配置的技术人员、项目负责人及设备仪器不能满足采购需求的；

(3) 明显不符合招标文件要求的质量标准、服务完成时间等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“★”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离，不能保证完成采购任务的；

(4) 服务的方案不能满足采购需求的；

(5) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(6) 与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同 2 处以上的。

4. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

(3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

5. 投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

6. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

7. 被拒绝的投标文件为无效，以及其他法律法规规章、招标文件规定的投标无效的情形。

四、开标

(一) 开标准备

如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足 3 家的，不得开标。

1. 开标形式：

(1) 开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

(2) 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

2. 开标程序：

(1) 解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带解密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。

(2) 电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

(3) 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

(4) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5) 开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、评标

(一) 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：1. 采购预算金额在 1000 万元以上；2. 技术复杂；3. 社会影响较大。

(二) 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

(三) 评标程序

1、资格审查

开标结束后，根据有关规定依法对投标人的资格进行审查。

资格审查后合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2. 符合性审查

评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

3. 实质比较与评价

（1）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有需要澄清或者说明的，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价，按照评分办法和标准进行评分。

（3）评标委员会完成评标后，评委对各投标人得分汇总，计算各个投标人综合得分。

（4）评标委员会按评标办法推荐中标候选人，同时编写评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标函总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标函为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。采取综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（七）废标条款

一）投标文件属下列情况之一的，应当在资格、符合性检查时按照无效投标处理：

- 1、应交未交投标保证金的；
- 2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 3、不具备招标文件中规定资格要求的；
- 4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

二）在招标过程中，出现以下情况之一的，应予以废标。

- 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在 2 个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4. 病毒发作导致不能进行正常操作的；
5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
6. 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除

后继续组织电子交易活动,也可以决定某些环节以纸质形式进行;影响或可能影响采购公平、公正性的,应当重新采购。

(二)采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 2 个工作日内,在评审报告确定的中标候选人名单中按照排序确定中标人。中标候选人并列的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的,采取随机抽取的方式确定。

(三)采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内,在省级以上财政部门指定的媒体上公告结果,招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为 1 个工作日。在发布中标公告的同时,采购代理机构向中标人发出中标通知书。

(四)投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑,并及时索要书面回执。

(五)采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

(六)采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

(一) 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求,具备履行合同能力,综合评分排名第一的投标人。

(二) 签订合同

(1) 投标人接到中标通知书后,应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商应在中标通知书发出之日起 20 个日历天内与采购人签订合同。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定,采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

(2) 如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同,则按中标供应商违约处理,采购代理机构将不予退还中标供应商投标的全部投标保证金,并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

(3) 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选为中标人并授予合同,也可以重新组织招标。

(三) 履约保证金 (如有)

(1) 中标供应商应在中标通知书发出之日起 14 个日历天内与采购人签订合同，签订合同前中标人应向采购人交纳 / 作为履约保证金，中标人没有按规定交纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订合同并取消其中标资格。履约保证金与合同期同步，中标合同期满后采购人无息退还。

(2) 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

(3) 在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

八、其他事项

1、本项目投标应以人民币报价；

2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价；

3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

4、项目的招标代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号文“货物类”执行；方式为由中标人向采购代理机构支付，代理服务费金额为 1 分标：人民币壹万柒仟陆佰肆拾元整（¥17640.00 元）；2 分标：人民币贰万捌仟陆佰贰拾玖元整（¥28629.00 元）；3 分标：人民币壹万捌仟陆佰叁拾元整（¥18630.00 元）。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定。

招标代理中标服务费缴纳帐户如下：

开户名称：广西中傲工程项目管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司贵港荷城分理处

开户帐号：20456501040016194

5、解释权

解释权属本采购代理机构。

6、有关事宜

所有与本文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

通讯地址：贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城 S-3 幢 2 号楼

电 话：0775-4261019

九、适用法律

23. 本项目适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定。

十、其他事项

1. 解释权

解释权属本采购代理机构。

2. 询问、质疑和投诉

2.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

2.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5 投诉人对采购过程或者采购结果提起的投诉事项，财政部门经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照下列情况处理：

(一) 未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动。

(二) 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

(三) 政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

(四) 政府采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼，由责任人承担赔偿责任。

投诉人对废标行为提起的投诉事项成立的，财政部门应当认定废标行为无效。

2.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉。

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

通讯地址：贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城 S-3 幢 2 号楼，电话：0775-4261019

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

			溴化锂吸收式冷水组	《溴化锂吸收式冷水机组能效定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机（制冷量>14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
		★A0206180203 空调机	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

第四章 评定标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

1. 采购预算金额在 1000 万元以上；
2. 技术复杂；
3. 社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目实施方案分、服务承诺分、投标人综合实力和业绩分、财务状况分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：综合评分法，以封闭方式进行。

（四）政策优惠：以进入评标的投标报价的评审价为 30 分。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-20%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

除上述情况外，评审报价=报价。

二、评审办法

（一）对进入详评的，磋商小组将以竞争性磋商文件、响应文件为评定依据，采用百分制综合

评分法。

(二) 计分办法 (按四舍五入取至小数点后二位)

1、价格分 (30 分)

(1) 本项目为不面向中小企业采购的项目, 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 的规定, 对投标人的投标报价执行价格评审优惠的扶持政策。

(2) 评标报价为投标人的投标报价, 评标报价只是作为评审时使用。最终中标人的中标报价等于投标报价。

(3) 满足招标文件要求且投标折扣率最低的为评标基准价, 基准价得分为 30 分。

(4) 对进入详评的, 评审小组将以采购文件、响应文件为评定依据, 采用百分制综合评分法; 计分办法 (按四舍五入取至百分位)。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

$$\text{某供应商价格分} = \frac{\text{有效供应商的最低评审报价}}{\text{某供应商磋商后报价的评审价}} \times 30 \text{ 分}$$

根据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中第六十条规定, 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标小组可以取消该供应商的成交候选资格, 按顺序由排在其后面的供应商递补, 以此类推。

2、商务技术分 (70 分)

①、技术性能及配置分 (满分 10 分)

技术参数及功能完全满足招标文件要求的, 得 10 分。缺一项投标无效。

②、项目实施方案 (满分 30 分)

一档 (10 分): 项目实施方案一般, 可行性一般, 方案实施步骤不紧密、时间进度分配一般;

二档 (20 分): 投标人在满足第一档的条件下, 项目实施方案良好, 可行性较高, 安全, 高效方案实施步骤较紧密、时间进度分配基本合理;

三档 (30 分): 投标人在满足第二档的条件下, 项目实施方案优秀, 可行性高, 安全, 高效, 方案实施步骤紧密、时间进度分配合理;

③、售后服务分（满分 30 分）

一档（10 分）：售后服务方案简单, 基本满足采购文件要求, 无本地化服务机构的；

二档（20 分）：售后服务方案可行，服务措施较全面，在广西有办事机构, 优于一档的基础上，有该项目详细的系统建设的售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障，响应时间优于招标文件等，有专门的售后服务车辆，有现场保障措施，并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息；售后故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的；

三档（30 分）：售后服务方案全面、可操作性强，服务措施到位，在广西有办事机构或售后服务点，优于二档的基础上，售后服务方案描述较详细，提供组织架构、售后服务承诺内容、服务响应体系、故障处理的响应措施、故障处理流程、维护保障流程等内容，对服务措施、应急预案、响应时间等有详细描述。

三、总得分 = 1+2

四、中标标准

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

五、中标候选人推荐原则

1、评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选人。招标单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

2、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

3、根据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中第六十条规定, 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品

质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其后面的供应商递补，以此类推。

第五章 合同主要条款（仅供参考，由双方按实际情况调整）

政府采购合同（格式）

政府采购合同

_____ 采购合同

合同编号：_____

采购人（甲方）：_____ 采购计划号：_____

供应商（乙方）：_____ 招标编号：_____

分标：_____

签订点：采购人所在地 签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定以及本项目的招、报价响应文件，甲乙双方就有关货物采购事宜，签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）					（小写）			

2、合同合计金额包含全部设备的采购、运输、利润、税金、安装、调试、协调、培训、测试、售后服务等相关费用，如招报价响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招报价响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方所提供货物在使用时不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方所交付的货物必须具有完全的所有权，不得有抵押、质押、查封等产权瑕疵。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图

第四条 包装和运输

2、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 由乙方负责。

3、货物的运输方式： 由乙方自定。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间： 地点： 由甲方指定。

2、乙方提供不符合招报价响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4、甲方在到货后即首先对货物外观、数量进行初步验收，安装、调试完后 10 个工作日内进行最终验收。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条 安装、调试、检测检验和培训

1、甲方应为乙方的安装、调试提供必要的如场地、电源、水源等条件。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方指定 。

第七条 售后服务、保修期

2、货物保修期：_____。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

2、合同价款支付: 。

3、付款方式：_____。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换货物：由乙方承担更换所发生的全部费用。

(2)退货处理：甲方已经支付货款的，乙方应全额退还甲方支付的货款以及同期银行利息及银行手续费，同时承担违约责任及因退货而发生的运输、保险、检验等费用。

(3)解除合同。

2. 甲方在使用乙方的产品过程中发生故障，乙方在接到甲方电话或书面通知后 24 小时内到达甲方现场并处理完毕。故障不能按时排除的，由乙方立即无偿提供备用产品给甲方使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物（安装、调试完毕）依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试，乙方需安排技术人员参加，并负责安装、培训甲方的使用操作人员，协助甲方调试，调试的产品符合技术要求的，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可以邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收，并由该机构出具质量检测报告，该检测报告认定的结论可以作为甲方最终验收是否合格的依据，检测所产生的费用由乙方负责。乙方对该检测报告有异议的，由双方另聘请有资质的鉴定机构从新检测鉴定。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后由甲乙双方作出验收结果报告；邀请国家认可的专业检测机构参与验收的，验收结果报告在该机构出具质量检测报告后三日内由甲乙双方作出。验收费用由乙方承担。

第十二条、货物包装、发运及运输

-
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
 2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
 3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以便甲方有充足的时间接货。
 4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。
 5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方人员初步验收完毕视为交付。

第十三条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等不符合标准的，甲方可不予接收或者甲方同意先行接收但对货物提出异议的，乙方应在约定交付的时间内更换符合标准的产品，乙方未能在约定交付的时间内更换符合标准的产品，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物侵犯了第三方权益而引起的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉或应诉，造成甲方由此纠纷而产生的责任、损失、费用由乙方全部承担。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方在合同约定的时间内予以从新更换，乙方未能在约定交付的时间内更换的，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。
- 4、甲方无故延期验收、乙方逾期交货的，无过错方可解除合同，违约方每日向对方支付违约货款额 3%违约金，但违约金累计金额不得超过货款总额 5%。
- 5、乙方未按本合同和报价响应文件中规定的服务承诺提供售后服务，甲方要求乙方提供售后服务，经甲方二次书面通知或者乙方累计二次以上不提供或者延期提供售后服务的，甲方可自行聘请其他公司提供服务并由乙方承担相关费用，同时乙方应按本合同货款总额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责赔偿，甲方不再退还质量保证金。
- 7、其它违约行为由违约方按违约货款额 5%支付违约金，造成损失的由违约方赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致合同无法履行，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即电话或书面通知对方，并在事件后向对方寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方可通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应聘请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担，并按照违约责任处理。

第十六条、合同生效及其它

第十七条 合同的变更、终止与转让

第十八条 签订本合同所依据的文件

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：

开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： 年 月 日	

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：

2、售后服务具体事项：

3、保修期责任：

4、其他具体事项：

甲方（章）

乙方（章）

年 月 日

年 月 日

注：后期服务事项填不下时可另加附页

附件：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商_____（公司名称）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

序号	名 称	货物型号规格、标准及配置 (或服务内容、标准)	数量	金额	与合同约定 是否一致
合 计					
合 计 大 写 金 额 ： 人民币			元		
实际供货日期		合同交货验收日期			
验 收 具 体 内 容	(应按采购合同、采购文件、磋商响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)				
验 收 小 组 意 见	验收结论性意见：				
	有异议的意见和说明理由：				
验收小组成员签字：					
参与验收其他或监督人员签字：					
中标(或成交)供应商签字或盖章：			采购人的意见（盖章）：		
联系电话：			联系电话：		
年 月 日			年 月 日		

备注：本报告单一式三份（采购人1份、中标人1份、采购代理机构1份）

第六章 响应文件格式

投标文件封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标：

投标人名称：

投标文件名称：资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件

投标人地址：

年 月 日

目 录

1. 资格证明文件

- (1) 投标声明书（格式见附件）；（**必须提供，并加盖公章**）
- (2) 法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（**委托代理时须要提供，并加盖公章**）（格式见附件）；
- (3) 法定代表人正反面身份证复印件；（**必须提供，并加盖公章**）
- (4) 投标人有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（**必须提供，并加盖公章**）
- (5) 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明书；（**必须提供，并加盖公章**）
- (6) 投标人提供《贵港市采购项目投标资格承诺函》；（**必须提供，加盖公章**）
- (7) 本项目要求提供的其他资格证明资料；

2. 商务技术文件

- (1) 技术响应、偏离情况说明表；（**必须提供**）
- (2) 提供的切实可行的实施方案；
- (3) 提供项目售后服务方案；
- (4) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3. 报价文件

- (1) 投标函；
- (2) 投标报价表；
- (3) 投标人针对商务及报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

一、资格证明文件格式

资格证明文件

目录

- (1) 投标声明书（格式见附件）；（**必须提供，并加盖公章**）
- (2) 法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（**委托代理时须要提供，并加盖公章**）
(格式见附件)；
- (3) 法定代表人正反面身份证复印件；（**必须提供，并加盖公章**）
- (4) 投标人有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（**必须提供，并加盖公章**）
- (5) 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明书；（**必须提供，并加盖公章**）
- (6) 投标人提供《贵港市采购项目投标资格承诺函》；（**必须提供，加盖公章**）
- (7) 本项目要求提供的其他资格证明资料；

1. 投标声明书

格式：

投标声明书

致：_____（招标采购单位名称）：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的____分标投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：_____

投标人公章：_____

年 月 日

2. 法定代表人授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时需要提供）
格式：

法定代表人授权委托书

致：_____（招标采购单位名称）：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位
在职职工 _____（姓名）以我方的名义参加_____项目的____分标投标活动，并
代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件
不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____

法定代表人签名或盖章：_____。

所在部门：_____

职务：_____。

被授权人身份证号码：_____

投标人公章：

年 月 日

附：委托代理人正反面身份证复印件。

3. 法定代表人正反面身份证复印件；

4. 投标人有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

5. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明书；

格式：

无重大违法记录声明书

致_____（采购人）_____：

我公司参加贵公司组织_____项目的____分标政府采购活动。
我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。
特此承诺。

投标单位全称（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：_____

6. 投标人提供《贵港市采购项目投标资格承诺函》

贵港市采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力。
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 5、提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

（7）本项目要求提供的其他资格证明资料；

二、商务技术文件格式

商 务 技 术 文 件

目录

- (1) 技术响应、偏离情况说明表；（必须提供）
- (2) 提供的切实可行的实施方案；
- (3) 提供项目售后服务方案；
- (4) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

(1) 技术响应、偏离情况说明表；（必须提供）

1. 技术响应、偏离情况说明表

项目名称：_____

项目编号：_____

分标：_____

序号	文件要求	投标文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

投标人名称（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

-
- (1) 技术响应、偏离情况说明表；（必须提供）
 - (2) 提供的切实可行的实施方案；
 - (3) 提供项目售后服务方案；
 - (4) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

中小企业声明函（参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，提供中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

残疾人福利性单位声明函（参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有请提供，格式见附件）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：如投标人为残疾人福利性单位，可提供声明函作为评分项加分依据。但除了提供本声明函外，还须提供工商办理残疾人福利性单位相关证明材料（如残疾人证件等被认定为残疾人福利性单位的相关证明材料）

三、报价文件格式

报 价 文 件

目录

- (1) 投标函；
- (2) 投标报价表；
- (3) 投标人针对商务及报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

1. 投标函格式：

投 标 函

致：_____（招标采购单位名称）：

根据贵方为_____项目的____分标招标公告（项目编号：_____），我方正式授权并代表投标人提交投标文件（资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件）电子版本一份。

据此函，我方同意如下：

1、根据已收到的招标项目、招标编号的招标文件，经研究上述招标文件、招标文件补充通知、招标答疑纪要的所有内容后，我方对愿以投标报价为：人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价承接该项目的服务工作；交付期：_____。

2、一旦我方中标，我方保证按我方所递交的投标文件中承诺的期限和招标文件中对承包期限的要求如期按质提供服务。

3、一旦我方中标，我方保证所提供的服务质量达到我方所递交的投标文件中承诺的质量等级。

4、一旦我方中标，我方保证按投标文件中服务方案开展服务工作。如确需变更，必须征得业主的同意。

5、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、我方同意招标文件中各条款，并按要求交纳投标保证金_____/____元整（不超过投标总报价的2%）。若我方违约，则扣除所交纳的全部保证金。

7、除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充通知、投标答疑纪要、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本招标文件，并在投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

9、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

11、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

12、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

13、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

14、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

15、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

16、我方根据招标文件的规定，在签订合同之前向采购单位缴纳履约保证金。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____.

投标人名称(公章)：_____.

开户银行：_____ 银行帐号：_____ .

法定代表人或授权委托代理人（签字）：_____.

日 期：_____年____月____日

注：未按照本投标函格式要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2. 投 标 报 价 表

投标报价表

采购项目编号: _____

采购项目名称: _____

分标: _____

金额单位: 人民币 (元)

序号	设备名称	品牌及生产 厂家	规格型号	单 位 及 数 量①	单价②	单项合价 ③=①×② 金额
						
报价: 大写 小写:						
交付期:						
备注: 投标报价是履行合同的最终价格, 包含以下所列项目费用及提供服务所发生的一切成本费用。						

投标人名称 (签章): _____

法定代表人或法定代表人授权代表 (签字): _____

报价时间: ____年____月____日

3. 投标人针对商务及报价需要说明的其他文件和说明 (格式自拟)

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年____月____日，向_____提出质疑，
质疑事项为：

采购人/代理机构于_____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。