

单一来源采购方式专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 郭召平	
	职称: 副主任技师	
	工作单位: 九二三医院	
项目信息	采购单位: 北流市清湾镇中心卫生院	
	项目名称: 北流市清湾镇中心卫生院婴幼儿氧舱采购项目	
	项目预算金额: 15 万元	
	供应商名称: 广西金瑶瑶商贸有限公司	
专业人员论证意见	武汉海博瑞科技有限公司是获得生产婴幼儿氧舱国内唯一生产厂家, 具有三类医疗器械生产许可证。广西金瑶瑶商贸有限公司是武汉海博瑞科技有限公司唯一授权在广西销售的供应商。 综上所述, 本项目符合《桂财规〔2021〕4号广西壮族自治区财政厅关于印发<进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知>》中, 单一来源采购方式的适用情形, 符合下列情形之一的政府采购项目, 采购人可以采购单一来源方式采购: (一) 只能从唯一供应商处采购的, 即因使用不可替代的专利、专有技术, 或者公共服务项目具有特殊要求等, 导致只能从某一特定供应商处采购的。同意采购单位按单一来源的采购方式从广西金瑶瑶商贸有限公司采购。	
专业人员签字	郭召平	日期 2025 年 8 月 21 日

单一来源采购方式专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 廖火平	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 广西壮族自治区人民医院	
项目信息	采购单位: 北流市清湾镇中心卫生院	
	项目名称: 北流市清湾镇中心卫生院婴幼儿氧舱采购项目	
	项目预算金额: 15 万元	
	供应商名称: 广西金瑶瑶商贸有限公司	
专业人员论证意见	与一些通用型或改装型氧舱相比,专为婴幼儿设计且持有三类注册证的产品在细节上更有优势更能保障婴幼儿的安全性和舒适性。透明舱体采用高质量透明医用有机玻璃,方便医护人员和家长从外部观察充氧舱内婴幼儿的实时状态,及时发现异常情况。环境控制:舱内设有如恒温控制系统(空调)和湿度调节系统,确保舱内环境始终处于适合婴幼儿的舒适温度和湿度范围,避免过热或过冷或干燥而致不适。安全系统:配备多重安全泄压装置,紧急排气阀、消防系统等确保压力控制,防止漏气和在紧急情况下能快速处置危险。 综上所述,因婴幼儿为特殊群体,对其使用的医疗设备必须选用更具安全性和舒适性的产品,获有国家药品监督管理局三类医疗器械注册证的婴幼儿氧舱生产厂家武汉海博瑞科技股份有限公司的产品,其技术和售后服务,有不可替代性和专业性,符合政府采购单一来源采购方式的适用情形,同意采用单一来源方式。	
专业人员签字	廖火平	日期 2025 年 8 月 5 日

单一来源采购方式专家论证意见表

专业人员信息	姓名：冯江学	
	职称：主任医师	
	工作单位：广西妇幼保健院	
项目信息	采购单位：北流市清湾镇中心卫生院	
	项目名称：北流市清湾镇中心卫生院婴幼儿氧舱采购项目	
	项目预算金额：15 万元	
	供应商名称：广西金瑶瑶商贸有限公司	
专业人员论证意见	目前市场上唯一一款获国家药品监督管理局三类医疗器械注册证的婴幼儿氧舱生产厂家是武汉海博瑞科技有限公司。其生产的婴幼儿氧舱专为婴幼儿设计，工作压力，可达0.1MPa（符合卫生部原用高压氧舱新规范对婴幼儿舱的要求），用于治疗新生儿缺氧缺血性脑病、窒息、吸入性肺炎等。 广西金瑶瑶商贸有限公司系获得武汉海博瑞科技有限公司授权的广西地区总代理——南宁山奇商贸有限公司授权的公司。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款规定“只，能从唯一供应商处采购的”，符合政府采购的单一来源采购方式的适用情形，同意采用单一来源方式。	
专业人员签字	冯江学	日期 2025 年 8 月 5 日