

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谭斌	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 玉林市检验检测研究院	
项目信息	项目名称: 电子下消化道内窥镜	
	项目预算金额: 45 万元/条, 2 条共 90 万元	
	供应商名称: 广西富升义医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	采购单位拟采购电子下消化道内窥镜, 内镜系统包含主机、光源、监视器、录像、内窥镜(上下消化道内窥镜), 内窥镜是属于内镜系统的配件, 是要接到主机上工作的, 主机是富士品牌, 如果用其他品牌的内窥镜, 是不兼容的。而广西富升义医疗设备有限公司是富士胶片(中国)投资有限公司在广西区域范围内作为富士胶片医疗用内窥镜消化科、呼吸科专用产品的授权经销商, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条情形“只能从唯一供应商采购”即只能从广西富升义医疗设备有限公司处采购, 故本项目适用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	谭斌	日期 2025 年 11 月 3 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴震	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 玉林市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 电子下消化道内窥镜	
	项目预算金额: 45 万元/条, 2 条共 90 万元	
	供应商名称: 广西富升义医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	电子下消化道内窥镜属于内镜系统的配件, 内镜系统中包含主机、光源、监视器、分叉、内窥镜。因主机为富士品牌, 所以采购的电子下消化道内窥镜须为富士品牌, 因必须为同品牌才能与主机兼容正常使用。 又因富士品牌的广西区域授权书为广西富升义医疗设备有限公司, 作为唯一供应商供应, 所以本项目采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	吴震	日期 2025 年 11 月 3 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谭文斌	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 玉林市检验检测研究院	
项目信息	项目名称: 电子下消化道内窥镜	
	项目预算金额: 45 万元/条, 2 条共 90 万元	
	供应商名称: 广西富升义医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	内窥镜是属于内镜系统的配件, 内镜系统包含主机、光源、监视器、台车、内窥镜(上消化道内窥镜和下消化道内窥镜), 内窥镜是要接到主机上的, 主机是富士品牌的, 如果用其他品牌的内窥镜是不兼容的, 建议采用单一来源采购方式采购内窥镜。	
专业人员签字	谭文斌	日期 2025 年 11 月 3 日