

质疑答复函

质疑人(投标人):广西一航医疗管理有限公司

地址:广西桂林市临桂区金茂中心 3- 3- 1717

联系人:蒋善姣 电话: 13558387301

邮政编码:541100

我公司于 2025 年 11 月 06 日上午收到贵公司以邮件方式寄来的《桂林市中医医院设备采购(4K 荧光腹腔镜系统、肺功能测试系统、诊断型听力计等设备)》(项目编号: GLZC2025-G1-990476-GXRY)的质疑函。对于贵公司所提出的质疑事项,我公司高度重视,同时将该质疑函报送采购人。现受采购人委托,经组织核实后,现对质疑事项答复如下:

质疑事项 1:1 标段技术参数一、4K 荧光摄像系统 7、可实现单平台双镜联合,两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

事实依据:单平台双镜联合是指使用一台摄像主机开展双镜联合手术,如使用两台 摄像主机开展双镜联合手术属于双平台双镜联合,双平台的双镜联合在临床手术中使用 不便,影响手术效率,且占用医院的设备资源,在设备数量不足的情况下难以满足手术 需求。迈瑞 UX5-TEC 不具备此功能,证明文件(后附):“产品说明书”“彩页”均未提 及有此功能未能满足招标技术参数要求,应在评标中按评分规则扣减技术分。

质疑事项 1 答复:

1、本项目招标文件采购需求未要求投标人须提供“产品说明书”、“彩页”等资料,产品说明书或彩页属于厂商宣传资料,资料中未提及到产品某些功能,但并不能完全代表产品不具备这些功能。评标委员会根据投标文件进行评审,上海融智开来供应链管理有限公司的投标文件对此项招标技术参数响应均为“无偏离”。

2、针对质疑内容,招标代理机构向被质疑人(上海融智开来供应链管理有限公司)发出协查函,其回复其所投产品技术参数满足文件要求。

质疑事项不成立。

质疑事项 2: 1 标段技术参数一、4K 荧光摄像系统 12、术野画面 3 倍电子放大功能，7 级可调，具备自适应缩放功能。

事实依据：该功能可在3倍放大术野后再进行7级精度调节，为高精尖手术的精准开展提供必要保障。迈瑞UX5-TEC仅具备上述参数中“术野画面3倍电子放大功能”，无“7级可调”功能，证明文件(后附)：“产品说明书”第5-2、5-8页，未能全部满足 招标技术参数要求，应在评标中按评分规则扣减技术分。

质疑事项 2 答复：

1、评标委员会根据投标文件进行评审，上海融智开来供应链管理有限公司的投标文件对此条招标技术参数响应均为“无偏离”。

2、针对质疑内容，招标代理机构向被质疑人（上海融智开来供应链管理有限公司）发出协查函，现依据回函答复：其所投产品技术参数满足招标文件要求，迈瑞电子放大支持 7 级可调，并提供视频录制证明。

质疑事项不成立。

质疑事项 3:1 标段技术参数一、4K 荧光摄像系统 17、 ≥ 4 个 USB 接口。

事实依据：迈瑞 UX5-TEC 摄像主机仅有 3 个 USB 接口，证明文件(后附)：“产品说明书”第 2-3 页、2-4 页，未能满足招标技术参数要求，应在评标时按评分规则扣除技术分。

质疑事项 3 答复：

1、评标委员会根据投标文件进行评审，上海融智开来供应链管理有限公司的投标文件对此条招标技术参数响应均为“无偏离”。

2、针对质疑内容，招标代理机构向被质疑人（上海融智开来供应链管理有限公司）发出协查函，现依据回函答复：其所投产品技术参数满足文件要求，已于投标文件中对质疑参数所述技术要求做出“响应”，并提供了附件说明材料。

质疑事项不成立。

质疑事项 4:1 标段技术参数一、4K 荧光摄像系统 19、输出端口： DP 数字端口 ≥ 2 个，12G-SDI 数字端口 ≥ 1 个， DVI-D 数字端口 ≥ 1 个。

事实依据：迈瑞 UX5-TEC 摄像主机的输出端口无 DP 数字端口，证明文件(后附)：“产品说明书”第 2-3 页、2-4 页，未能完全满足招标技术参数要求，应在评标时按评分规则扣减技术分。

质疑事项 4 答复：

1、评标委员会根据投标文件进行评审，上海融智开来供应链管理有限公司的投标文件对此条招标技术参数响应均为“无偏离”。

2、针对质疑内容，招标代理机构向被质疑人（上海融智开来供应链管理有限公司）发出协查函，现依据回函答复：其所投产品技术参数满足文件要求，已于投标文件中对质疑参数所述技术要求做出“响应”，并提供了说明材料：支持 12G-SDI、HDMI 数字化广播级别远程转播信号，远距离数据传输无损失，支持 HDMI 转 DP 接口，满足工作站连接等功能。

质疑事项不成立。

质疑事项 5:1 标段技术参数六、气腹机 4、10.25 寸液晶触摸屏，内含操作系统，可播放安装及使用视频。

事实依据：迈瑞所有型号气腹机屏幕为 7 寸，均未达到招标参数要求的 10.25 寸，证明文件(后附)：彩页；没有内含操作系统，所以无法播放安装及使用视频，证明文件(后附)：“产品说明书”第 3-1 页/3.4 整机功能描述、第 3-2 页/3.5 主要参数均未提及此功能，不满足招标技术参数要求，应在评标时按评分规则扣除技术分。

质疑事项 5 答复：

1、本项目招标文件采购需求未要求投标人须提供“产品说明书”、“彩页”等资料，产品说明书或彩页属于厂商宣传资料，资料中未提及到产品某些功能，但并不能完全代表产品不具备这些功能。经评标委员会根据投标文件进行评审，上海融智开来供应链管理有限公司的投标文件对此项招标技术参数响应均为“无偏离”。

2、针对质疑内容，招标代理机构向被质疑人（上海融智开来供应链管理有限公司）发出协查函，现依据回函答复：质疑方所提供触摸屏参数材料仅为迈瑞单一型号标配配置彩页，不代表所有型号，其所提供产品支持定制化选配。迈瑞气腹机内含操作系统，支持流量调节等功能，公司已于投标文件中对所述技术要求做出“响应”；质疑方未在说明书中找到播放安装视频等参数，不代表被质疑人所提供产品不具备此功能，

质疑缺乏有效依据，迈瑞产品具有完善的安装，并提供了使用视频及资料。

质疑事项不成立。

广西睿翼工程咨询有限公司

2025年11月14日

