

一、设备性能配置清单

设备性能配置清单

所投分标：1 分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	关节镜配套手术器械	1套	德美医疗	RAS10、2.7	北京德益达美医疗科技有限公司	北京	1.1关节镜镜体：2条 ▲1.1 超高清关节镜，支持高温高压灭菌 1.2 工作直径≤4.0mm工作长度≥175mm，视向角30 ° 1.3 蓝宝石玻璃镜面，抗划痕、耐磨损 1.4 激光焊接工艺，密封、防雾 1.5 相对畸变≤4% 1.6 配套双阀镜鞘一个，配套穿刺锥一个 2 穿刺锥 2个 2.1 总长尺寸≥183.84mm；金属杆直径尺寸≤5.5mm；金属杆内孔直径尺寸≤4.5mm；头部角度尺寸30 ° ； 2.2 采用医用级不锈钢，结合高品质生产工艺，双路冲洗，卡扣设计，连接牢固； 2.3 .多种角度和长度满足临床不同使用需求； 2.4 支持高温高压、等温等离子、环氧乙烷消毒灭菌，高效耐用，重复使用。 3 双阀镜鞘 2个 ☆3.1 总长尺寸≥183.84mm；金属杆直径尺寸≤5.5mm；金属杆内孔直径尺寸≤4.5mm；头部角度尺寸45 ° ； 3.2 采用医用级不锈钢，结合高品质生产工艺，双路冲洗，卡扣设计，连接牢固； 3.3 多种角度和长度满足临床不同使用需求； 3.4 支持高温高压、等温等离子、环氧乙烷消毒灭菌，高效耐用，重复使用。 4 小关节镜器械 4.1 医用级不锈钢，硬度更高，耐腐蚀性更强。 4.2 可重复使用，钳口能在入腕关节镜，踝关节镜手术视野操作； 4.3 可高温高压消毒； 5 多角度缝合系统 5.1 手柄采用人体工程学设计，手感舒适，操控灵活；滚轮设计，送线顺畅，缝合高效。 ☆5.2 能提供15种规格自由选择，满足多部位缝合需求。 5.3 针尖采用更小的Φ1.6直径尺寸，缝合更锋利，有效避免软组织损伤。 ☆5.4 针尖采用更小的Φ2直径尺寸，针尖两侧增加副刃处理，缝合更锋利，有效避免软组织损伤。
				XLD01-01 XLD01-02 XLD01-03 XWZ01-01 XYG01-01 XEZ01-01 GXG01-02 GXG01-01 GXG12-01 GXG02-01 GXG03-01 GXG06-01 GXG07-01			

						5.5 经典可拆卸手柄，拆卸更方便，可重复使用。
				GZZ01-01 GZT01-01 GZS01-01		6 微骨折锥器械1套
				GSZ11-19 GSZ11-20 GSZ13-22 GSZ14-24 XFY01-01 XFY01-02		7 半月板器械
						7.1 钳柄采用人体工学设计，握持方便，操作简单；
						7.2 采用医用级不锈钢，高硬度，高品质，耐腐蚀性更强；
						☆7.3 亮光镜面的抛光工艺；
						7.4 进口材质以及高品质生产工艺
				GSZ09-01 GSZ09-02 GSZ09-03 GSZ09-04 GSZ09-05 GSZ10-27 GSZ12-29 GSZ12-31 GSZ12-02 GSZ12-04 GSZ12-06 GSZ12-08 GSz12-14 GSZ12-15 GSZ12-16 GSZ12-17 GSZ12-18 GSZ12-19 GSZ12-20 GSZ12-21 GSZ12-22 GSZ12-23 GSZ12-24 GSZ14-25 DZJ-01 DZL-01 GXG01-03 GSZ11-26 GSZ16-07 GSZ16-04 GSZ16-05 GSZ16-06 GSZ01-03 GsZ01-02 GSZ13-30 GSZ15-03 RZJ-01 GSZ11-17 GSZ11-10 GSZ11-12		8. 膝关节交叉韧带重建器械：2套
						8.1 精钢制作，可高温高压消毒；
						▲8.2 能完成前后：交叉韧带重建及交叉韧带全内重建关节镜手术 杆长尺寸更小，在特殊的环境下使用，更加方便。

			GSZ11-01		9 肩锁关节脱位修复器械:
			GSZ11-03		9.1 可高温高压灭菌
			GSZ14-26		9.2 喙突及锁骨定位器, 专用于肩锁关节脱位修复及重建手术。
			GSZ11-08		配置清单:
			GSZ11-09		一、关节镜镜体
					1、4mm关节镜 1条
			RAS10		2、2.7mm关节镜 1条
			2.7		二、穿刺椎
					3、4mm关节镜子鞘芯 1个
					4、2.7mm关节镜子鞘芯 1个
			/		三、双阀镜鞘
			/		5、4mm关节镜子镜鞘 1个
					6、2.7mm关节镜子镜鞘 1个
			/		三、小关节镜器械
			/		7、泪滴状篮钳 • 直 1个
					8、泪滴状篮钳 • 右弯45 ° 1个
					9、泪滴状篮钳 • 左弯45 ° 1个
			XLD01-01		10、微型抓钳 • 直 1个
			XLD01-02		11、微型咬骨钳 1个
			XLD01-03		12、鳄鱼口小抓钳 1个
			XWZ01-01		四、多角度缝合系统
			XYG01-01		13、多角度缝合系统滑轮手柄 1个
			XEZ01-01		14、缝合钩 • 90 ° - 直弯 1个
					15、缝合钩 • 90 ° - 直弯 - 长型 1个
					16、缝合钩 • 45 ° - 右弯 1个
					17、缝合钩 • 45 ° - 左弯 1个
					18、缝合钩 • 90 ° - 右弯 1个
					19、缝合钩 • 90 ° - 左弯 1个
			GXG01-02		五、微骨折锥
			GXG01-01		20、软骨锥 • 直型 1个
			GXG12-01		21、软骨锥 • 25 ° 1个
			GXG02-01		22、软骨锥 • 60 ° 1个
			GXG03-01		六、半月板器械
			GXG06-01		23、骨刮匙 • 双面 2个
			GXG07-01		24、骨刮匙 • 单面 2个
					25、探钩, 3mm 2个
					26、#2-0握持式推结线剪 4个
			GZZ01-01		27、反咬篮钳 • 右 2个
			GZT01-01		28、反咬篮钳 • 左 2个
			GZS01-01		七、膝关节交叉韧带重建器械: 2套
					29、定位器手柄 2个
					30、定位器套筒 2个
			GSZ11-19		31、前叉点对点定位钩 2个
			GSZ11-20		32、后叉胫骨定位钩 2个
			GSZ13-22		33、后叉股骨定位钩 2个
			GSZ14-24		34、空心钻头, 4.5mm 2个
			XFY01-01		35、空心钻头, 5.0mm 2个
			XFY01-02		36、空心钻头, 6.0mm 2个
					37、空心钻头, 7.0mm 2个
			GSZ09-01		38、空心钻头, 8.0mm 2个
			GSZ09-02		39、空心钻头, 9.0mm 1个
			GSZ09-03		
			GSZ09-04		
			GSZ09-05		
			GSZ10-27		
			GSZ12-29		
			GSZ12-31		
			GSZ12-02		
			GSZ12-04		
			GSZ12-06		

			GSZ12-08			40、空心钻头，10.0mm	2个
			GSz12-14			41、空心球头钻，5.0mm	2个
			GSZ12-15			42、空心球头钻，5.5mm	2个
			GSZ12-16			43、空心球头钻，6.0mm	2个
			GSZ12-17			44、空心球头钻，6.5mm	2个
			GSZ12-18			45、空心球头钻，7.0mm	2个
			GSZ12-19			46、空心球头钻，7.5mm	2个
			GSZ12-20			47、空心球头钻，8.0mm	2个
			GSZ12-21			48、空心球头钻，8.5mm	2个
			GSZ12-22			49、空心球头钻，9.0mm	2个
			GSZ12-23			50、空心球头钻，9.5mm	2个
			GSZ12-24			51、空心球头钻，10.0mm	2个
			GSZ14-25			52、导丝，1.2mm	2个
			DZJ-01			53、带孔导针，2.3×38cm(尖角)	2个
			DZL-01			54、带孔导针，2.3×31cm	2个
			GXG01-03			55、推结器(膝)	2个
			GSZ11-26			56、测深尺，带钩	2个
			GSZ16-07			57、股骨导向器手柄	2个
			GSZ16-04			58、股骨导向定位钩，5mm	2个
			GSZ16-05			59、股骨导向定位钩，6mm	2个
			GSZ16-06			60、股骨导向定位钩，7mm	2个
			GSZ01-03			61、韧带测量器，闭口	2个
			GsZ01-02			62、肌腱刮板，经典型	2个
			GSZ13-30			63、PCL保护器	2个
			GSZ15-03			64、韧带工作台，便携式	2个
			RZJ-01			65、软组织夹	2个
			GSZ11-17			66、界面螺钉改锥，6-10mm	2个
			GSZ11-10			67、闭口取腱器，7mm	2个
			GSZ11-12			68、开口取腱器，7mm	2个
						八、肩锁关节脱位修复器械	
			GSZ11-01			69、定位器手柄（三代）	1个
			GSZ11-03			70、限深套筒，3.5mm	1个
			GSZ14-26			71、转换套筒	1个
			GSZ11-08			72、AC关节定位钩，左	1个
			GSZ11-09			73、AC关节定位钩，右	1个
						九、其他附件	
			/			74、工具消毒盒	4个
			/			75、镜子消毒盒	2个

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

日 期： 2025年7月20日