

广西建荣工程项目管理有限公司关于河池市人民医院医疗设备采购项目（项目编号：
HCZC2025-G1-990116-GXJR）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HCZC2025-G1-990116-GXJR

原公告的采购项目名称：河池市人民医院医疗设备采购项目

首次公告日期：2025 年 8 月 5 日

二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第二章招标项目 采购需求 2 分标 “技术参数”	▲4.2 阳极材料：钨靶；【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料，可提供制造商宣传彩页或官网功能截图或厂家出具的白皮书或厂家官方产品说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等），并加盖投标人电子签章，否则视为负偏离，按投标无效处理】；	▲4.2 阳极材料：钨靶或钼靶；【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料，可提供制造商宣传彩页或官网功能截图或厂家出具的白皮书或厂家官方产品说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等），并加盖投标人电子签章，否则视为负偏离，按投标无效处理】
2	第二章招标项目 采购需求 2 分标 “技术参数”	▲5.5 摄影臂旋转角度（起始位置按 0° 位置计算） $\geq \pm 180^\circ$ 【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料，可提供制造商宣传彩页或官网功能截图或厂家出具的白皮书或厂家官方产品说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等），并加盖投标人电子签章，否则视为负偏离，按投标无效处理】；	▲5.5 摄影臂旋转角度 $\geq 340^\circ$ ；【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料，可提供制造商宣传彩页或官网功能截图或厂家出具的白皮书或厂家官方产品说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等），并加盖投标人电子签章，否则视为负偏离，按投标无效处理】

3	第二章招标项目 采购需求 2 分标 “技术参数”	▲ 12.2 断层采集曝光次数≥ 20 次； 【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料，可提供制造商宣传彩页或官网功能截图或厂家出具的白皮书或厂家官方产品说明书或国家认可的第三方检验机构出具的检测报告等），并加盖投标人电子签章，否则视为负偏离，按投标无效处理】	▲ 12.2 断层采集曝光次数≥ 17 次； 【投标人于投标文件中提供所投本项产品满足本条技术需求的相关有效证明材料，可提供制造商宣传彩页或官网功能截图或厂家出具的白皮书或厂家官方产品说明书或国家认可的第三方检验机构出具的检测报告等），并加盖投标人电子签章，否则视为负偏离，按投标无效处理】
4	第二章招标项目 采购需求 2 分标 “技术参数”	14.1.1 X 射线骨密度分析软件（OCT） 1 套；	14.1.1 X 射线骨密度分析软件（QCT） 1 套；
5	第二章招标项目 采购需求 2 分标 “技术参数”	14.2 防护用品：防辐射围领 ≥ 1 个、防辐射帽 ≥ 1 顶、防辐射方巾 ≥ 1 条、防护铅眼镜 ≥ 1 个；	14.2 防护用品 1 套，包含：防辐射围领 1 个、防辐射帽 1 顶、防辐射方巾 1 条、防护铅眼镜 1 个；
6	第四章 评标方法 及评分标准 “三、偏离认定说明 ”	（8）对于单边任意参数的要求，例“长度 $\geq 50\text{cm}$ ”，若响应为 50 cm 及 50cm 以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于 50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。	（8）对于单边任意参数的要求，例“长度 $\geq 50\text{cm}$ ”，若响应为 50 cm 视为无偏离；若响应大于 50cm，视为正偏离；若响应小于 50cm，视为负偏离。
7	投标响应文件提交 截止时间	2025 年 8 月 26 日 10 时 00 分	2025 年 9 月 1 日 10 时 00 分

更正日期：2025 年 8 月 12 日

三、其他补充事宜

/：

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名 称：河池市人民医院

地 址：河池市金城江区金城中路 455 号

联系人：容逍逍 联系电话：0778-2119409

2. 采购代理机构信息

名 称：广西建荣工程项目管理有限公司

地址：河池市宜州区庆远镇金瀚宇物流中心北安置区 25 栋 12 号

项目联系人：廖凤梅 联系电话：0778-3180698



河池市人民医院



广西建荣工程项目管理有限公司

2025 年 8 月 12 日