

广西金瑶项目管理有限公司关于大化医疗事业补短板项目(项目编号
: HCZC2025-G1-290132-GXJY) 更正公告

一、项目基本情况

项目名称: 大化医疗事业补短板项目

项目编号: HCZC2025-G1-290132-GXJY

首次公告发布日期: 2025年8月12日

二、更正事项: 采购文件

更正内容:

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第二章采购需求, 货物需求一览表、6. 病床及床头柜, 技术参数及性能(配置)要求	<p>一、规格尺寸: 2200×1080(含护栏)</p> <p>二、升降功能:</p> <p>1、背部升降: 升降角度0~75°, ±5°。</p> <p>2、腿部升降: 升降角度0~35, ±5°</p> <p>3、整体升降: 整体升降高度为580-850mm</p> <p>4、床体前后倾斜角度0-12, ±2°</p> <p>5、左翻身: 30±5° 右翻身: 30±5°</p> <p>6、一键电动CPR功能, 在紧急情况下可实现快速救治, 减少医疗事故。</p> <p>7、床体最大承受重量200kg, 重量显示分辨率0.1kg.。</p> <p>三、床面板</p> <p>1、床面整体尺寸1940mmX900mm, 床面采用优质冷轧钢板由模具成型, 冲孔床面, 钢板厚度≥1.0mm, 表面采取静电喷塑处理, 采用模压床板工艺, 模压成型工艺, 钢板内填加强筋增加强度, 有透气孔; 床板四周内焊接加强筋, 增加承载力。</p>	<p>一、规格尺寸: 2150X960X500 mm</p> <p>二、升降功能:</p> <p>1、背部升降: 升降角度0~75°, ±5°。</p> <p>2、腿部升降: 升降角度0~35, ±5°</p> <p>3、床体最大承受重量200kg。</p> <p>三、床面板</p> <p>1、床面整体尺寸1930mmX860mm, 床面采用优质冷轧钢板由模具成型, 冲孔床面, 钢板厚度≥1.0mm, 表面采取静电喷塑处理, 采用模压床板工艺, 模压成型工艺, 钢板内填加强筋增加强度, 有透气孔; 床板四周内焊接加强筋, 增加承载力。</p> <p>2、床板链接采用钢质铰链, 模具冲压成型, 单片厚度4mm。耐磨, 运作无噪音, 防折断。</p> <p>四、床身主要部件</p> <p>1、床框采用 30mm×60mm×1.5mm 优质碳钢矩管。</p> <p>2、床体四角有输液架插孔, 根据</p>

	<p>2、床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。</p> <p>四、床身主要部件、</p> <p>1、床框采用30mm×60mm×1.5mm优质碳钢矩管；</p> <p>2、床体四角有输液架插孔，根据需要任意选择输液位置。</p> <p>五、护栏</p> <p>1、符合 IEC 60601-2-52 标准的新型四片式分体式升降护栏,安装在床面板上,可随床体的功能同时动作,护栏采用一次性注压成型铝镁合金支架,升起时可自动锁定,放下后可藏于床面板下面,实现零缝隙转移。最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状,可作患者起立时的助力棒。</p>	<p>需要任意选择输液位置。</p> <p>3、床头尾板，采用全新纯正 ABS 原材料吹塑成型,无缝隙,不藏污纳垢,易清洁,不变形;暗藏锁定开关,稳定可靠,拆卸方便</p> <p>五、护栏</p> <p>1、折叠式护栏: 总长≥1400mm折叠护栏的管材采用优质铝合金材料,6支铝合金支柱,不使用时可收缩,具有强度高操作方便,并带防夹手功能,护栏上可放置移动餐桌板。</p> <p>六、脚轮</p> <p>脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型,质地坚硬且轻盈;稳固牢靠;内置全封闭自润滑轴承,防水、防异物卷入;轮面采用TPR耐磨材料,静音耐磨</p> <p>七、床垫</p> <p>产品规格: 1930 x 860 x 60 (mm); 半棕半海绵防水冬夏二用床垫。高密度中弹性海绵, 面料: 纯棉通气性强, 舒适耐用, 液体不渗透表层且擦拭容易, 可长期保持床面干净卫生, 有防潮、通气等功能</p> <p>八、 ABS床头柜</p> <p>规格: 480*480*760mm 采用优级 ABS 全新纯正工程塑料注塑成型, 板材厚度≥3mm, 结实、耐用, 不变形, 不易变色、耐腐蚀、外形美观、清洗方便、一次性压缩成型, 采用天蓝色面板。配置一个活动抽板, 抽板内有温度计凹槽, 饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个</p>
--	---	---

			小柜。左边配置可折叠隐蔽式毛巾架。柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。造型美观，使用性强，抗冲击力、抗压力强
2	提交投标文件截止时间、开标时间	2025年9月5日10时00分	2025年9月18日10时00分

更正日期：2025年9月2日

采购文件涉及以上内容均相应更正，其余内容不变，特此公告。

注：投标单位未及时关注本项目指定网站发布的本通知造成的损失，由投标人自行承担。

三、其他补充事宜：

公告媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（广西·河池）（<http://ggzy.jgswj.gxf.gov.cn/hcggzy/>）。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购单位信息

名称：大化瑶族自治县卫生健康局
地址：大化瑶族自治县大化镇北文昌西路180号
联系方式：唐工 0778-5812319

2. 采购代理机构信息

名称：广西金瑶项目管理有限公司
地址：河池市宜州区庆远镇城南新区（市公安局北面）
联系方式：韦文慧 0778-3115088

