

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司关于河池市宜州区人民医院
德胜分院门诊综合楼建设项目 (货物类)
(HCZC2024-G1-810279-GXXP) 更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: HCZC2024-G1-810279-GXXP
原公告的采购项目名称: 河池市宜州区人民医院德胜分院门诊综合楼建设项目 (货物类)
首次公告日期: 2025 年 1 月 6 日

二、更正信息

更正事项: ☐ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果
更正内容:



序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	C 分标 病床 参数	4.背部床板采用双支撑卸力结构， 835*Φ32*2.5mm 无缝钢管，双支撑材料规格： 240*51*2mm，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。 5.床面板采用 1.2mm 优质冷轧钢材自动辊压设备辊压成型，一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用 ABS 工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，共有 10 段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮，背部床板长 740*835*30mm，臀部床板长 250*835*30mm、大腿部床板长 370*835*30mm、小腿部床板长 525*835*30mm，床板与床板之间的间隙不小于 19mm，连接处间隙为 40mm，床面板实际总长度为 1890mm。床头板与床面板之间的空隙为 55mm,床尾板与床面板之间的空隙为 55mm。	4.背部床板采用双支撑卸力结构， ≥ 835×Φ32×2.5mm 无缝钢管，双支撑材料规格： ≥ 240×51×2mm，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。 5.床面板采用 1.2mm 优质冷轧钢材自动辊压设备辊压成型，一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用 ABS 工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，共有 10 段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮，背部床板长≥740×835×30mm，臀部床板长 ≥250×835×30mm、大腿部床板长≥370×835×30mm、小腿部床板长≥525×835×30mm，床板与床板之间的间隙不小于 19mm，连接处间隙为约 40mm，床面板实际总长度为≥1890mm。床头板与床面板之间的空隙为约 55mm，床尾板与床面板之间的空隙为约 55mm。

		★10.脚轮采用进口材质中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水；内有 ABS 防震安装结构，轮面采用 TPR 耐磨材料，静音耐磨；铅含量≤0.1%，镉含量≤0.1%，六价铬含量≤0.1%，汞含量≤0.1%，多溴联苯类≤0.1%，多溴二苯醚类≤0.1%。中控刹车系统具有一键式刹车开关功能，刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构为 T 字型 ABS 材质自带条纹增加摩擦力(避免金属材质踏板容易打滑产生的安全隐患)内包 4mm 厚钢制刹车装置安全性更高，刹车强度高，更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。（提供第三方检测机构出具的脚轮开关检测报告）	★10.中控脚轮内置全封闭自润滑轴承，防水；内有 ABS 防震安装结构，轮面采用 TPR 耐磨材料，静音耐磨；铅含量≤0.1%，镉含量≤0.1%，六价铬含量≤0.1%，汞含量≤0.1%，多溴联苯类≤0.1%，多溴二苯醚类≤0.1%。中控刹车系统具有一键式刹车开关功能，刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构为 T 字型 ABS 材质自带条纹增加摩擦力(避免金属材质踏板容易打滑产生的安全隐患)内包≥4mm 厚钢制刹车装置安全性更高，刹车强度高，更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。（提供第三方检测机构出具的脚轮开关检测报告）
		★14.属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料,该涂料对大肠杆菌抗菌活性 R 值为 5.8,对金黄色葡萄球菌的抗菌活性 R 值 6.1,对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率>99.9%。	★14.产品采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性 R 值≤5.8,对金黄色葡萄球菌的抗菌活性 R 值≤6.1,对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率≥99.9%。
2	C 分标 空调 参数	所有空调机的能效等级： 能效等级:2 级	所有空调机的能效等级： 能效等级:不低于 2 级

更正日期：2025 年 1 月 8 日

三、其他补充事宜

其余事项不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：河池市宜州区人民医院

地址：宜州区庆远镇龙江路 43 号

联系人：杨幸

电话：0778-3140192

2、采购代理机构信息

名称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地址：河池市金城江区育才路一巷2号

联系方式：梁才武 联系电话/传真：0778-2111666

3、交易服务单位：河池市公共资源交易中心 联系电话：0778-2302718

地 址：河池市宜州区庆远镇高家堡西路1号（河池市直属机关办公区二楼东侧）

4、项目联系人：杨幸 电话：0778-3140192



采购单位：河池市宜州区人民医院

采购代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司



2025年1月8日