

广西桂水工程咨询有限公司九洲江流域环境监测监管执法能力建设 设备项目（项目编号：YLZC2024-G1-990399-GXGS）质疑答复函

质疑人：广西逸辰智云信息科技有限公司

质疑人于2024年7月24日向我公司以现场方式递交了《质疑函》，对九洲江流域环境监测监管执法能力建设设备项目（项目编号：YLZC2024-G1-990399-GXGS）采购文件提出质疑。针对质疑人广西逸辰智云信息科技有限公司提出的问题，我公司与采购人进行了认真核实，现就有关质疑事项答复如下：

一、质疑事项

1. 质疑事项 1：详见附件《质疑函》
2. 质疑事项 2：详见附件《质疑函》
3. 质疑事项 3：详见附件《质疑函》
4. 质疑事项 4：详见附件《质疑函》
5. 质疑事项 5：详见附件《质疑函》

二、质疑答复

本项目是政府采购，不适用《中华人民共和国招标投标法》。

质疑答复 1：

经市场调查“箱体内置的万能快速供电技术中的参数”至少满足三家供应商以上，并不存在以不合理条件限制、排斥潜在供应商或者投标人，并未存在违反了《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。

质疑答复 2：

（1）质疑人反馈“招标文件中要求的该产品并且明确达到什么级别”，因该产品内部设备为电子产品，且户外使用环境复杂，防护性能要求较高，估对产品防护等级有要求并无不妥，并不存在以不合理条件限制、排斥潜在供应商或者投标人。

（2）质疑人反馈“抗冲击抗振等级标准及电路安全性能(导线应力试验、绝缘耐压测试)以及设计原理与数据传输供电功能示意图及产品彩页”，据了解，该产品内部具有集成充电系统，涉及到漏水触电以及充电线路扭曲疲劳破损导致漏电伤人危险，产品必须要进行相关测试合格。并不存在以不合理条件限制、排斥潜在供应商或者投标人，并未存在违反了《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。

质疑答复 3：



经市场调查市场上大多数国产品牌都能满足，标注“▲”为技术重要条款，并无特定供应商特定产品。并不存在排斥潜在投标人，并未存在违反了《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的情况。

质疑答复 4:

本招标文件“第二章采购需求表格 序号 7、采样设备并没有设 GB/T 26572-2011 标准规范文号，请投标人认真阅读招标文件。

质疑答复 5:

本招标文件“第四章评标办法及评分标准，综合评分法 序号 2 技术性能分（满分 32 分）“▲”号为“重要技术条款”，如能提供第三方权威机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检验报告或自主知识产权证明文件（如软件著作权登记证书等）的，每提供 1 项得 2 分，满分 32 分，如不提供不得分。招标文件的采购需求带“▲”号“重要技术条款”共 16 项，并未存在几十项的说法，并不存在以不合理条件限制、排斥潜在供应商或者投标人，并未存在违反了《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。

三、对于质疑人的质疑请求答复如下：

质疑请求 1：不予接受，本项目属于政府采购，适用《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。

质疑请求 2：不予接受，质疑人认为采购文件存在与项目无关的标准和资质证书，没有事实依据。

质疑请求 3：与质疑事项无关的请求。本项目的采购过程符合政府采购相关的法律规定，符合“公平，公正，公开，诚实信用原则”。

综上所述质疑人质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立。

质疑人如对本答复不满意，可以在答复期满后 15 个工作日内向本项目财政监督部门提起投诉。

采购人：玉林市生态环境保护综合行政执法支队

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2024年8月1日

