

关于蒙山县人民医院放射科设备维保服务项目 (WZZC2025-C3-230012-XGZX) 质疑答复函

质疑供应商：广西晴道医疗科技有限公司

地址：广西柳州市柳江区拉堡镇柳江大道 1 号柳州大道商贸城 111 栋 122 室商铺

邮编：545100

联系人：周勤

联系电话：18802611468

授权代表：黄秀红

联系电话：/

地址：广西柳州市柳江区拉堡镇柳江大道 1 号柳州大道商贸城 111 栋 122 室商铺

邮编：545100

我公司于 2025 年 5 月 15 日 10 时 42 分收到贵方以快递方式送达的关于我公司代理的 蒙山县人民医院放射科设备维保服务项目 (WZZC2025-C3-230012-XGZX) 的质疑函。对于贵方所提出的质疑事项，我公司高度重视并第一时间报送采购人，为了保证本次政府采购项目的公平、公正，我公司经与采购人共同核查贵方所质疑的事项，现作出答复如下：

质疑事项：我公司参加了贵单位组织的医疗设备维保服务竞争性磋商项目，项目编号：WZZC2025-C3-230012-XGZX 投标活动，2025 年 5 月 9 日该项目成交结果公告显示中标单位为南宁冠领医疗科技有限公司，我公司对此提出质疑：南宁冠领医疗科技有限公司的《辐射安全许可证》的许可种类和范围为：销售 II 类、III 类射线装置，没有从事维修 X 射线装置业务的“使用”类别。即该单位不具备维修射线装置的资格，无中标资格。

事实依据：根据全国核技术利用单位辐射安全许可证信息公开查询平台查询结果，南宁冠领医疗科技有限公司的《辐射安全许可证》的许可类型和范围无“使用”射线装置类别。

法律依据：根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五条，生产、销售、使用放射性同位素或射线装置的单位单位需要办理《辐射安全许可证》。

法律依据：根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十二条违反本条例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一的，由县级



以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业或者由原发证机关吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得 10 万元以上的，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款：

- （一）无许可证从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的；
- （二）未按照许可证的规定从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的；
- （三）改变所从事活动的种类或者范围以及新建、改建或者扩建生产、销售、使用设施或者场所，未按照规定重新申请领取许可证的；
- （四）许可证有效期届满，需要延续而未按照规定办理延续手续的；
- （五）未经批准，擅自进口或者转让放射性同位素的。

法律依据：2025 年 1 月 6 日广西壮族自治区环境保护厅《关于无辐射安全许可证的企业是否能从事医疗器械维修企业的答复》。

质疑答复：根据竞争性磋商文件第三章《采购需求》服务需求中二、服务要求“7. 服务期限内设备故障：（1）如技术保设备出现故障，供应商无法进行维修，需要另外请维修公司维修的，维修服务费用则由供应商承担（配件除外）；（2）如全保设备出现故障，供应商无法进行维修，需要另外请维修公司维修的，则维修服务所有费用则由供应商承担（包括零件/配件）。”，即在维保过程中，如涉及到供应商无法维修的设备、零配件，允许供应商另请能对设备或零配件进行维修的公司提供相应的维修服务。据此，如在服务期内，涉及到使用射线装置，成交供应商不能提供服务的，可以另请相应的维修公司进行维修，维修服务所有费用由成交供应商承担。质疑事项不成立。

感谢贵方对本项目采购活动的监督与支持！

广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2025 年 5 月 22 日