

广西国兴项目管理有限公司关于计量标准设备采购（项目编号：GLZC2024-G1-990728-GXGX）的
质疑答复函

质疑人：臻创科技(广东)有限公司

法定代表人：周铭洁 联系电话：/

授权代表：刘怀通

联系电话：18697916988

地址：广州市番禺区南村镇番禺大道北 383 号写字楼 7 栋 1802 房

邮编：511442

质疑项目的名称：计量标准设备采购

质疑项目的编号：GLZC2024-G1-990728-GXGX

包号：A 分标计量标准设备更新采购

贵公司以现场递交方式送达的关于“计量标准设备采购（项目编号：GLZC2024-G1-990728-GXGX）”的质疑函，我公司于 2024 年 9 月 30 日 16:20 分收悉，针对贵公司提出的问题，我公司将质疑函转达采购人，经采购人核实后，现对质疑事项答复如下：

一、质疑事件

质疑事件 1-1：招标文件中质量比较仪的招标参数中要求 9、秤盘(mm): $\phi 130$ 。中标人所投产品质量比较仪(型号:MCM5004)的秤盘(mm):136 $\times$ 136，不满足招标文件技术参数要求，存在虚假应标行为。

质疑事件 1-2：招标文件中质量比较仪的招标参数中要求★10、7 寸中文彩色触摸屏设计，不低于三种条形状态指示灯，实时显示仪器所处状态，视觉更加直观并大大避免错误的操作。该指标为带“★”条款，是实质性要求，投标时必须满足，否则投标无效，中标人所投产品质量比较仪(型号:MCM5004)只有 5.7 寸高分辨率 TFT 智能彩色多语言触摸屏，不满足招标文件的要求，而且三种条形状态指示灯，在宣传彩页中没有，未能满足实质性要求，应判投标无效。

质疑事件 1-3：招标文件中质量比较仪的招标参数中要求有★11、自提醒功能：配置水平偏移声控报警系统，实时动态显示水平状态，且当仪器超过校准期限时自动报警提醒。该指标为带“★”条款，是实质性要求，投标时必须满足，否则投标无效。中标人所投产品质量比较仪(型号:MCM5004)：不含水平偏移声控报警系统，实时动态显示水平状态。未能满足招标文件的实质性要求，应判投标无效。

质疑事件 1-4：招标文件中质量比较仪的招标参数中要求★12、LevelMatic 定心装置：自动定心装置显著地降低偏载误差，提高称量精确度。该指标为带“★”条款，是实质性要求，投标时必须满足，否则投标无效。中标人所投产品质量比较仪(型号:MCM5004)，采用了“最新的偏载补偿技术，无需定心装置”该仪器无定心装置，完全无视招标文件的要求，不满足招标文件技术参数要求，应判定投标无效。

质疑事件 1-5：招标文件中质量比较仪的招标参数中要求 15、配置清单：4 个 USB 接口，1 个 LAN 接口。中标人所投产品质量比较仪(型号:MCM5004)数据接口 RS-232C、USB、以太网、SD 卡，没有 LAN 接口，不能满足招标文件技术参数要求，存在虚假应标行为。

质疑事件 2-1：招标文件中实时无线温度压力记录器(含软件及接收器)的招标参数中要求★(7)单个记录器存储容量 $\geq 110,000$ 组，具有无线发射功能，可通过终端进行实时查看、编程、读取等操作，传输距离 ≥ 50 米(空旷环境)。中标人所投产品 PT150、T240 型号实时无线温度压力记录器(含软件及接收器)记录器存储容量 100000 组，该指标为带“★”条款，是实质性要求，投

质疑事件 2-2: 招标文件中实时无线温度压力记录器(含软件及接收器)的招标参数中要求 2、配:实时无线温度记录器(2 个)、实时无线温度压力记录器(1 个)★(3)实时无线温度记录器技术参数如下:尺寸:直径 $\leq 18.5\text{mm}$ 、高度 $\leq 49\text{mm}$;探针直径:2.3mm;探针长度:30mm(长度可定制)。中标人所投产品 PT150、T240 型号实时无线温度压力记录器(含软件及接收器)尺寸:直径 25.6mm、高度 59mm;探针直径:3mm;探针长度:35mm;该指标为带“★”条款,是实质件要求,投标时必须满足,否则投标无效。

质疑事件 2-3: 招标文件中实时无线温度压力记录器(含软件及接收器)的招标参数中要求 2、配:实时无线温度记录器(2 个)、实时无线温度压力记录器(1 个)★(4)实时无线温度压力记录器技术参数如下:压力分辨率:0.001kPa;温度分辨率:0.001℃;尺寸:直径 $\leq 22.7\text{mm}$ 、高度 $\leq 66\text{mm}$;中标人所投产品 PT150、T240 型号实时无线温度压力记录器(含软件及接收器)压力分辨率:0.01kPa;温度分辨率:0.01℃;尺寸:直径 35.6mm、高度 36.5mm;该指标为带“★”条款,是实质性要求,投标时必须满足,否则投标无效。

质疑事件 3: 中标公司江西泽德医疗器械有限公司提供虚假材料谋取中标、成交;在第三章货物采购需求中★商务要求的免费质保期及售后服务要求 2. 售后服务:必须提供以上所投产品原生产厂家售后服务。其他要求 2、本标项第 1-4、7-9、12-17 分项产品不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的作投标无效处理;第 5 分项产品婴幼儿可调模拟肺、第 6 分项产品顺应性可调模拟肺、第 10 分项产品质量比较仪、第 11 分项产品磁化率检测仪器已按要求办理进口产品审批手续接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如所投产品为进口产品,投标人于投标文件中必须提供产品原厂商国内总代理针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书(加盖公章)扫描件,否则视为投标无效;验收时需提供原件验证。经我公司与生产厂家赛多利斯(上海)贸易有限公司核实,生产厂家回复没有提供给中标公司第 10 分项产品质量比较仪、第 11 分项产品磁化率检测仪器的原厂商或国内总代理针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书(加盖公章)扫描件,所以中标公司存在虚假应标的行为。

二、质疑答复

针对质疑事项 1-1: 经核实,中标公司江西泽德医疗器械有限公司所投产品质量比较仪(型号:MCM5004)的秤盘尺寸(mm):136x136 为方形,根据招标文件要求此项为非实际性要求,且方形秤盘实际面积明显比圆形秤盘(mm): $\Phi 130$ 面积大,更易放接触面大的物品(例如:方形砝码,异形砝码)。该质疑事项缺乏事实依据,质疑不成立。

针对质疑事项 1-2: 经核实,中标公司江西泽德医疗器械有限公司所投产品质量比较仪(型号:MCM5004)包括配置 5.7 寸高分辨率 TFT 智能彩色多语言(包含中文)触摸屏及 10 英寸(包含中文)彩色触摸第二扩展屏幕,通过状态栏显示仪器所处状态及报警信息,能显示:时间,量程(MAX),分度值(d),环境温度,环境湿度,大气压,空气密度等状态信息,有加载物品棒图指示加载状况,信息更多,避免更多错误状况发生。配置的两块触摸屏显示信息更全面和易于操作,且 10 英寸触摸第二扩展屏幕相当于或优于招标文件参数要求。该质疑事项缺乏事实依据,质疑不成立。

针对质疑事项 1-3: 经核实,中标公司江西泽德医疗器械有限公司所投产品质量比较仪(型号:MCM5004)采用了电动自动调水平系统,不仅在仪器不水平会报警提示,人为一键电动调水平功能,在 iosCAL 启动情况下会实时监测水平状况,出现仪器被移动造成水平偏移,能自动启动电动调水平功能,把天平调平。目前也是最先进智能水平保障系统。iosCAL 会随温度时间触发自动内部校准和调整功能,不会有校准超期问题,优于招标文件参数要求。该质疑事项缺乏事实依

据，质疑不成立。

针对质疑事项 1-4：经核实，中标公司江西泽德医疗器械有限公司所投产品质量比较仪(型号:MCM5004)采用了“最新的偏载补偿技术”就是在负载偏离中心时大大减少测量误差，加载起来更加容易，稳定更快速，是老的定心装置的技术革新，投标产品参数相当于或优于招标文件参数要求。该质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

针对质疑事项 1-5：经核实，中标公司江西泽德医疗器械有限公司所投产品质量比较仪(型号:MCM5004)详细接口包含 RS-232C、USB-A、以太网、SD 卡及赛多利斯串行接口等 5 种接口，其中以太网接口配置的是 RJ-45 公用电信网络的接口(就是 LAN 接口)。接口类型符合招标文件参数要求，根据招标文件要求此项为非实际性要求。该质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

针对质疑事项 2-1：经核实，中标公司江西泽德医疗器械有限公司所投产品安徽普时锐品牌存储容量可以满足单个记录器存储容量 ≥ 110000 组(厂家设备存储容量依赖于安装的内存卡，通过安装调试时配置高容量内存的就可以实现)。并且具有无线发射功能，可通过终端进行实时查看、编程、读取等操作，传输距离 ≥ 50 米(空旷环境)。该质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

针对质疑事项 2-2：投标文件中对该项承诺无偏离响应，满足招标文件要求。经核实，中标公司江西泽德医疗器械有限公司承诺所投产品安徽普时锐品牌所配无线温度记录器具体尺寸按照招标文件参数要求厂家匹配，并提供满足“2、配:实时无线温度记录器(2 个)、实时无线温度压力记录器(1 个)★(3)实时无线温度记录器技术参数如下:尺寸:直径 $<18.5\text{mm}$ 、高度 $<49\text{mm}$;探针直径:2.3mm;探针长度:30mm(长度可定制)”。该质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

针对质疑事项 2-3：经核实，中标公司江西泽德医疗器械有限公司所投产品 PT150 和 PT240 的温度分辨率和压力分辨率，安徽普时锐品牌厂家都有高分辨率的版本，是可以满足招标文件参数要求“2、配:实时无线温度记录器(2 个)、实时无线温度压力记录器(1 个)★(4)实时无线温度压力记录器技术参数如下:压力分辨率:0.001kPa;温度分辨率:0.001℃”，至于尺寸安徽普时锐锐器科技有限公司是可以定做的，能提供满足“2、配:实时无线温度记录器(2 个)、实时无线温度压力记录器(1 个)★(4)实时无线温度压力记录器技术参数如下:压力分辨率:0.001kPa;温度分辨率:0.001℃;尺寸:直径 $<22.7\text{mm}$ 、高度 $<66\text{mm}$ ”。该质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

针对质疑事项 3：经核实，中标公司江西泽德医疗器械有限公司所投第 10 分项产品质量比较仪、第 11 分项产品磁化率检测仪器的产品制造商已分别在中国国内设立了本地化生产基地，投标产品为境内生产，不是通过中国海关报关验放进口产品，不属于进口产品。该质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

三、处理情况

综上所述，贵公司提出的所有质疑事项不成立，作出如下处理：

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十六条“采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；……。”的规定，本项目继续开展采购活动。

2. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十七条的规定，贵公司对本答复如不满意，可在质疑答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉。

