

关于放射诊断设备采购（LZZC2025-G1-990280-GXDD） 质疑函有关问题的回复函

江西迈越贸易有限公司：

我公司于 2025 年 05 月 09 日 15 时 29 分收到贵公司以现场递交方式送达的关于放射诊断设备采购（项目编号：LZZC2025-G1-990280-GXDD）项目的质疑函，我公司予以受理。我公司对贵公司所提出的质疑函内容高度重视，当即将该质疑函报送采购人。经与采购人研究，现就本项目质疑相关内容回复如下：

一、质疑事项 1 及答复：

（一）质疑事项 1 原文引用：

针对序号 1、标的名称：医用血管造影 X 射线机有如下质疑事项：

1. 货物需求：1.1 C 臂运动轴 ≥ 6 轴（不包含床运动和限束器视野大小调节运动，可以多轴联动。
2. 货物需求：1.2 机架采用落地式或轨道悬吊式安装方式，要求导管床无地轨安装方式。
3. 货物需求：1.9 C 型臂左右成角范围 300°
4. 货物需求：2.8 床面的旋转角度 $\geq 270^{\circ}$
5. 货物需求：6.1 材料：非晶硅碘化铯。

（二）质疑事项 1 的答复：

经采购人市场调查，飞利浦、唯迈、联影等品牌的同类产品均能同时满足“1.1 C 臂运动轴 ≥ 6 轴（不包含床运动和限束器视野大小调节运动），可以多轴联动。1.2 机架采用落地式或轨道悬吊式安装方式，要求导管床无地轨安装方式。1.9 C 型臂左右成角范围 300° 。2.8 床面的旋转角度 $\geq 270^{\circ}$ 。6.1 材料：非晶硅碘化铯。”等技术参数要求。该标的的技术参数由采购人根据市场调查多家供应商情况以及自身临床医疗工作实际需要制定，并严格按照技术参数确定的

各项要求确定本项目技术参数。综上所述，贵公司该项质疑缺乏有效的事实依据，质疑不成立。

二、质疑事项 2 及答复：

（一）质疑事项 2 原文引用：

针对序号 2、标的名称：X 射线摄影系统有如下质疑事项：

质疑事项 1：在阅读了招标文件后发现本次文件中采购需求里技术参数存在独家倾向性，独家倾向联影品牌 uDR Aurora 系列产品参数。

（二）质疑事项 2 的答复：

经采购人市场调查，西门子、GE、联影等品牌的同类产品均能同时满足“2.3.2 球管架垂直运动距离：180cm。2.6.10 胸片架平板盒中心离地最小距离 35cm。2.3.4 球管架沿横轴运动距离：320cm。2.6.3 平板探测器可在-20 度/+90 度翻转。2.8.6 平板托盘移动范围：670mm。2.11.3 立位拼接最大拍摄范围：144cm。2.11.4 卧位拼接最大拍摄范围：90cm。”等技术参数要求。其余质疑的技术参数调整情况详见本项目发出的更正公告。

贵公司如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定，有向政府采购监督管理部门投诉的权利。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！我公司将把有关情况向同级政府采购监督管理部门备案。

特此复函

广西大德项目管理有限公司

2025 年 06 月 17 日