



# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陈丽莉	
	职称： 副主任医师	
	工作单位：广西科技大学第二附属医院	
项目信息	项目名称：象州县人民医院 CT 球管采购项目	
	项目预算金额：61.80 万元	
	供应商名称：广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>象州县人民医院目前使用的CT球管是上海西门子医疗器械有限公司生产，该球管核心部件是球管，为保证与原有球管的匹配性、兼容性和正常使用，只有上海西门子医疗器械有限公司原厂生产的球管在各项技术参数和售后服务才能满足，目前无第三方球管替换。为保证设备的一致性和服务配套的需求及设备能匹配兼容和正常运行，只有从设备厂家授权的供应商处进行采购，广西南宁宜宏健商贸有限公司是上海西门子医疗器械有限公司在广西区域唯一经销商。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”和《中华人民共和国政府采购实施条例》第二十七条的相关规定，建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字		日期2024年5月8日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陈刚	
	职称：主任医师	
	工作单位：柳州市人民医院	
项目信息	项目名称：象州县人民医院 CT 球管采购项目	
	项目预算金额：61.80 万元	
	供应商名称：广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>象州县人民医院目前使用的CT设备是上海西门子医疗器械有限公司生产的。CT球管是CT设备的主要配件且为核心部件，CT球管的采购需配置同一品牌、同一型号的标准专用球管，只能从原厂家上海西门子医疗器械有限公司生产的专用球管方能达到使用要求。广西南宁宜宏健商贸有限公司是上海西门子医疗器械有限公司指定在广西唯一特许经营商。为了保证采购项目一致性和服务配套的要求以及设备匹配兼容和正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条（一）款和《中华人民共和国政府采购实施条例》第二十条的相关规定，本项目只能从唯一供应商处采购。因此，建议采用单一来源采购方式，从广西南宁宜宏健商贸有限公司购买。</p>	
专业人员签字		日期 2020 年 5 月 8 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：姚莉	
	职称：副主任医师	
	工作单位：柳州市医药情报所	
项目信息	项目名称：象州县人民医院 CT 球管采购项目	
	项目预算金额：61.80 万元	
	供应商名称：广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">为保障医疗设备正常运行 满足该院业务发展的需求 象州县人民医院目前使用的CT球管只有原厂上海西门子医疗器械有限公司生产的球管能做达到其使用的技术参数要求。上海西门子医疗器械有限公司在广西柳州地区授权的唯一经销商是广西利宜宏健商贸有限公司，为保准该院CT设备的正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项：“只能从唯一供应商处采购”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定，建议采用单一来源方式进行了采购。</p>	
专业人员签字		日期 2024年 10月 8日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。