

质疑函

一、提出质疑投标人基本信息

质疑投标人：广西平康医疗器械有限公司

地址：广西壮族自治区柳州市柳城县大埔镇柳糖路 11 号(商贸城) B 栋 5 号一楼

邮编：545299

联系人：贾耀斌 联系电话：18477192716

授权代表：贾耀斌

联系电话：18477192716

地址：广西壮族自治区柳州市柳城县大埔镇柳糖路 11 号
(商贸城) B 栋 5 号一楼

邮编：545299



二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：2023 年中央财政医疗服务与保障能力
(医疗卫生机构能力建设) 项目

质疑项目的编号：LZZC2024-G1-250160-GXJT

采购人名称：融水苗族自治县卫生健康局

采购文件获取日期：2024 年 4 月 10 日

三、质疑事项具体内容

质疑事项：招标参数是为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司数字化摄影 X 射线系统 DigiEye 330 系列量身打造的独家参数，具有严重的排他性，严重偏离了公平公正的招标原则。

▲2.1.10	配备硬件电离室（要求电离室为 DR 整机制造商原厂生产，提供第三方证明材料），具备 AEC 功能
▲2.3.5	采用球管全包设计，以便保护球管，球管外表面不可外露，需提供整机图片证明
2.4.9	具有一个动作即可完成 X 射线管升降、X 射线管纵向运动、X 射线管垂直旋转的运动解锁装置
▲2.5.9	高压内置：体现一体化设计，高压内置于床下，操作更便利（并提供厂家照片证明）。
2.8.3	一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全（并提供证明材料）。

以上是招标参数，证明文件如下：

▲2.1.10 配备硬件电离室（要求电离室为 DR 整机制造商原厂生产，提供第三方证明材料），具备 AEC 功能

证明文件来源：“迈瑞医学影像放射产线”微信公众平台



迈瑞放射产线成立于2006年，至今已由一批经验丰富的骨干掌舵。迈瑞所有DR均为自主设计，拥有完全自主知识产权。从平板到高压，从机架设计到软件系统，从束光器到电离室，迈瑞DR整机自主率超过80%。



▲2.5.9 高压内置：体现一体化设计，高压内置于床下，操作更便利

2.8.3 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全（并提供证明材料）。

证明文件来源：“迈瑞医学影像放射产线”微信公众平台

双立柱DR系列

作为X线设备中最经典的机型之一，双立柱的机械机构在临床拍摄上“无死角”，轮椅位、担架位、常规体位拍摄样样在行。迈瑞双立柱历经8年沉淀，3次更新迭代，做到了高自主化、高集成化；具备了一键开关机、高压内置、平板在位充电等技术



▲2.3.5 采用球管全包设计，以便保护球管，球管外表面不可外露，需提供整机图片证明。

证明文件来源：“迈瑞”官网



2.4.9 具有一个动作即可完成 X 射线管升降、X 射线管纵向运动、X 射线管垂直旋转的运动解锁装置

证明文件来源：“迈瑞” DigiEye330 彩页

简捷易用 势如行云

流线设计，流畅自如




以上我司列举该招标项目的条款均为迈瑞 DigiEye330 系列产品特有参数，因此该参数不符三家及三家以上的 DR 厂家符合具有严重的排他性，严重偏离了公平公正的招标原则，如符合三家及三家以上的 DR 厂家符合，请贵司拿出实质性材料证明，否则，视为该参数具有严重的指向性。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条规定采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）**采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；**（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；（六）**限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；**（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。该项目技术条款违法其中第三项。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：综上所述，以上内容足以说明贵司招标文件存在倾向性，请贵司列举并给出实质证明材料能我司列举的招标条款符合三家以上三家及三家以上的 DR 厂家，否则，视为该参数具有严重的指向性。请组织专家团队重新修改以上参数或重新设定参数。至此同时，我公司将保留采取进一步投诉的权利。

签字(签章)： 

日期：2024年4月15日

