

广西锦泰招标代理有限公司关于 2023 年中央财政医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）项目（LZZC2024-G1-250160-GXJT）

质疑答复函三

质疑人：江西尚辰宇商贸有限公司

地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区硃石村村委办公大楼 3 层 A311 室

邮编：337000

法定代表人：姚剑波

委托代理人：黄德海

电话：17877147452

质疑人通过快递邮寄送达方式向本公司递交《质疑函》，对 2023 年中央财政医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）项目

（LZZC2024-G1-250160-GXJT）中标结果提出质疑。我公司于 2024 年 5 月 31 日已收悉质疑人所提交的质疑材料。针对质疑人提出的问题，我公司及时将质疑情况反馈至采购人处并进行了认真调查核实，现对质疑事项答复如下：

一、质疑人质疑事项及依据：

质疑事项 1：采购序号 1：幽门螺杆菌检测仪：1. 采用双道采集数据；10. 本底计数率 $<40 \text{ min}^{-1}$ ；15. 功耗 $\leq 20\text{VA}$ 。中标供应商广西迅迈传科技有限公司投标产品为辐瑞森 FR-9102，其参数不满足招标需求。质疑人提供产品技术参数截图作为事实依据。

质疑事项 2：采购序号 2：▲高频电刀：6、具有刀笔遥控调节输出功能；7、无外置风扇散热，可有效避免定向气流的形成，适用于层流净化手术室。中标供应商广西迅迈传科技有限公司投标产品为延陵 POWER-420A，其参数不满足招标需求。质疑人提供产品厂家官网技术参数截图作为事实依据。

质疑事项 3、4：采购序号 3：▲除颤监护仪：4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择；5、除颤充电迅速，充电至  $200\text{J}<5\text{s}$ 。广西迅迈传科技有限公司投标产品为飞利浦

Efficia DFM100, 其参数不满足招标需求。质疑人提供厂家官网产品截图作为事实依据。

质疑事项 5: 采购序号 5: ▲便捷式彩色多普勒超声系统: 2.4 频谱多普勒: 1) 包括: 脉冲多普勒 (PW), 高脉冲重复频率 (HPRF), 连续多普勒 (CW) 模式。广西迅迈传科技有限公司投标产品为迈瑞 Z50BW, 其参数不满足招标需求。

质疑事项 6、7、8、9、10、11: 采购序号 7: ▲数字化医用 X 线摄影系统: ★2.1.10 配备硬件电离室 (要求电离室为 DR 整机制造商原厂生产), 具备 AEC 功能; ★2.3.5 采用球管全包设计, 以便保护球管; 2.4.9 具有一个动作即可完成 X 射线管升降、X 射线管纵向运动、X 射线管垂直旋转的运动解锁装置; ★2.5.4 承重:  $\geq 260\text{kg}$ ; ★2.5.9 高压内置: 体现一体化设计, 高压内置于床下, 操作更便利; 2.8.3 一键开关机控制盒: 具备一键开关机功能, 使医生开关机操作更加方便, 同时保护机器及病人数据的安全。广西迅迈传科技有限公司投标产品为深图 SONTU300-Mars-0, 其参数不满足招标需求。质疑人提供厂家官网产品截图、彩页及 2022 年政府采购项目同类产品合同参数截图作为事实依据。

质疑事项 12: 采购序号 13: ▲短波紫外线治疗仪: ★2、紫外线辐射强度: 开机强度  $\geq 17.1\text{mw}/\text{cm}^2$  连续使用 1000 小时后, 机器输出的强度  $\geq 15.6\text{mw}/\text{cm}^2$ ; ★8、紫外线输出光源纯度:  $\geq 253.7\text{nm}$ , 紫外线辐照强度  $\geq 90\%$ 。广西迅迈传科技有限公司投标产品为华伟 HW-3102, 其参数不满足招标实质性需求。

质疑事项 13: 采购序号 15: ▲生物显微镜: 2.1 光学系统: 无限远光学矫正系统, 齐焦距离必须为国际标准 45mm。2.2 载物台: 钢丝传动, 无齿条结构; 2.6 双目观察筒: 瞳距调整范围 48-75mm, 倾斜角度  $\geq 30^\circ$ , 带屈光度调节,  $360^\circ$  可旋转, 铰链式, 眼点高度  $\geq 432.9\text{mm}$ , 视场数  $\geq 20$ 。广西迅迈传科技有限公司投标产品为永新 BM2000, 其参数不满足招标需求。

质疑事项 14: 采购序号 8: 病人监护仪: 1.6、屏幕倾斜  $10^\circ \sim 15^\circ$  设计, 符合人机工程学, 便于临床团队观察和操作。广西迅迈传科技有限公司投标产品为飞利浦 CM100, 其参数不满足招标需求。质疑人提供政府采购网查询飞利



浦 CM100 竞标参数截图作为事实依据。

## 二、本公司对质疑事项的调查核实情况及回复：

经核查本采购项目中标供应商广西迅迈传科技有限公司投标文件，质疑人所质疑的 14 个质疑事项中的投标产品参数中标供应商广西迅迈传科技有限公司均无偏离的响应招标文件要求。质疑人提供的截图、彩页等证明材料不能有效证明中标供应商广西迅迈传科技有限公司质疑事项中的投标产品技术参数不满足招标要求。

综上，质疑人 14 个质疑事项缺乏事实依据和法律依据，质疑事项不成立。

感谢质疑人对政府采购活动的参与、支持和监督。根据中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》第十七条规定，如质疑人对本次答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

广西锦泰招标代理有限公司

2024年6月5日

