

## 质疑答复函

质疑人：江西贵巨贸易有限公司

地址：江西省南昌市进贤县白圩乡医械一路 19 号 101 室

邮编：331701

联系人：李政华

联系电话：18174158983

授权代理人：黄丽芳

我公司于 2024 年 10 月 16 日下午收到贵公司以现场纸质方式送达的南溪山医院医疗设备一批

(一) (采购项目编号：GXZC2024-G1-005367-GXDC) 标项二中标结果的质疑函。对于贵公司所提出的质疑事项，我公司高度重视，同时将该质疑函报送采购人。现受采购人委托，就贵公司质疑函中提出的质疑事项进行回复：

**质疑事项 1：**本次采购项目中违规使用大型企业产品，如迈瑞医疗等。

质疑事实依据：依据“深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告”为佐证材料，该生产厂家确实属于大型企业。

质疑法律依据：据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的第四条“在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标……在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策……”，以及财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》第一条“在货物采购项目中，货物由中小企业制造(货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标)的，可享受中小企业扶持政策。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造”。故享受中小企业扶持政策的，要求提供的货物全部中符合政策要求的中小企业制造。

**对质疑事项 1 回复：**本项目非针对中小企业采购。质疑事项不成立。

**质疑事项 2：**本次采购项目，有公司以低价，虚假参数应标。

质疑事实依据：根据以往迈瑞给出的参数是不符合本次招标要求的。招标文件采购需求中的第 5 条,第 8 条。第 5 条标书要求呼吸回路整体金属材质紧凑式呼吸回路，整体可旋转和拆卸...这一条中，迈瑞采用的是能耐 134℃高温高压消毒的特殊材料，此材料并非金属材质，这一点迈瑞公司

的产品彩页里有体现。标书要求第 8 条麻醉机采用非风扇式散热，通过对迈瑞产品的说明书中查证到其产品使用的是风扇式散热，也与要求不符。

质疑法律依据：招标文件要求设备技术参数与采购合同一致。

对质疑事项 2 回复：我公司针对质疑人质疑事项进行了核查，评审委员会依据法律法规及招标文件对所有投标文件进行评审，广西炜煜医疗投资有限公司所投麻醉机产品技术参数均满足招标文件要求，质疑事项不成立。

综上所述，质疑人的质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立。

如质疑人对本质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。感谢质疑人对政府采购工作的关心和支持！

特此复函。

采购代理机构：广西达成咨询有限公司  
地址：桂林市秀峰区滨江路 18 号滨江大厦五楼  
联系人及电话：毛崇文 0773-3569998  
日期：2024 年 10 月 18 日