

单一来源采购专家论证意见表

时间：2021年2月26日

预算单位	藤县第二人民医院
使用单位	藤县第二人民医院
项目名称	藤县第二人民医院 CT 球管采购
项目金额	人民币 70 万元
专家 1 论证意见	<p>CT设备的主要部件球管,是指唯壹集团球管.仅原厂家生产的球管方能达到所用要求的技考参数.其他厂家的球管无法替换.目前只有原厂西子医疗系统有限公司能够提供与原技考参数相一致的技术和售后服务.</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定:“只能从唯一供应商处采购”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定,采购单一来源采购方式.选选广西南宁宜密健康产业有限公司为本项目的承接主体. CT球管生产厂家为西子医疗系统有限公司. 广西南宁宜密健康产业有限公司是西子医疗系统有限公司授权广西区域内唯一的特许经销商.</p> <p>专家姓名: 董文行</p> <p>工作单位: 藤县卫生健康局 职称: 副主任医师</p>

单一来源采购专家论证意见表

时间：2021年2月26日

预算单位	藤县第二人民医院
使用单位	藤县第二人民医院
项目名称	藤县第二人民医院 CT 球管采购
项目金额	人民币 70 万元
专家 3 论证意见	<p>CT球管是CT机的核心部件，每个厂家的CT机只有原厂生产的球管能够使用到使用要求的技术参数，不然原厂的球管无法替代。为保证CT机的一致性和服务功能的兼容性正常运行，目前只有原厂能够提供相符的技术服务。综合所述，按政府采购要求，建议采用单一来源方式采购CT球管。</p> <p>专家姓名： 黄绍铭 工作单位： 县中医院 职称： 医师</p>

单一来源采购专家论证意见表

时间：2021年2月26日

预算单位	藤县第二人民医院
使用单位	藤县第二人民医院
项目名称	藤县第二人民医院 CT 球管采购
项目金额	人民币 70 万元
专家 2 论证意见	<p>经论证,藤县第二人民医院的西门子CT球管的主要部件球管,是标准封闭球管,具有原厂生产的球管能匹配原厂球管的技术参数,并提供与原厂技术参数相符的技术与备件服务,由于该设备的技术参数要求的独特性和原厂服务的稀缺,具有技术的唯一性,其它公司无法满足其技术参数一体化集成化的要求。</p> <p>综上所述,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定,拟采用单一来源采购方式选定河南宁国名达商贸有限公司为本项目的球管供货。CT球管生产厂家为西门子医疗系统有限公司,河南宁国名达商贸有限公司是西门子医疗系统有限公司授权河南区域内唯一特许经营商。</p> <p>专家姓名: 刘明</p> <p>工作单位: 藤县第二人民医院 职称: 副主任医师</p>