

单一来源采购专家论证意见表

论证地点：岑溪市人民医院

时间：2024年12月12日

采购单位	岑溪市人民医院	联系人及联系电话	李迪、0774-8201058
采购项目名称	岑溪市人民医院GY2600型医用空气加压氧舱大修项目		
采购内容	<p>因医用空气加压氧舱属于大型特种医疗设备，安全风险高，设备的维修维护需要具有特定的技术服务，原设计、生产、施工图纸只有原厂家具有，并在国家局备案。该设备的部分电气、运行系统由原厂家设计及生产，具有专业性。根据国家质量监督检验检疫总局颁布《氧舱安全技术监察规程》(TSG 24-2015)中“4-1：在用氧舱改造、修理时，由于原制造单位已不存在，使用单位可以委托具有氧舱制造许可资质的制造单位承担氧舱及其配套压力容器、管道的改造与修理工作。”的规定</p>		
项目金额	385000.00元		
单一来源供应商名称及地址	<p>供应商名称：烟台宏远氧业股份有限公司 供应商地址：山东省烟台市芝罘区车山路6号</p>		
专家论证意见	<p>本采购项目，医用空气加压氧舱大修项目设备属于大型特种医疗设备，专业性强，维修维护需要具有特定技术，鉴于设备已运行16年，根据国家质量监督检验检疫总局颁布《氧舱安全技术检查规程》TSG 24-2015中4.1在用氧舱改造、修理时，由于原制造单位已不存在，使用单位可以委托具有氧舱制造许可资质的制造单位承担氧舱及其配套压力容器、管道的改造与修理工作。定现设备制造商为唯一供应，所以建议由原厂进行大修升级。</p>		
论证专家	专家姓名：梁丰德	工作单位：岑溪市人民医院	
	联系方式：14795392688	职称：主任医师	
论证专家签字：梁丰德	论证日期：2024.12.12.		

单一来源采购专家论证意见表

论证地点：岑溪市人民医院

时间：2024年12月12日

采购单位	岑溪市人民医院	联系人及联系电话	李迪、0774-8201058
采购项目名称	岑溪市人民医院GY2600型医用空气加压氧舱大修项目		
采购内容	<p>因医用空气加压氧舱属于大型特种医疗设备，安全风险高，设备的维修维护需要具有特定的技术服务，原设计、生产、施工图纸只有原厂家具有，并在国家局备案。该设备的部分电气、运行系统由原厂家设计及生产，具有专业性。根据国家质量监督检验检疫总局颁布《氧舱安全技术监察规程》(TSG 24-2015)中“4-1：在用氧舱改造、修理时，由于原制造单位已不存在，使用单位可以委托具有氧舱制造许可资质的制造单位承担氧舱及其配套压力容器、管道的改造与修理工作。”的规定</p>		
项目金额	385000.00元		
单一来源供应商名称及地址	供应商名称：烟台宏远氧业股份有限公司 供应商地址：山东省烟台市芝罘区车山路6号		
专家论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">该空气加压氧舱设备需要进行大修及升级服务，因该设备属于大型特种设备，安全性要求高，存在安全风险，设备的维护即具有特定的技术服务，原设计、生产、施工图纸只有原厂家具有，并在国家质量监督检验检疫总局备案，根据国家质量监督总局的规程，使用单位在原制造单位不存在情况下可以委托具有氧舱制造许可资质的单位承担改造维修工作。建议由原生产厂家进行大修及升级服务。</p>		
论证专家	专家姓名： 丁子平	工作单位：岑溪市中医医院	
	联系方式：13197746969	职称：主任医师	
论证专家签字： 丁子平	论证日期：2024.12.12		

单一来源采购专家论证意见表

论证地点：岑溪市人民医院

时间：2024年12月12日

采购单位	岑溪市人民医院	联系人及联系电话	李迪、0774-8201058
采购项目名称	岑溪市人民医院GY2600型医用空气加压氧舱大修项目		
采购内容	<p>因医用空气加压氧舱属于大型特种医疗设备，安全风险高，设备的维修维护需要具有特定的技术服务，原设计、生产、施工图纸只有原厂家具有，并在国家局备案。该设备的部分电气、运行系统由原厂家设计及生产，具有专业性。根据国家质量监督检验检疫总局颁布《氧舱安全技术监察规程》(TSG 24-2015)中“4-1：在用氧舱改造、修理时，由于原制造单位已不存在，使用单位可以委托具有氧舱制造许可资质的制造单位承担氧舱及其配套压力容器、管道的改造与修理工作。”的规定</p>		
项目金额	385000.00元		
单一来源供应商名称及地址	供应商名称：烟台宏远氧业股份有限公司 供应商地址：山东省烟台市芝罘区车山路6号		
专家论证意见	<p>医用空气加压氧舱属于大型特种医疗设备，岑溪市人民医院医用加压氧舱已使用16年，根据相关规定，应进行大修。</p> <p>由于该设备具有特定的专业性，根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《氧舱安全技术监察规程》(TSG 24-2015)中“4.1”在用氧舱改造、修理时，由于原制造单位已不存在，使用单位可以委托具有氧舱制造许可资质的制造单位承担氧舱及其配套压力容器、管道的改造与修理工作规定，建议由原生产厂家进行改造及维护保养服务。</p>		
论证专家	专家姓名：(李迪)	工作单位：岑溪市妇幼保健院	
	联系方式：13977414848	职称：副主任医师	
论证专家签字：(李迪)	论证日期：		

岑溪市人民医院GY2600型医用空气加压氧舱大修项目论证专家签到表

项目名称：岑溪市人民医院GY2600型医用空气加压氧舱大修项目

论证地点：岑溪市人民医院会议室

日期：2024年12月12日

序号	姓名	职称	工作单位	联系电话	备注
1	梁书德	主任医师	岑溪市中医院	14795392688	
2	阮水	主任医师	岑溪市中医医院	13197746969	
3	周旭	副主任医师	岑溪市妇幼保健院	13977414808	