

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业	姓名: <u>罗永生</u>	
人员	职称: <u>主治医师</u>	
信息	工作单位: <u>市妇幼保健院</u>	
项目 信息	项目名称: <u>高清电子支气管镜 (治疗型)</u>	
	项目预算金额: <u>65 万元</u>	
	供应商名称: <u>广西富升义医疗设备有限公司</u>	
专业 人员 论证 意见	<p>根据北海市第二人民医院申请采用单一来源采购高清电子支气管镜500系统内窥镜资料,经专家认真细致审查和核实,一致认为该申请符合《政府采购法》第三十一条第一款及财办规〔2021〕4号文第一条第一款规定,因为该医院原有电子内窥镜处理器价格300多万,其中高清电子支气管镜500系统内窥镜为该仪器的一项使用功能,目前设备其它功能完好无损,唯有支气管镜损坏严重无法修复使用,该镜目前市场价约65万,据了解富士公司生产的500系统内窥镜与EP-6000电子内窥镜处理器具有兼容功能,与其它厂家生产的同类产品接口及使用功能无法兼容,所以只能从原有设备供应商处取,医院为了充分利用原有资源,防止浪费,提出采用单一来源采购方式合理,该申请资料,没有排他性,也没有违反政府采购法律法规规定,因此建议采用单一来源方式采购。</p> <p>附:主机产品注册证,采购需求。</p>	
专业人员签字	<u>罗永生</u>	日期 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业	姓名: <u>曾海洁</u>	
人员	职称: <u>主任医师</u>	
信息	工作单位: <u>广西国际旅行卫生保健中心北海分中心</u>	
项目 信息	项目名称: <u>高清电子支气管镜 (治疗型)</u>	
	项目预算金额: <u>65 万元</u>	
	供应商名称: <u>广西富升义医疗设备有限公司</u>	
专业 人员 论证 意见	<p>根据北海市第二人民医院拟申请单一来源采购高清电子支气管镜500系统内窥镜资料,经专家认真细致审查核实,一致认为该申请符合《政府采购货物和服务招标投标法》第三十一条第一款及《招标投标法实施条例》[2021]4号文第一条第一款的规定,因为该医院原有的电子内窥镜处理器价格300多万,其中高清电子支气管镜500系统内窥镜为该设备的一项使用功能,目前该设备其他功能完好无损,只有高清电子支气管镜已损坏,无法继续使用,该支气管镜前市场价约65万。据了解,富士公司生产的500系统内窥镜与EP-6000电子内窥镜处理器才能兼容(见附件)。其他厂家生产的同类产品接口和使用功能无法兼容。医院为了充分利用原有设备资源,防止浪费,提出单一来源采购合理。该申请资料没有排他性,亦未违反政府采购法律法规的规定。因此建议采用单一来源采购方式采购。</p>	
专业人员签字	<u>曾海洁</u>	日期 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业	姓名: 邓程刚	
人员	职称: 副主任医师	
信息	工作单位: 北海市中医院	
项目 信息	项目名称: 高清电子支气管镜 (治疗型)	
	项目预算金额: 65 万元	
	供应商名称: 广西富升义医疗设备有限公司	
专业 人员 论证 意见	<p>根据北海市第二人民医院拟申请采用单一来源采购高清电子支气管镜500系统内镜镜资料, 经专家认真细致审查核实, 一致认为申请符合《政府采购法》第三十一条第一款及挂财规〔2021〕4号文第一款规定, 因为该院原有电子内镜处理器价格300万, 其中高清电子支气管镜500系统内镜为该设备的一项使用功能, 目前该设备其他功能完好无损, 只有高清电子支气管镜已损坏无法修复使用, 该支气管镜目前市场价约65万, 据了解富士公司生产的高清电子镜与EP-6000电子内镜处理器才能兼容(附注册证), 其他厂家生产的同类产品接口和使用功能无法兼容, 所以只能从原有设备供应商获取, 医院为了充分利用原有资源, 防止浪费, 提出单一来源采购合理, 该申请资料没有排他性, 亦没有违反政府采购法及相关法规规定, 因此建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	邓程刚	日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。