



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李政	
	职称：工程师	
	工作单位：钦州市第二人民医院	
项目信息	项目名称：60排CT球管采购	
	项目预算金额：950000.00元	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>灵山县中医医院使用联影CT 710、60排，其球管为CT的重要部件，且为核心部件，球管仅有原厂生产的能达到使用要求，该项目为原厂售后、维修为唯一授权公司，配件来源和技术部分都达到原厂使用要求，所以在保证其设备使用图像质量和调试技术要求，该项目建设采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字		日期：2025年3月10日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：蔡盛铭	
	职称：工程师	
	工作单位：钦州市妇幼保健院	
项目信息	项目名称：60 排 CT 球管采购	
	项目预算金额：950000.00 元	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>CT球管为CT设备的核心部件，其技术参数应与主机相匹配，才能保证产品一致性及兼容性。上海联影医疗科技股份有限公司作为生产厂家及唯一售后服务供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购和中华人民共和国政府采购法实施条例第二十七条相关规定，建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字		日期：2025年3月10日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：庞芳芳	
	职称：主管护师	
	工作单位：钦州市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称：60排CT球管采购	
	项目预算金额：950000.00元	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">灵山县中医院的联影CT 710.60排，CT机核心部件球管发生故障，经维修人员检测，需要更换。由于CT球管是CT设备的主要配件，且为核心部件，只有原厂生产的球管能够达到使用要求的技术参数。其他公司的产品与之前无法匹配，无法满足一体化的技术保证，建议采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字		日期：2025年3月10日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。