

质疑函

致：广西科技大学第二附属医院

泰宇建筑工程技术咨询有限公司

一、质疑供应商（投标人）基本信息

质疑供应商（投标人）：广西执象医疗科技有限公司

地址：南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒国际名都B座1101

号 邮箱：317349810@qq.com

联系人：练春敏 联系电话：18260902029

授权代表：倪辉任

联系电话：18878530142

地址：南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒国际名都B座

1101号 邮编：530028

二、质疑项目基本情况

项目名称：X射线计算机体层摄影设备采购项目

项目编号：GXZC2024-G1-005403-TYZX

三、质疑事项具体内容：

对于“项目编号： GXZC2024-G1-005403-TYZX”，X 射线计算机体层摄影设备采购项目中的 CT 招标参数；我公司对设备参数内容有以下疑议，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，以及其他法律法规，现向贵单位提出书面质疑：

质疑事项一：采购货物中的 CT 技术参数规格及要求，经我方调研发现为独家参数且有非常严重和明显的指向性，参数设置上具有独立排他性，不符合招标公平、公正原则。

事实依据 1：

一. 本项目需求表中标注“▲”号的技术参数为实质性要求，必须满足，否则投标无效；带“▲”的条款能满足要求的只有联影 uCT 780 型号，市面上没有第二家能满足所有▲条款的 CT 型号，因此招标不满足三家响应，属于联影独家参数；

序号	招标要求	满足的厂家
▲2.1.3	探测器物理排列数：≥64 排（且小于 128 排）	联影、佳能、西门子
▲2.1.5	每排探测器单元数：≥840 个	联影、佳能、西门子
▲2.1.7	探测器 Z 轴最小晶体单元尺寸：≤0.6mm	联影、佳能、西门子
▲2.3.10	球管小焦点尺寸（IEC60336）：≤0.7mm×0.7mm	联影、西门子
▲2.3.11	高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥100kW	联影、西门子
▲2.4.1	机架最快扫描速度/360°：≤0.3s	联影、西门子
▲2.4.4	最薄扫描层厚：≤0.6mm	联影、佳能、西门子
▲2.4.6	最小螺距：≤0.1	联影、佳能



质疑事项二：

未标注“▲”的条款，技术需求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。招标参数写了几百条，允许负偏离条款只有三条，而且每项扣 8 分扣分畸形，严重影响招标的公平公正性。

质疑事项三：

一、招标文件评标标准综合评分法第2点技术分中的实施方案分（满分17）

一档（4分）：方案缺漏无针对性，包含管理措施、具体实施流程等，整体方案满足基本要求的。

二档（8分）：在满足一档的前提下，方案无明显缺漏，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案有一定针对性、可行性。

三档（12分）：在满足二档的前提下，方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，整体方案针对性较强，可行性较高。

四档（17分）：在满足三档的前提下，方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范等措施，提供的设备使用整体培训方案，切合采购人实际情况，整体方案针对性强，切实满足采购人工作需求，可行性高。

备注：未提供方案的，得0分。

二、招标文件评标标准综合评分法第3点售后服务分中的售后突发情况及应急管理方案（8分）

一档（1分）：方案可行性差，对于防范一切可能或将要发生的其他风险或紧急突发情况没有益处的。

二档（3分）：提供的应急方案切实可行，具备应急人员管理架构，投入相对应的应急处理设备或设施的。

三档（6分）：在满足二档的前提下，提供的应急方案，应急人员架构合理流程安排流畅，制定了针对不同情况的应急管理措施或处置措施的。

四档（8分）：在满足三档的前提下，方案详实可行，具有针对性，面对突发情况明确处理问题时间节点及流程的。

法律依据：

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服

务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。


四、质疑事项相关的质疑请求：

1. 删除独家参数，重新论证制定合理的招标参数
2. 评分标准畸形，有严重的倾向和保护性，请重新制定扣分标准，每条扣分标准=技术分÷招标参数总数
3. 贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内做出书面回复。我方质疑的以上内容，请各方领导予以重视，我方保留进一步提出向上投诉的权利。

质疑单位：广西执象医科科技有限公司

日期：2024-10-15





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91450103MA5P6JFH81 (2-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广西执象医疗科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 练春敏

注册资本 伍佰万圆整

成立日期 2019年11月22日

营业期限 长期

经营范围 许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；五金产品零售；五金产品批发；办公用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；教学用模型及教具销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售；家具销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；制冷、空调设备销售；教学专用仪器销售；卫生洁具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；针纺织品销售；医疗设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所 南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒国际名都B座1101号

登记机关



2022 年 05 月 25 日

授权委托书

致：泰宇建筑工程技术咨询有限公司：

我 练春敏（姓名）系 广西执象医疗科技有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 倪辉任（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：倪辉任

法定代表人（签字）：练春敏

委托代理人身份证号码：450124199904307616

投标人（盖公章）：

2024年10月15日



姓名 练春敏
性别 男 民族 壮
出生 1985 年 5 月 2 日
住址 广西柳城县东泉镇大樟村
民委练家屯71号
公民身份号码 450222198505020330



中华人民共和国居民身份证



签发机关 柳城县公安局
有效期限 2020.07.24-2040.07.24

被授权人身份证复印件



倪辉任