

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周志阳
	职称: 主治医师
	工作单位: 周志阳(退休)
项目信息	项目名称: 采购 CT 球管项目
	项目预算金额: 84 万元
	供应商名称: 广东省中科进出口有限公司
专业人员论证意见	一、CT球管属于CT机核心部件,必须使用原厂生产的球管方能与原厂CT机的技术参数兼容,保证设备的整体性能和图像质量稳定性等。 二、东龙卫生院现使用的CT机CT管(型号:MCS-7171A)。目前广西境内只有广东省中科进出口有限公司能提供原厂匹配球管,具有唯一性和不可替代性。 三、该项目采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)“只能从唯一供应商处采购”的条件。 综上所述,该项目采购符合《中华人民共和国政府采购法》第(一)项“只能从唯一供应商处采购”的条件。建议采用单一来源采购。
专业人员签字	(周)志阳 日期 2025年 7 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：钟莉	
	职称：中级经济师	
	工作单位：贵港市工业服务中心	
项目信息	项目名称：采购 CT 球管项目	
	项目预算金额：84 万元	
	供应商名称：广东省中科进出口有限公司	
专业人员论证意见	一.该院现使用的CT球管(型号:MCS-7171A),其设备功能强大,技术复杂,该球管只有广东省中科进出口有限公司能提供原厂匹配球管,具有唯一性和不可替代性。 二.为了该院业务正常运行,减少投资风险,必须使用原厂生产的球管方能与原CT机的技术参数兼容,才能保证设备的稳定性。	
	三.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)项,此项目满足“只能从唯一供应商处采购。”的条件。 综上所述,建议以单一来源采购方式购入原厂生产的CT球管。	
专业人员签字	钟莉	日期 2025 年 7 月 18 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 黄飞鹏	
	职称: 社会工作者	
	工作单位: 北海市新起点社会工作服务中心	
项目信息	项目名称: 采购 CT 球管项目	
	项目预算金额: 84 万元	
	供应商名称: 广东省中科进出口有限公司	
专业人员论证意见	贵港市覃塘区东龙中心卫生院现使用的CT球管因技术复杂,必须使用原厂生产的球管方能与原CT机的技术参数兼容,保障设备的稳定性。 根据上海联影医疗科技股份有限公司和广东省中科进出口有限公司签订的《售后服务及经销商合作协议》中的附件1《授权内容》,上海联影医疗科技股份有限公司授权广东省中科进出口有限公司在贵港市覃塘区东龙中心卫生院经销售后服务产品UC710。 综上所述,采购CT球管项目符合“只能从唯一供应商处采购”的规定,此项目满足单一来源采购方式的条件。	
专业人员签字	黄飞鹏	日期 2025 年 7 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。