

附表 3

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	桂平市人民医院
拟采购产品名称	飞秒激光角膜屈光治疗机-一次性使用无菌治疗包
拟采购产品金额	58 万元
采购项目所属项目名称	桂平市人民医院飞秒手术专用耗材采购
采购项目所属项目金额	58 万元
二、申请理由	
☒ 1、中国境内无法获取：	
☐ 2、无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3、其他	
一、原因阐述： 随着现代医学及疾病的变化，眼科技术的先进状况越来越影响甚至决定医疗质量及医疗服务效率的重要因素，配置合理的设备耗材，对提高临床诊断准确率、减轻患者痛苦及经济负担，改善医疗条件，提高医院眼科医疗技术水平具有重要的意义。为确保临床诊断准确性及诊治效果，满足我院临床诊断工作要求，申请采购上述进口产品。 二、主要技术指标： 飞秒激光角膜屈光治疗机-一次性使用无菌治疗包主要技术指标： 进口产品：1. 临床用于接受下列眼科手术治疗的患者创建角膜切割；屈光手术（球镜 -0.5D~-10D，柱镜 0.25D~5D）、穿透性或板层角膜移植术、角膜瓣的制作。2. 支持制作角膜瓣及进行无瓣、微创激光手术。3. 适用范围球镜-0.5D~-10.0D。4. 适用范围柱镜 0.25D~5.0D。5. 治疗包的组成为：连接管、接触镜、滤镜。6. 储存温湿度至少涵盖：10℃~30℃，30%RH~60 %RH。7. 灭菌包装，一次性使用。 三、进口产品与国产产品的性能比较 国内无可专用于飞秒激光角膜屈光治疗机 VisuMax 的专用耗材，专机专用。 四、进口产品与国产产品的性能比较 进口设备的市场价格约为 3866 元/套，仅供参考，国内无专机专用配套耗材。 五、进口产品的售后服务 进口设备的生产厂家已在国内设立机制健全的售后服务、技术支持的培训计划，其服务体系已完善稳定，能保证产品的使用质量及售后服务。 六、结论 从我院实际工作要求及业务发展的需要考虑，进口飞秒激光角膜屈光治疗机-一次性使用无菌治疗包有助于开展临床手术、提高手术效果、降低手术风险，能满足临床需求。因此，我院申请采购进口飞秒激光角膜屈光治疗机-一次性使用无菌治疗包一批。	
三、专家论证意见	

桂平市人民医院拟采购的进口一次性使用无菌治疗包为配套飞秒激光角膜屈光治疗机使用的专机专用耗材。

国内无可专用于飞秒激光角膜屈光治疗机的专用耗材，专机专用。该进口耗材符合财政部关于《政府采购进口产品管理办法》的相关规定。

因此，为满足采购单位的需求，建议桂平市人民医院采购进口的飞秒激光角膜屈光治疗机一次性使用无菌治疗包一批。

专家签字：

黎明 杨建海 梁燕 谭海东 覃东

2015年4月22日