

广西博行弈工程项目管理有限公司关于《贵港市覃塘区人民医院医疗设备采购》（项目编号：GGZC2024-J1-40022-GXBX）质疑答复函

质疑人名称：广西高霞科技有限公司

质疑人地址：广西壮族自治区防城港市防城区群星路 319-1 号恒富商业广场

商住楼 1 号公寓楼 15 层 1511 号房

法定代表人姓名：黄帅

邮编：5380021

委托代理人：罗任文，电话：15777104742

广西高霞科技有限公司：

我公司于 2024 年 5 月 13 日上午 9 时 50 分收到贵公司以书面方式送达的关于《贵港市覃塘区人民医院医疗设备采购》质疑函原件，我公司收到后对此高度重视，即刻将该质疑函报采购单位，针对贵公司提出的质疑内容，进行了认真核实，我公司与采购人依据《政府采购质疑和投诉办法》第十四条规定，要求组织原竞争性谈判小组（以下简称谈判小组）协助答复质疑，经过原谈判小组认真复核，现对质疑事项进行如下回复：

质疑事项 1、2、3、4、5、6、7、8：详见附件《质疑函》

针对质疑事项 1、2、3、4、5、6、7、8 答复如下：

经原谈判小组复核，广西庄正医疗器械有限公司的响应文件中“▲2.1.24 UltraArt 四实时炫酷图像，基于 AI 大数据深度场景化，自动呈现 4 种不同风格图像，在实时状态下快速切换，且预设联动，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作；▲3.1.4 探头接口选择 ≥ 4 种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用，具有磁吸式连接技术（配置：浅表探头、腹部探头、腔内探头）；▲2.1.21 具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持 ≥ 4 级可调；▲2.2.4 超声造影成像技术，采用 InTune CPF 相干脉冲成像造影技术，采用声诺维造影剂进行造影检查，造影剂有效显示时间 ≥ 6 分钟；双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值；▲3.7.3 USB 接口 ≥ 7 个；2.1.10 具备全方位、多角度解剖 M 型技术，并同时具备 B 型全角度心功能测量功能；2.1.25 手势感应探头技术，探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激

活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用；3.3.9 高清放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频。”技术参数符合竞争性谈判文件采购需求。故该质疑事项不成立。

事实依据：

1、谈判小组以竞争性谈判文件及响应文件为依据进行评审，成交供应商在响应文件中对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，成交供应商竞标产品在响应文件中符合竞争性谈判文件的采购需求。

2、谈判小组无法判断质疑供应商提供的质疑函附件“福建省肿瘤医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目的公开招标文件中第五章招标内容及要求中的参数”是否为迈瑞 Resona R9 系列彩色多普勒超声诊断仪的全部技术参数，缺乏事实依据和法律依据。

3、质疑供应商提供的福建省政府采购网上发布的福建省肿瘤医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目结果公告（采购包 1）和采购合同公告中的合同附件，并未见有该项目最终中标（或成交）的技术参数，缺乏事实依据和法律依据。

法律依据：

1、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）第四十一条：评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

第五十二条：政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

2、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令 第 74 号）第十六条：谈判小组、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

3、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 第 94 号）第十四条：供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

第十六条：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，继续开展采购活动。

综上所述，质疑供应商的质疑事项没有事实依据和必要的法律依据，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 第 94 号）第十六条的规定，供应商质疑不成立，继续开展采购活动。我公司依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 第 94 号）第十三条规定作出答复后，以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑人如认为供应商有其他违法行为的，可以向监督部门进行举报。质疑供应商还可以提醒采购人在验收

时，根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号规定，严格把关，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

特此复函。

贵公司如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定，有向同级政府采购监督管理部门投诉的权利。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！我公司将把有关情况向同级政府采购监督管理部门备案。

特此复函。

答复人：广西博行弈工程项目管理有限公司

2024年5月20日

