

大华建设项目管理有限公司关于来宾市妇幼保健院 4K 超高清荧光内窥镜系统采购项目的质疑答复函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：湖北滔涵贸易有限公司

地址：湖北省荆州市松滋市新江口街道金松大道南侧星络物流园 B 栋
A 区 134 室(自主申报)

邮政编码：434200

联系人：周蒋宇洋

电话：19800311863

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：来宾市妇幼保健院 4K 超高清荧光内窥镜系统采购项目

质疑项目的编号：LBZC2024-J1-00505-DHJS

采购人名称：来宾市妇幼保健院

成交结果公告日期：2024 年 6 月 20 日

三、质疑答复书内容：

我司于 2024 年 6 月 24 日收到湖北滔涵贸易有限公司关于“来宾市妇幼保健院 4K 超高清荧光内窥镜系统采购项目（项目编号：LBZC2024-J1-00505-DHJS）”现场递交的书面质疑函，经与采购人共同认真核查所质疑的事项，现答复如下：

质疑事项 1：成交供应商广西合展宏医疗科技有限公司在本项目

货物产品配置清单”与采购文件的配置清单要求有 29 项产品严重偏差，不符合采购文件的配置清单要求，存在虚假应标。

质疑事项答复 1: 经过采购人复核广西合展宏医疗科技有限公司的投标（响应）文件及竞争性谈判文件，广西合展宏医疗科技有限公司竞标文件货物产品配置清单有 7 项产品，缺少产品 29 项，未满足采购文件配置清单要求总共 36 项产品要求。不符合本项目产品配置清单要求，该质疑事项成立。

质疑事项 2: 广西合展宏医疗科技有限公司竞标所提供的设备产品医用腹腔镜型号、内窥镜影像工作站型号与 4K 内窥镜荧光摄像系统型号均为 UE4K-R100，该 3 个不同产品为相同型号，与注册证内容不符，属于虚假内容，存在虚假响应。

质疑事项答复 2: 经查询国家药品监督管理局数据，成交供应商广西合展宏医疗科技有限公司所投产品为武汉联影智融医疗科技有限公司生产的 4K 内窥镜荧光摄像系统的注册证内容信息，型号为 UE4K-R100 的 4K 内窥镜荧光摄像系统由摄像主机、内窥镜摄像头（CH-4KR100）和电源线组成，不包含医用内窥镜，为不同规格型号，该质疑事项成立。

质疑事项 3: 竞争性谈判文件技术参数要求中（一）内窥镜荧光摄像系统第 12 条“▲12. 具有 2 种以上荧光科室模式：可选择肝胆模

式和自定义模式，自定义模式下可逐级调节捕捉荧光的灵敏度，荧光灵敏度可调节级数不少于 20 级”，带“▲”为实质性要求技术参数。中标品牌产品型号参数不具备 2 种荧光科室模式选择（肝胆模式和自定义模式），不能满足要求，为负偏离，存在虚假应标。

质疑事项答复 3: 经查询成交供应商广西合展宏医疗科技有限公司所投产品武汉联影智融医疗科技有限公司型号 UE4K-R100 的宣传彩页描述为“荧光阈值可调，ICG 弥散后，提升荧光阈值，对于低的荧光表达点，依然可以清晰的荧光显影”，该描述不符合荧光科室模式要求，且并不足以说明其荧光灵敏度可以调节级数不少于 20 级，为负偏离，不满足采购要求，实质性响应的技术需求未能响应，为无效竞标。广西合展宏医疗科技有限公司投标（响应）文件对于该条参数的偏离说明为：无偏离。该质疑事项成立。

质疑事项 4: 竞争性谈判文件技术参数要求中（一）内窥镜荧光摄像系统第 17 条“▲17. 同品牌同平台下与荧光影像工作站联合使用，可实现血流灌注量化指标分析”。带“▲”为实质性要求技术参数，中标品牌公司武汉联影智融医疗科技有限公司，该公司获得全部产品的 37 个注册证中没有荧光影像工作站或者有关荧光定量分析的设备产品，所以不能实现与同品牌同平台下的荧光工作站联合使用，不能满足要求，为负偏离，该项目公告的中标公司存在虚假应标。

质疑事项答复 4: 经查询成交供应商广西合展宏医疗科技有限公

司所投产品武汉联影智融医疗科技有限公司在国家药品监督管理局数据，武汉联影智融医疗科技有限公司全部 37 个产品注册证，无荧光影像工作站产品。不满足采购要求，实质性响应的技术需求未能响应，为无效竞标。广西合展宏医疗科技有限公司投标（响应）文件对于该条参数的偏离说明为：无偏离。质疑事项成立。

质疑事项 5：竞争性谈判文件技术参数要求中（一）内窥镜荧光摄像系统第 22 条“▲22. 兼容荧光摄像头类型 2 种以上，4K 内窥镜荧光手动摄像头、4K 开放荧光摄像头；带“▲”为实质性要求技术参数，中标品牌公司为武汉联影智融医疗科技有限公司获得全部产品的 37 个注册证中没有 4K 开放荧光摄像头产品注册证，所以无 4K 开放荧光摄像头可兼容，不能满足要求，为负偏离，该项目公告的中标公司存在虚假应标；

质疑事项答复 5：经采购人查询成交供应商广西合展宏医疗科技有限公司所投产品武汉联影智融医疗科技有限公司在国家药品监督管理局数据，武汉联影智融医疗科技有限公司全部 37 个产品注册证，全部 37 个产品注册证，无 4K 开放荧光摄像头产品可兼容。不满足采购要求，实质性响应的技术需求未能响应，为无效竞标。广西合展宏医疗科技有限公司投标（响应）文件对于该条参数的偏离说明为：无偏离。质疑事项成立。

质疑事项 6: 成交供应商广西合展宏医疗科技有限公司所投产品武汉联影智融医疗科技有限公司非实质性参数共有以下 4 项为中标产品不能满足竞争性谈判文件技术参数要求。



(一) 内窥镜荧光摄像系统

第 9 条 “9. 具有定焦与变焦镜头可选，定焦焦距为 20mm/23mm/27mm 可选，变焦焦距范围 15-28mm”

第 16 条 “16. 具有多模荧光模式：可在同一屏幕中同时显示高清白光、标准荧光、彩色荧光和黑白荧光 4 种图像，其中主图的图像可通过按键随意选择切换。极大帮助医生在不同场景下的术野环境的判断”

(三) 医用内窥镜冷光源

第 2 条 “2. 光源采用纯白光 LED，连续发光，光谱连续度高，色温 4200~6200K、显色指数 ≥ 85 ，LED 寿命 30000 小时”

第 3 条 “3. 具有调光旋钮调节光强功能”

质疑事项答复 6: 经采购人复核成交供应商广西合展宏医疗科技有限公司投标（响应）文件、竞争性谈判文件及武汉联影智融医疗科技有限公司宣传彩页：

(1) . 竞争性谈判文件技术参数要求：第 9 条 “9. 具有定焦与变焦镜头可选，定焦焦距为 20mm/23mm/27mm 可选，变焦焦距范围 15-28mm”。武汉联影智融医疗科技有限公司宣传彩页对于”第 9 条的描述为“变焦范围 f15-f35”。广西合展宏医疗科技有限公司投标（响应）文件对于该条参数的偏离说明为：正偏离。

(2). 竞争性谈判文件技术参数要求：第 16 条“16. 具有多模荧光模式：可在同一屏幕中同时显示高清白光、标准荧光、彩色荧光和黑白荧光 4 种图像，其中主图的图像可通过按键随意选择切换。极大帮助医生在不同场景下的术野环境的判断”。武汉联影智融医疗科技有限公司宣传彩页对于”第 16 条的描述为“丰富的荧光显示方式，三分屏显示”，该描述不满足采购文件要求的“同一屏幕有 4 种图像（4 分屏），为负偏离。广西合展宏医疗科技有限公司投标（响应）文件对于该条参数的偏离说明为：无偏离。

(2). 竞争性谈判文件技术参数要求：第 2 条“2. 光源采用纯白光 LED，连续发光，光谱连续度高，色温 4200~6200K、显色指数 ≥ 85 ，LED 寿命 30000 小时”。武汉联影智融医疗科技有限公司宣传彩页对于”第 2 条的描述为“色温 5000-6500K”，色温不满足采购文件要求，为负偏离；广西合展宏医疗科技有限公司投标（响应）文件对于该条参数的偏离说明为：无偏离。

(3). 竞争性谈判文件技术参数要求：第 3 条“3. 具有调光旋钮调节光强功能”武汉联影智融医疗科技有限公司宣传彩页对于”第 3 条的描述为“10.25 英寸触摸屏显示，更加便捷地进行常用功能的设置和操作”，没有调光旋钮调节光强功能的描述。广西合展宏医疗科技有限公司投标（响应）文件对于该条参数的偏离说明为：无偏离。

根据竞争性谈判文件竞争性谈判采购文件第 18 页总则 1.2.6 本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响

应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。以及采购文件第 33 页 3. 符合性审查标准商务资信的实质性条款响应：采购文件实质性要求响应均无负偏离；非实质性条款响应负偏离条款不得超过 3 条。

综上所述，对于成交供应商所投产品的技术参数质疑事项成立。

质疑事项 7：成交供应商广西合展宏医疗科技有限公司在本项目中
使用含有大型企业产品以谋取中标资格。

质疑事项 7：根据广西合展宏医疗科技有限公司就核查函作出的“中小企业声明函”的书面承诺，现有材料尚不足以证明广西合展宏医疗科技有限公司本次的投标产品制造商为大型企业，质疑事项不成立。

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十六条规定，认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。本项目将从合格的中标候选人中另行确定成交供应商。

质疑人如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的相关规定，可在质疑答复期满后十五个工作日内向本项目政府采购监督管理部门投诉，特此答复。

大华建设项日管理有限公司



2024年07月02日