

**关于 2024 年专用设备购置项目（项目编号：
GXZC2024-J1-003341-GXCL）质疑函有关问题的回复**

质疑人：广州市诚屹进出口有限公司

法定代表人：冯春华

地址：广州高新技术产业开发区科研路 2 号自编 4 栋 306

邮政编码：510000 电话：13580587956

广州市诚屹进出口有限公司：

我公司于 2024 年 5 月 12 日收到贵公司邮寄方式送达的关于 2024 年专用设备购置项目[项目编号：GXZC2024-J1-003341-GXCL]的质疑函原件，我公司十分重视，经与采购单位协商并经调查核实，现对贵公司质疑的问题回复如下：

序号	质疑事项	质疑回复
1	招标参数“▲3. 加热模块：水浴加热，温度可设定……”不满足招标参数要求的双层保温。	经调查取证核实，贵公司质疑函中提供的产品图片为旧款，成交供应商提供的产品为 MPE-16 升级版，参数符合采购要求，贵公司提供的产品图片并不能证明成交供应商提供虚假材料，不具备必要的事实依据佐证。故贵公司该质疑事项缺乏相关事实及法律依据。根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定，该质疑事项不成立，本项目成交结果不变。
2	招标参数“▲6. 独立的真空管路……”中标产品中仪宇盛的真空浓缩仪（型号：MPE-16）属于一个整体盖板的设计……”不满足参数要求。	
3	招标参数“▲7. 样品盖：浓缩盖板采用整体、独立密封二合一，一体式上翻盖设计……”，中标产品中仪宇盛的真空浓缩仪（型号 MPE-16）只有整体上翻盖，没有独立密封上翻盖设计……”不满足参数要求。	
4	招标参数“▲8. 冷凝回收功能：冷凝回	

	收模块为双冷凝塔设计……”，中标产品中仪宇盛的真空浓缩仪（型号 MPE-16）是单冷凝塔设计……不满足参数中双冷凝塔的要求。	
--	--	--

贵公司如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉的权利。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！我公司将把有关情况向同级政府采购监督管理部门备案。

特此复函。

广西诚联项目管理有限公司

2024年5月21日

