

**关于 2024 年专用设备购置项目（项目编号：  
GXZC2024-J1-003341-GXCL）质疑函有关问题的回复**

质疑人：广州科贸进出口有限公司

法定代表人：刘爱平

地址：广州市天河区华夏路 49 号之二 1410 房（仅限办公）

邮政编码：510623      电话：020-87591146

广州科贸进出口有限公司：

我公司于 2024 年 5 月 11 日收到贵公司邮寄方式送达的关于 2024 年专用设备购置项目[项目编号：GXZC2024-J1-003341-GXCL]的质疑函原件，我公司十分重视，经与采购单位协商并经调查核实，现对贵公司质疑的问题回复如下：

序号	质疑事项	质疑回复
1	中仪宇盛顶空进样器 HS-30 型号产品的样品瓶加压范围是：0.~0.4Mpa，不满足参数要求	经调查取证核实，贵公司质疑函中提供的产品图片为旧款，成交供应商提供的产品为 MPE-16 升级版，参数符合采购要求，贵公司提供的产品图片并不能证明成交供应商提供虚假材料，不具备必要的事实依据佐证。故贵公司该质疑事项缺乏相关事实及法律依据。根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定，该质疑事项不成
2	招标参数“▲6. 独立的真空管路”……中仪宇盛 MPE-16 型号产品采用整体上盖板设计，没有独立的真空管路……不满足参数要求	
3	招标参数“▲3. 加热模块：水浴加热，温度可设定”……中仪宇盛 MPE-16 型号产品采用单层水浴盆设计，没有双层保温功能，不满足参数要求	
4	招标参数“▲7. 样品盖：浓缩盖板采用整体、独立密封二合一，一体式上翻盖	

	设计……”，中仪宇盛 MPE-16 型号产品采用整体上盖板设计，没有独立插拔取放的功能……不满足参数要求	立，本项目成交结果不变。
5	招标参数“▲8. 冷凝回收功能：冷凝回收模块为双冷凝塔设计……”中仪宇盛 MPE-16 型号产品采用单冷凝塔设计，只能溶剂蒸汽回收功能，没有尾气回收功能，不能满足参数要求	

贵公司如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监督管理部门投诉的权利。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！我公司将把有关情况向同级政府采购监督管理部门备案。

特此复函。

广西诚联项目管理有限公司

2024年5月21日