

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |
|----------|--|
| 专业人员信息   | 姓名：胡洁  |
|          | 职称：高级工程师   |
|          | 工作单位：玉林市第一人民医院   |
| 项目信息     | 项目名称：62排CT球管采购项目   |
|          | 项目预算金额（元）：1520000.00   |
|          | 供应商名称：广西麦广医疗科技有限公司   |
| 专业人员论证意见 | <p>玉林市福绵区人民医院目前配备的62排CT机(GE Optima CT620)所采用型号为D3887T球管是该设备运行、图像采集及成像质量的关键组件，属于专用的消耗性配件。一旦CT球管出现故障，设备将无法继续运作，必须进行更换。由于原机球管具有不可替代性，其他品牌或型号的球管无法替代使用，因此必须向原设备制造商或其授权供应商采购。为确保设备的正常运行，依据桂财规[2021]4号文“一、单一来源采购方式的适用情形”中“（一）只能从唯一供应商处采购的，即因使用不可替代的专利、专有技术或者公共服务项目具有特殊要求等，导致只能从某一特定供应商处采购”之第1种情形的规定，建议对该供应商采取单一来源采购方式。</p> |
| 专业人员签字   | 胡洁   |
|          | 日期 2025年2月28日  |

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 季海奇  |                   |
|          | 职称: 工程师  |                   |
|          | 工作单位: 五林市第二人民医院  |                   |
| 项目信息     | 项目名称: 62 排 CT 球管采购项目   |                   |
|          | 项目预算金额 (元): 1520000.00   |                   |
|          | 供应商名称: 广西麦广医疗科技有限公司  |                   |
| 专业人员论证意见 | 五林市第二人民医院拟采购的 62 排 CT 球管(品牌、型号为 GE 商用电气 CT mmact 620、D88CT 球管)为该院现有 CT 机损坏的核心部件。鉴于不同品牌、型号的 CT 机与球管之间缺乏兼容性,以及该部件技术参数的专属性,该院仅配套部件与原有设备的兼容性及设备的正常工作,必须使用原厂球管。此外,原厂球管已经通过国家相关部门对 CT 球管与主机匹配性的测试检验,现研球管无法准确替代其能替代原厂球管,性能及相关技术指标无法满足需求,因此推荐由原厂商授权的广西麦广医疗科技有限公司单一来源供应商。 |                   |
| 专业人员签字   | 季海奇  | 日期 2025 年 2 月 8 日 |

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |
|----------|--|
| 专业人员信息   | 姓名: 李国华  |
|          | 职称: 工程技师   |
|          | 工作单位: 桂林市第二人民医院  |
| 项目信息     | 项目名称: 62 排 CT 球管采购项目   |
|          | 项目预算金额 (元): 1520000.00   |
|          | 供应商名称: 广西麦广医疗科技有限公司  |
| 专业人员论证意见 | <p>球管作为CT设备的关键核心部件,其与设备的匹配性对于确保设备的安全运行,能充分发挥以及图像质量的最优化至关重要。为满足临床一线及患者的需求,必须选购与现有CT设备同型号规格的球管。该球管采用液态金属轴承技术,具备更高的稳定性和稳定性,同时,其高时间分辨率、高空间分辨率与高密分辨率的有机结合,目前仅有原厂球管能够满足临床扫描的需求。鉴于此,广西麦广医疗科技有限公司作为设备制造商和销售公司,依据《中华人民共和国政府采购法》以及桂财规[2021]4号文第一页第一款“仅能从唯一供应商处采购”第1种情形的规定,建议本项目采用单一来源方式实施采购。</p> |
| 专业人员签字   | 李国华  |
|          | 日期2025年2月28日   |