

广西银泰工程管理有限公司关于智慧献血屋采购项目 (GXZC2024-G1-003852-YTGC) 质疑答复函

质疑人名称：江西俊征贸易有限公司

质疑人地址：江西省吉安市吉州区吉安华通物流园内 6 号楼 3 楼 065 卡位

法定代表人：李丽

委托代理人：李丽

联系电话：17688765925

邮编：343000

我公司于 2024 年 6 月 13 日 17 时 40 分收到贵公司以邮寄方式送达的关于智慧献血屋采购项目（编号：GXZC2024-G1-003852-YTGC）的质疑函原件，我公司对贵公司所提出的质疑函内容高度重视，当即将该质疑函报送采购人。经与采购人研究，现就本项目质疑相关内容回复如下：

一、质疑事项 1 及答复：

（一）质疑事项 1：（三）专业设备：21、智能采血椅：▲2. 调节部位：左右扶手可电动调节，背部可电动调节，坐垫可电动调节，脚垫可电动调节，整机控制运动部位应用不少于 6 组电机。具备明显指向性，能满足以上参数的仅有一家。

（二）质疑事项 1 的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血椅、德胜医疗（电动采血椅）、曦乐欢（喜乐丰电动采血椅 SLV-B170）及伯美帝科（采血椅）”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

二、质疑事项 2 及答复：

(一) 质疑事项 2: (三) 专业设备: 21、智能采血椅: ▲3. 献血安全: 可实时监测献血者的心率和血氧指标, 当献血者出现献血反应时, 设备将自动调整至休克体位, 采血椅以闪灯模式向操作人员自动发出紧急提醒, 及时处理不良献血反应问题, 保障献血者安全。具备明显指向性, 能满足以上参数的仅有一家。

(二) 质疑事项 2 的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商, 没有提供相关证明材料, 经采购人市场调查确认, 至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血椅、腾达(采血椅 TD-EB002)及科畅(电动采血椅 CXY480)”能满足采购需求, 已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据, 该项质疑不成立。

三、质疑事项 3 及答复：

(一) 质疑事项 3: (三) 专业设备: 21、智能采血椅: ▲4. 坐姿调节: 坐椅高度电动升降范围 550~650mm; 靠背角度电动调节 110°~190° 腿托角度电动调节-15~80°; 具备明显指向性, 能满足以上参数的仅有一家。

(二) 质疑事项 3 的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商, 没有提供相关证明材料, 经采购人市场调查确认, 至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血椅、曦乐欢(喜乐丰电动采血椅 SLV-B170)及德胜医疗(电动采血椅)”能满足采购需求, 已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据, 该项质疑不成立。

四、质疑事项 4 及答复：

(一) 质疑事项 4: (三) 专业设备: 21、智能采血椅: ▲5. 扶手调节: 采血扶手板面积尺寸>150mmx500mm, 扶手板具备电动升降功能扶手板升降

范围 $\geq 90\text{mm}$ ，扶手可左右摇摆调节，调节角度范围 $0\sim 45^\circ$ ，扶手处具备座椅角度调节按键；具备明显指向性，能满足以上参数的仅有一家。

（二）质疑事项 4 的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血椅、德胜医疗（电动采血椅）、达科为（专业电动采血休息椅 C30 豪华型）、伯美帝科（全自动采血椅）及曦乐欢（喜乐丰电动采血椅 SLV-B120）”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

五、质疑事项 5 及答复：

（一）质疑事项 5：（三）专业设备：21、智能采血椅：6. 头调节：头枕高度可调节，调节范围： $\pm 90\text{mm}$ ；具备明显指向性，能满足以上参数的仅有一家。

（二）质疑事项 5 的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血椅、伯美帝科（全自动采血椅）及达科为（专业电动采血休息椅 C30 豪华型）”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

六、质疑事项 6 及答复：

（一）质疑事项 6：（三）专业设备：21、智能采血椅：▲7. 一键服务：具备一键紧急呼叫、一键机采位、一键全血位、一键头低脚高休克体位等，并通过电动控制系统调节和按钮实现各种姿势的轻松切换。具备明显指向性，能满足以上参数的仅有一家。

(二) 质疑事项 6 的答复:

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商, 没有提供相关证明材料, 经采购人市场调查确认, 至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血椅、德胜医疗(电动采血椅)、达科为(专业电动采血休息椅 C30 豪华型)及伯美帝科(采血椅)”能满足采购需求, 已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据, 该项质疑不成立。

七、质疑事项 7 及答复:

(一) 质疑事项 7: (三) 专业设备: 21、智能采血椅: ▲8. 加热功能: 系统内置座垫加热、扶手加热, 靠背加热。具备明显指向性, 能满足以上参数的仅有一家。

(二) 质疑事项 7 的答复:

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商, 没有提供相关证明材料, 经采购人市场调查确认, 至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血椅、伯美帝科(采血椅)及腾达(采血椅 TD-EB002)”能满足采购需求, 已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据, 该项质疑不成立。

八、质疑事项 8 及答复:

(一) 质疑事项 8: (三) 专业设备: 21、智能采血椅: ▲9. 服务体验: 系统具备可调节角度的小桌板, 小桌板上具备无线和有线手机充电, 无线充电功率 $\leq 15W$, 小桌板上具备水杯槽、具备手机卡槽和智能互动屏; 扶手处具备带一键紧急呼叫的按键并且带呼叫提示灯, 扶手处具备座椅角度调节按键; 头枕处附近具备不少于 2 个立体环绕音响, 音量可调节。具备明显指向性, 能满足以上参数的仅有一家。

(二) 质疑事项 8 的答复:

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商, 没有提供相关证

明材料，经采购人市场调查确认，至少有3家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血椅、伯美帝科（采血椅）、腾达（采血椅 TD-EB002）及科畅（电动采血椅 CXY480）”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

九、质疑事项9及答复：

（一）质疑事项9：（三）专业设备：21、智能采血椅：▲10. 智能互动：系统具备不小于11.6寸互动屏，互动屏具备座椅加热和调节功能体外实时监护，自助点餐，娱乐影音，献血满意度调查，血站宣传功能。具备明显指向性，能满足以上参数的仅有一家。

（二）质疑事项9的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有3家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血椅、曦乐欢（喜乐丰电动采血椅 SLV-B130）、伯美帝科（采血椅）及腾达（采血椅 TD-EB002）”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

十、质疑事项10及答复：

（一）质疑事项10：（三）专业设备：21、智能采血椅：▲11. 部署空间：采血场所空间有限，采血椅在头低脚高的休克体位展开时，底部脚轮具备自动前移功能，在不碰撞墙壁的前提下，正常摆放坐姿采血椅时最凸出部位离墙间隔 $\leq 20\text{cm}$ 。具备明显指向性，能满足以上参数的仅有一家。

（二）质疑事项10的答复：

采购人已对采购需求进行修改，具体详见已发布的更正公告。

十一、质疑事项11及答复：

（一）质疑事项11：（三）专业设备：22、智能献血自助服务系统：
5. ▲系统整机具备称重与座椅一体化设计，满足坐姿状态下体重测量功能，

无需额外连接称重模块或座椅。具备明显指向性，能满足以上参数的仅有一家。

(二) 质疑事项 11 的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能献血自助服务系统、华盛医疗（献血自助服务系统 V390）、普瑞森（健康一体机 PRS-3000A）及乐佳（健康体检一体机 HW-V1000、HW-V3000）”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

十二、质疑事项 12 及答复：

(一) 质疑事项 12：(三) 专业设备：22、智能献血自助服务系统：
6. ▲系统一体化称重座椅可导轨式前后移动收纳隐藏入设备中。具备明显指向性，能满足以上参数的仅有一家。

(二) 质疑事项 12 的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能献血自助服务系统、华盛医疗（献血自助服务系统 V390）及沃塘（献血体检及服务终端 WT-EXII 型）”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

十三、质疑事项 13 及答复：

(一) 质疑事项 13：(三) 专业设备：23、智能采血系统：▲1. 系统支持双采血位一体化模式，也可支持单采血位拼装模式，独立运行，互不干扰。(提供双采血位及单采血位拼装的实物照片)。具备明显指向性，不利于其他品牌厂家公平参与招标项目；能满足以上参数的智能采血系统仅有深圳傲天和武汉泊美帝科两家，具有非常强烈的排他性，且该品牌单采血

位智能采血系统拼装版的无法完全满足所有参数要求建议修改为“系统支持双采血位一体化模式，两个机位可独立运行互不干扰”。

(二) 质疑事项 13 的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向特定的供应商，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有 3 家及以上的生产厂家“傲天、伯美帝科、迈德科技”能满足采购需求，已构成有效竞争；且单采血位拼装是指两台功能相同单机位拼装在一起。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

十四、质疑事项 14 及答复：

(一) 质疑事项 14：(三) 专业设备：23、智能采血系统：
▲9. 血袋导管卡进热合头，热合头具备导管限位检测的模块装置。(提供热合头导管限位检测实物功能照片及具备 CMA 或 NAS 资质的第三方检测机构出具的功能检测报告)，具备明显指向性，能满足以上参数的仅有一家。

(二) 质疑事项 14 的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血系统、德胜医疗（智能采血系统（采前））及伯美帝科（智能采血系统 IBCTE-1-201）”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

十五、质疑事项 15 及答复：

(一) 质疑事项 15：(三) 专业设备：23、智能采血系统：15. 整机尺寸(宽深高)≤800*700*1250mm。建议删除此项参数。

(二) 质疑事项 15 的答复：

采购人已对采购需求进行修改，具体详见已发布的更正公告。

十六、质疑事项 16 及答复：

(一) 质疑事项 16: (三) 专业主设备: 24、封管热合器: 1. 仪器类别: 参考品牌: 达科为 SE250C, 森通 260, 深圳傲天 AT-HSM01S 或其他同档次品牌型号, 具备明显指向性, 不利于其他品牌厂家公平参与招标项目; 具有非常强烈的排他性。

(二) 质疑事项 16 的答复:

贵公司质疑设置的技术参具备明显指向性, 没有提供相关证明材料, 经采购人市场调查确认, 至少有 3 家及以上的生产厂家产品“达科为 SE250C、森通 260、深圳傲天 AT-HSM01S ”能满足采购需求, 已构成有效竞争; 且所列品牌型号为参考品牌型号, 并非指定以上品牌型号, 所有符合参数要求的产品都可以参与本项目投标, 不存在指向性和排他性。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据, 该项质疑不成立。

十七、质疑事项 17 及答复:

(一) 质疑事项 17: (三) 专业主设备: 24、封管热合器: 9. 防溅保护: 透明可伸缩防溅保护片, 避免热合时血液溅到操作者的眼睛里, 保证操作人员安全。“透明可伸缩防溅保护片”具备明显指向性, 不利于其他品牌厂家公平参与招标项目, 具有非常强烈的排他性。

(二) 质疑事项 17 的答复:

贵公司质疑设置的技术参具有非常强烈的排他性, 没有提供相关证明材料, 经采购人市场调查确认, 至少有 3 家及以上的生产厂家产品“苏仪 SRF-II、兰泰纳 LTNRH-600、晶迪 JD-S-III”能满足采购需求, 已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据, 该项质疑不成立。

十八、质疑事项 18 及答复:

(一) 质疑事项 18: (三) 专业主设备: 24、封管热合器: 10. 清洁便利: 白色安全防护盖, 无需借助专用工具即可方便拆卸清洗。“白色安全防护盖”具备明显指向性, 不利于其他品牌厂家公平参与招标项目, 具

有非常强烈的排他性。

（二）质疑事项 18 的答复：

贵公司质疑设置的技术参具有非常强烈的排他性，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有 3 家及以上的生产厂家产品“苏仪 SRF-II、晶迪 JD-S-III、达科为 SE250C”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

十九、质疑事项 19 及答复：

（一）质疑事项 19：（三）专业主设备：24、封管热合器：15. 方便携带：顶部设有伸缩式防滑提手，人性化设计方便移动。“伸缩式防滑提手”具备明显指向性，不利于其他品牌厂家公平参与招标项目，具有非常强烈的排他性。

（二）质疑事项 19 的答复：

贵公司质疑设置的技术参具有非常强烈的排他性，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有 3 家及以上的生产厂家产品“灵猫 LMBC、达科为 250C、晶迪 JD-S-III、苏仪 SRF-II”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

二十、质疑事项 20 及答复：

（一）质疑事项 20：（三）专业主设备：24、封管热合器：尺寸： $\leq 175\text{mm}$ （宽） $\times 150\text{mm}$ （高） $\times 300\text{mm}$ （长）。建议删除此项参数。

（二）质疑事项 20 的答复：

采购人将对采购需求进行修改，具体详见后续更正公告。

二十一、质疑事项 21 及答复：

（一）质疑事项 21：（三）专业设备：30、智能采血秤：9. 防止误操作：所有操作都在高清触摸屏上进行，对于可能产生风险的操作都进行弹框提

示，让用户二次确定，防止误操作产生。具备明显指向性，不利于其他品牌厂家公平参与招标项目；能满足以上参数的智能采血秤仅有其一家，具有非常强烈的排他性，建议删除此项参数。

（二）质疑事项 21 的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商，违背公平竞争的原则，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血秤、苏州市医用仪器厂（智能采血记录仪 ZCY-I 型）、伯美帝科（智能化采血仪）”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

二十二、质疑事项 22 及答复：

（一）质疑事项 22：（三）专业设备：30、智能采血秤：15. 整机尺寸(宽深高)≤21*40*19cm，屏幕尺寸>7 英寸。具备明显指向性，不利于其他品牌厂家公平参与招标项目；能满足以上参数的智能采血秤仅有其一家，具有非常强烈的排他性，建议删除此项参数。

（二）质疑事项 22 的答复：

贵公司质疑设置的技术参数倾向某一特定的供应商，违背公平竞争的原则，没有提供相关证明材料，经采购人市场调查确认，至少有 3 家及以上的生产厂家产品“傲天智能采血秤、伯美帝科（智能化采血仪）、苏州市医用仪器厂（智能采血记录仪 ZCY-I 型）、德胜医疗（智能采血仪 DS-985）”能满足采购需求，已构成有效竞争。贵公司的该质疑事项缺乏事实依据，该项质疑不成立。

法律依据：

（一）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第二十条“采购人或者采购代理机构应当根据采购项目的特点和采购需求编制招标文件”；

(二) 《政府采购需求管理办法》财库(2021)22号第六条“本办法所称采购需求,是指采购人为实现项目目标,拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求”;

(三) 《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条“供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:……(四)事实依据……”。

感谢贵公司对政府采购活动的参与、支持和监督。根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十七条规定,如贵公司对本次答复不满意,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

特此复函。

