

兴业县人民医院
64排CT原厂球管采购

| 项目 | 参数要求 |
|-----|---|
| 1. | 提供投标型号球管的原版技术白皮书 (DATA SHEET)，且以下应标参数以此技术白皮书为准。 |
| 2. | 投标人必须提供该球管制造商授权书或者该球管从制造商到投标人所有的合法购买 |
| 3. | 阳极热容量：5.0MJ |
| 4. | 管套热容量要求不小于7.7MJ |
| 5. | 焦点数量：≥两个 |
| 6. | 焦点尺寸 (IEC 336/2005)：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm |
| 7. | 焦点功率要求最大≥72KW |
| 8. | 120KV时最大毫安输出不低于600mA |
| 9. | 管套出线窗口FOV (Field of View) 尺寸：40mm |
| 10. | 支持0.35秒每圈的高速旋转 |
| 11 | 球管拥有ASiR芯片，并提供接口，以支持CT的ASiR技术 |
| 12. | X射线管组件的等效总过滤：4.9mmAL |
| 13. | 球管最大额定电压≥140KV |
| 14. | 阳极靶面角度：7度 |