

单一来源采购方式专家论证意见表

专业人员信息	姓名：刘亚萍	
	职称：副主任医师	
	工作单位：南宁市第三人民医院	
项目信息	采购单位：北流市民乐镇中心卫生院	
	项目名称：北流市民乐镇中心卫生院 CT 球管采购项目	
	项目预算金额：70 万元	
	供应商名称：广西勤邦医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	采购单位仍 16 排 CT 为上海西门子医疗器械有限公司生产，型号为 SOMATOM go.Now，该设备的主要核心配件—球管，型号为 CHRONON。因同型号的设备型号的 CT 球管不具备兼容性，且该配件具有技术的专属性。为保证配套部件与原有设备的兼容和 CT 机的正常运行，需使用原厂球管。已通过国家相关部门对 CT 球管与整机的匹配性测试检测。非原厂 CT 球管替代不了原厂 CT 球管，技术和服务具有不可替代性和独占性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款规定“只能从唯一供应商处采购的”，符合政府采购的第一单一来源采购方式的适用情形，同意采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	刘亚萍	日期 2025 年 7 月 17 日

单一来源采购方式专家论证意见表

专业人员信息	姓名：鄧恩平	
	职称：副主任医师	
	工作单位：九二三医院	
项目信息	采购单位：北流市民乐镇中心卫生院	
	项目名称：北流市民乐镇中心卫生院 CT 球管采购项目	
	项目预算金额：70 万元	
	供应商名称：广西勤邦医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	根据采购单位的16排CT(设备型号为SOMATOM go. Now)由上海西门子公司医疗器械有限公司生产在国家食品药品监督管理局注册设备注册证的“结构及组成/主要组成成分”栏注明该设备的X射线管组件型号为：CHIRONOV。因为该设备已装X射线管组件已经进行整机注册，而已经识别认证注册。使用非原CT球管，将改变“结构及组成/主要组成成分”栏内容，必须重新进行注册。为保证配套软件与原有设备的兼容和CT机的正常运行，必须使用原厂球管。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款规定“只能从唯一供应商处采购的。”符合政府采购的单一来源采购方式的适用情形。同意采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	鄧恩平	日期 2025 年 7 月 17 日

单一来源采购方式专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 颜平	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 广西壮族自治区人民医院	
项目信息	采购单位: 北流市民乐镇中心卫生院	
	项目名称: 北流市民乐镇中心卫生院 CT 球管采购项目	
	项目预算金额: 70 万元	
	供应商名称: 广西勤邦医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	北流市民乐镇中心卫生院购买的医用 X 射线计算机断层扫描系统 SOMATOM go Now 为大型高精技术设备,其设备功能强大,技术复杂,是该院重要设备之一,设备主要由硬件-CHRONON 型球管获得国家食品与药品监督管理局审批认证,查本 FDA 证书为保此设备的整体性能和图像质量,专业性很强,该设备所有配件均由原厂提供,原厂已配试,广西勤邦医疗科技有限公司是广西区总代理,可在玉林地区唯一合法代理商及经销商,因此该设备只能从唯一供应商处采购,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定“只能从唯一供应商处采购的”,同意采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	颜平	日期 2025 年 7 月 17 日