

云之龙咨询集团有限公司
单一来源采购专家论证签到表

项目名称：16排CT球管采购

序号	姓名	工作单位	职称或职务	联系电话	备注
1	张津	玉林市红十字会医院	工程师	18307753193	
2	林国华	玉林市第二人民医院	主治医师	13877513789	
3	吴毅	玉林市第一人民医院	高工	13877566836	
4					
5					

日期：2025年5月12日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴震	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 玉林市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 16 排 CT 球管采购	
	项目预算金额: 70 万元	
	供应商名称: 广西勤邦医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	16排CT球管作为CT机的核心组件,目前市场上不同的制造商不同品牌型号的球管其有技术不一样,不能交叉使用。只能从原制造商处采购原装配件更换使用。广西勤邦医疗科技有限公司作为西门子医疗系统有限公司唯一的售后服务商,只能从该公司处购买该16排CT球管,该配件有技术和服务具有独占性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款规定“只能从唯一供应商处采购的”同意采用单一来源采购方式采购。”规定,同意采购采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	吴震	日期 2015 年 5 月 12 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张 津	
	职称：工程师	
	工作单位：玉林市红十字会医院	
项目信息	项目名称：16 排 CT 球管采购	
	项目预算金额：70 万元	
	供应商名称：广西勤邦医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	北流市平政镇中心卫生院购买的医用X射线计算机断层扫描系统SOMATOM go. now为大型高精技术设备，其功能强大，技术复杂，是该院贵重设备之一。设备重要组成配件—CHROMA型球管曾获得国家食品与药品监督管理局严格认证的整机SFDA证书。为保证设备的整体性能和图像质量、安全性能，该球管只有西门子医疗系统有限公司能提供原厂匹配球管。广西勤邦医疗科技有限公司是西门子医疗系统有限公司在玉林地区的唯一售后代理商及销售商。因此项目满足“只能从唯一供应商处采购”的条件。故该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定“只能从唯一供应商处采购的”，同意用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	张 津	日期 2025 年 5 月 2 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：林国华	
	职称：主管技师	
	工作单位：玉林市第二人民医院	
项目信息	项目名称：16排CT球管采购	
	项目预算金额：70万元	
	供应商名称：广西勤邦医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	拟采购的16排CT球管为医院现有的医用X射线计算机断层扫描系统的主要核心配件。因为不同的机型型号的CT球管不具备兼容性且该配件具有技术的专属性。为保证原有部件与原有设备的兼容和CT机的正常运行，需要使用原厂球管已通过国家相关部门对球管与整机的匹配性测试检测。非原厂CT球管替代不了原厂CT球管，技术和服务具有不可替代性和独占性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款规定“只能从唯一供应商处采购的”，符合政府采购的单一来源采购方式的适用情形，同意采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	林国华	日期2025年5月12日