

南宁施得凯实验设备有限公司：

我公司于 2024 年 9 月 4 日收到贵公司以邮寄递交方式送达的关于玉林市功能区声环境质量自动监测系统建设（项目编号：YLZC2024-C3-990481-GXLN）的质疑函，我公司高度重视，即刻将该质疑函报送采购人，现根据采购人的意见答复如下：

质疑事项 1：详见附件

质疑事项 1 答复：本次项目为玉林市建设的首批国控点声功能区噪声监测子站，要求所有噪声监测子站（噪声统计分析、噪声采集等）均符合 1 级精度的要求，符合国家环境保护标准 HJ906-2017、HJ907-2017 要求，并且符合广西壮族自治区生态环境厅的要求；其中 JJG449、JJG778、JJG1095 均为国家市场监督管理总局发布的国家计量检定规程，是确保计量产品声学性能的权威技术要求，也是国家环境监测总站的要求。该技术参数的设置符合采购项目特点和实际需要，你公司提供的证据无法有效证明满足该技术参数要求的供应商不足三家，且经采购人市场调研，目前国内有不少于三家以上的供应商能满足参数要求，市场竞争充足，没有倾向或排斥潜在供应商，没有违反政府采购的有关规定，故该项要求合理，质疑不成立。

事实依据：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十条：“采购人应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。”第十一条：“采购需求应当完整、明确，包括以下内容：

(一) 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；(二) 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；(三) 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；(四) 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；(五) 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；(六) 采购标的的验收标准；(七) 采购标的的其他技术、服务等要求。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第二十条：“采购人或者采购代理机构应当根据采购项目的特点和采购需求编制招标文件。”

《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22 号第九条第三款：“采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。”

质疑事项 2：详见附件

质疑事项 2 答复：-40℃-90℃的工作温度，是针对户外传声系统（户外传声器）的要求，作为噪声自动监测系统的核心传感器，并且为长期户外使用，其精度将会影响整机运行稳定性与精确度，对此提出的工作温度范围高于噪声监测系统的温度范围，与 HJ907-2017 要求环境噪声监测系统整体的工作温度-30℃-50℃并不矛盾，故该项要求合理；且非实质性要求，不具有排他性，质疑不成立。

事实依据：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十条：“采购人应当对采购标的的市场技术或者服务

水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。”第十一条：“采购需求应当完整、明确，包括以下内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；（六）采购标的的验收标准；（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第二十条：“采购人或者采购代理机构应当根据采购项目的特点和采购需求编制招标文件。”

《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22 号第九条第三款：“采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。”

质疑事项 3：详见附件

质疑事项 3 答复：JJG 176-2022 声校准器检定规程为国家市场监督管理总局发布的国家计量检定规程，是确保计量产品声学性能的最权威技术要求。规程中明确要求对 94\114dB SPL 两种校准声压检定标准。声校准器作为噪声子站调试、比对、运行维护必不可少的重要校准仪器，其精度与性能直接关系到噪声子站噪声数据监测的准确性、

真实性，故本项技术要求设置合理，符合项目目标的要求，质疑不成立。

事实依据：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十条：“采购人应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。”第十一条：“采购需求应当完整、明确，包括以下内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；（六）采购标的的验收标准；（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第二十条：“采购人或者采购代理机构应当根据采购项目的特点和采购需求编制招标文件。”

《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22 号第九条第三款：“采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。”

质疑事项 4：详见附件

质疑事项 4 答复：在噪声监测子站的运行过程中，传声器校准的

灵敏度准确性对监测数据的准确性、真实性具有重要作用，声校准器作为重要且高频次使用的校准仪器，JJG 176-2022 声校准器检定规程为国家市场监督管理总局发布的国家计量检定规程，是确保计量产品声学性能的最权威技术要求。“失真+噪声”指标是该规程规定的检定指标之一。作为声校准器的核心指标之一，对于校准器的准确性和稳定性有重要影响，对其提出更高性能参数的要求，符合用户对于噪声数据更高可靠性的要求，故该项要求合理，质疑不成立。

事实依据：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十条：“采购人应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。”第十一条：“采购需求应当完整、明确，包括以下内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；（六）采购标的的验收标准；（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第二十条：“采购人或者采购代理机构应当根据采购项目的特点和采购需求编制招标文件。”

《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号第九条第三款：“采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。”

质疑事项 5：详见附件

质疑事项 5 答复：玉林市功能区声环境质量自动监测系统建设项目，是广西壮族自治区第一批噪声自动监测系统国控点建设项目，涉及到点位核查、设备安装、调试、数据联网（统一平台）、数据审核，运维服务，是一个专业的系统性项目，并不是简单的实施交付，因此对于项目负责人提出“环境监测高级及以上工程师”要求合理，并且经过市场调研，符合监测系统建设的实际需求，且符合该能力要求的供应商超过三家以上，不存在指向性，该质疑不成立。

玉林市功能区声环境质量自动监测系统建设项目是广西壮族自治区生态环境厅统一组织协调，由玉林市生态环境局具体实施的省级项目，项目具有系统性，和复杂性，故优先考虑供应商或投标的噪声自动监测子站已在多个城市得到应用，并得到市场和用户的认可，是投标人履约能力的重要体现，符合项目建设对优质产品及潜在中标人对类似大项目（涵盖多城市）实施能力的需求，并且该项要求的设置为非实质性要求，未排除其他投标人参与。经调研，近三年来，湖南省生态环境厅项目，四川生态环境厅一期、二期项目等一些省级类似项目，合同涉及的子站建设数量均超过 90 套以上，故可满足套数要求的供应商有三家以上，不具有排他性，质疑不成立。

事实依据：财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知财

库〔2021〕22号，

“第十条 采购人可以在确定采购需求前，通过咨询、论证、问卷调查等方式开展需求调查，了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。

面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象一般不少于3个，并应当具有代表性。”

质疑事项6：详见附件

质疑事项6答复：本项目除了硬件设备的安装和调试，还涉及到软件系统的对接和调试，且数据最终上传到国家平台，涉及到数据安全、以及数据审核服务，提出“信息安全管理体系认证”、“信息技术服务管理体系认证”符合项目需求，并且经过市场调研，符合该资质要求的供应商超过三家以上，故该项要求合理，质疑不成立。

事实依据：财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知财库〔2021〕22号，

“第十条 采购人可以在确定采购需求前，通过咨询、论证、问卷调查等方式开展需求调查，了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。

面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象一般不少于3个，并应当具有代表性。”

综上所述，你公司的质疑事项1、2、3、4、4、5、6缺乏事实依

据，根据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，你公司的质疑事项不成立。

你公司如对本次答复不满意，可在质疑答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

特此答复。

质疑答复人：广西莲诺工程管理有限公司

质疑答复日期：2024年9月5日

