

质疑答复函

质疑人：南宁市汇百丰商贸有限公司

地址：南宁市青秀区朱槿路 11 号柬埔寨园区 1 号楼 B-0 号

法定代表人：谢莹彬

委托代理人：梁定山 电话：18677115593

我公司于 2024 年 8 月 5 日收到质疑人送达的靖西市人民医院体外高频热疗机采购项目{项目编号：BSZC2024-J1-250317-XHGL}的《质疑函》。针对质疑人提出的问题及请求，对质疑事项回复如下：

质疑事项 1：关于技术参数第 2 点：（额定工作频率：13.56MHz \pm 2%），吉林迈达 NRL-004 型号产品额定实际工作频率为：30.32MHz \pm 2%（左右极板频率）；60.68MHz \pm 2%（上下极板频率），应判定为负偏离。

质疑事项答复 1：根据质疑人和被质疑人（南宁市惠民医疗咨询有限公司）所提拱的佐证材料及《采购项目需求一览表》中技术需求第 2 点要求额定工作频率参数为 13.56MHz \pm 2%，被质疑人（南宁市惠民医疗咨询有限公司）所提供的设备此项参数为 30.32MHz \pm 2%和 40.68MHz \pm 2%，判为负偏离，质疑成立。

质疑事项 2：关于技术参数第 4 点：（输入功率： \leq 3500VA），吉林迈达 NRL-004 型号产品输入功率：5500VA，无法满足招标文件参数，应判定为负偏离。

质疑事项答复 2：根据被质疑人（南宁市惠民医疗咨询有限公司）提供的竞标响应表偏离说明中此项响应为负偏离，评标时已认定为负偏离，质疑不成立。

质疑事项 3：关于技术参数第 9 点：（9. 温度、功率、栅流、阳流、治疗时间等均可实现数字化显示功能），吉林迈达产品无法实现功率等数字化显示。真正实现数字化显示的只有温度、治疗时间、电压和电流，并没有实时功率显示，另外栅流、阳流也没有实质响应，根据招标文件参数要求，该技术参数应判定为负偏离。

质疑事项答复 3：根据质疑人提交的佐证材料，已向被质疑人（南

宁市惠民医疗咨询有限公司) 索取相关佐证材料, 根据被质疑供应商提供的相关佐证材料, 被质疑供应商所提供的设备无法检测“栅流”, 而只能检测“阳流”, 没有“栅流”的数字显示功能, 此项参数判为负偏离, 质疑成立。

质疑事项 4: 关于技术参数第 10 点(可控式电极板, 可实现电极二维运动模式, 上下电极左右同步行程 100mm 以上, 上电极板行程 200mm 以上, 下电极板行程 60mm 以上;), 吉林迈达设备的下电极板本身是固定不动的, 根本无法实现电动控制。

质疑事项答复 4: 根据竞争性谈判文件的《采购项目需求一览表》技术需求第 10 点要求中, 没有提到是上下移动, 只是提到“行程”且可左右移动。此项质疑不成立。

质疑事项 5: 关于技术参数第 14 点(主机显示面板: 显示功率、栅压、治疗时间, 配备烟雾报警指示灯、输出故障指示灯、双重超温报警指示灯(提供主机显示面板照片)。吉林迈达设备的主机显示面板上看, 根本看不到显示功率、栅压、治疗时间, 配备烟雾报警指示灯, 输出故障指示灯、双重超温报警指示灯, 只有单纯的急停按钮、设备操作按键(可实地考证)。根据招标文件参数要求, 该条技术参数应判定为负偏离。

质疑事项答复 5: 根据质疑人提交的佐证材料, 已向被质疑人(南宁市惠民医疗咨询有限公司) 索取相关佐证材料, 《采购项目需求一览表》中技术需求第 14 点要求, 被质疑供应商所提供的设备没有配备烟雾报警指示灯、且在主机面板上无法显示“功率”、“栅压”和“治疗时间”, 此项参数判为负偏离, 质疑成立。

综上所述, 质疑事项 2、质疑事项 4 不成立, 质疑事项 1、质疑事项 3、质疑事项 5 成立。被质疑供应商(南宁市惠民医疗咨询有限公司) 提供的设备参数负偏离已超过三项, 根据竞争性谈判文件第三章《采购需求》说明第 4 点, 被质疑供应商竞标无效, 取消成交结果。根据财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》第十六条规定, 本项目将重新开展采购活动。

如质疑供应商对本次答复不满意, 可以在答复期满后十五个工作

日内向同级政府采购监督管理部门投诉。感谢质疑供应商对本项目采购活动的支持和监督！

广西翔鸿工程管理服务有限公司

2024年8月13日

