

靖西市人民医院新院一批设备采购项目标项 6、标项 7(重)
(BSZC2025-G1-250024-GXBS)

标项 2:标项名称: 标项 7 全自动清洗消毒器、医用干燥柜、
医用真空干燥柜、硬式内镜清洗工作站、牙科手机清洗机、
绝缘检测仪、医用除锈仪、煮沸消毒器质疑事项答复

质疑供应商: 广西易太通商贸有限公司

法定代表人: 莫雪静

地址: 南宁市青秀区剪刀路 2 号二区 25、27 号二楼 203、205
号房

邮编: 530022

联系人/授权代表: 莫雪静

联系电话: 18775398276

贵公司关于《靖西市人民医院新院一批设备采购项目
(BSZC2025-G1-250024-GXBS) 标项 2:标项名称: 标项 7 全自动清洗
消毒器、医用干燥柜、医用真空干燥柜、硬式内镜清洗工作站、牙科
手机清洗机、绝缘检测仪、医用除锈仪、煮沸消毒器》的质疑函, 我
公司于 2025 年 4 月 21 日通过顺丰快递收悉。针对贵公司提出的质疑
事项, 我公司给予高度重视, 并进行认真核实, 现对质疑事项作答复
如下:

质疑事项: 中标单位存在虚假应标现象。

质疑请求：

1、核对此次中标人的投标文件，重点是其相关证明文件；

2、要求中标人就质疑事实依据，提供相关材料。

3、废除中仪医疗器械(广西)有限公司中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

质疑事项答复：

1. 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条及百色市政府采购负面清单，采购需求禁止：要求提供指定某一检测机构、某一部门所属的检测机构、检测日期的检测报告(另有规定的除外)，或要求出具权威机构的检验证书、证明文件等模糊表述。

贵公司提出的事实依据 6，对应本标段采购需求“1 全自动清洗消毒器 17 化学消毒功能本机带单独化学消毒程序，预留化学消毒功能模块，可以根据客户需要配备化学消毒功能。提供第三方化学消毒检测报告。”各投标人对此项参数响应，只要提供合法有效的检测报告即可，并非一定要提供国家权威机构出具的关于化学消毒的检测报告，贵公司对此项采购需求存在理解偏差。因此，质疑不成立。

2. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十二条的相关规定，贵公司提出质疑，应提供明确的事实依据及佐证材料。贵公司仅作主观陈述，缺乏事实依据及佐证材料，我公司驳回本次质疑。

如贵公司对本质疑答复不满意，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门投诉。感谢贵公司对我公司工作的关心和支持！

广西百色公共资源交易有限公司

2025年04月29日



