

关于 2024 年医疗设备采购(项目编号: NNZC2024-G1-991569-GXJT) 质疑的回复函

质疑供应商名称: 广西红美医疗投资有限公司

法定代表人: 徐腾

地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场西 1 栋 1305 号

授权代表: 郭秋梅

联系电话: 13260370619

邮编: 530023

贵公司于 2024 年 10 月 29 日通过现场递交的质疑函(落款时间为 2024 年 10 月 28 日, 质疑函中的采购文件获取日期为 2024 年 10 月 24 日), 我公司已收悉。针对贵公司提出的质疑事项, 我公司高度重视, 已第一时间报送采购人。经采购人确认, 现答复如下:

质疑事项 1:

招标文件中第 8 页采购需求中: 序号 1 呼吸机具体技术(参数) 要求中: 1.3 标配一块锂电池使用时间 ≥ 150 分钟。本条参数具有明显的科曼品牌偏向, 有歧视其他品牌嫌疑, 影响招标公平性。

质疑答复 1:

已对该参数作出更正, 具体详见本项目发布的更正公告。

质疑事项 2:

招标文件中第 11 页采购需求中: 序号 2 麻醉机具体技术(参数) 要求中: 4. 具备嵌入式顶光照明系统, LED 灯泡数量 ≥ 8 个, 且照明亮度无极可调。本条参数具有明显的科曼品牌偏向, 有歧视其他品牌嫌疑, 影响招标公平性。

质疑答复 2:

已对该参数作出更正, 具体详见本项目发布的更正公告。

质疑事项 3:

招标文件中第 12 页采购需求中: 序号 2 麻醉机具体技术(参数) 要求中: 7.1 分钟通气量监测范围: $0 \sim 100\text{L}/\text{min}$ 。只有迈瑞和科曼具备, 能参与的竞标的不足三家品牌。

质疑答复 3:

已对该参数作出更正, 具体详见本项目发布的更正公告。

质疑事项 4:

招标文件中第 12 页采购需求中: 序号 2 麻醉机具体技术(参数) 要求中: ▲9. 呼吸力学监测: 压力波形、流速波形、容量波形、 CO_2 波形、EEG 波形, 能够 5 道波形同屏显示。只有迈瑞和科曼具备, 能参与的竞标的不足三家品牌。



质疑答复 4:

已对该参数作出更正，具体详见本项目发布的更正公告。

质疑事项 5:

招标文件中第19页01分标，序号5的全自动凝血分析仪采购需求中：货物参数要求：

▲1. 检测方法及检测项目：四种方法学的血栓/止血分析系统，包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法检测。同时检测参数：可开展PT、APTT、TT、Fbg、AT、D-二聚体、FDP，内源性凝血因子，外源性凝血因子，vWF，蛋白C，蛋白S，纤溶酶原， α 2-纤溶酶抑制因子，血小板聚集等项目。本条参数具有明显的sysmex品牌偏向，有歧视其他品牌嫌疑，影响招标公平性。能参与的竞标的不足三家品牌。证据如下全自动凝血分析仪目前只有sysmex拥有凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法检测，市面上例如迈瑞医疗血凝仪、美国国家仪器实验室血凝仪、法国STAGO血凝仪、深圳雷杜血凝仪等其他品牌的血凝仪均不同时具备凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法。

质疑答复 5:

已对该参数作出更正，具体详见本项目发布的更正公告。

质疑事项 6:

招标文件中第19页01分标，序号5的全自动凝血分析仪采购需求中货物参数要求：▲4. 检测波长 ≥ 5 个，340nm/405nm/575nm/660nm/800nm五个检测波长，并且可根据HIL智能监测结果自动调整检测波长。并对溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血样本。本条参数具有明显的sysmex品牌偏向，有歧视其他品牌嫌疑，影响招标公平性。能参与的竞标的不足三家品牌。证据如下全自动凝血分析仪目前检测波长 ≥ 5 个，340nm/405nm/575nm/660nm/800nm 五个检测波长，市面上例如美国国家仪器实验室血凝仪、法国STAGO血凝仪、深圳雷杜血凝仪等其他品牌的血凝仪均不同时具备五个检测波长。

质疑答复 6:

经核查，该技术参数的设置符合采购项目特点和实际需要，且经市场调研，目前有不少三家及以上的品牌产品能满足该参数要求，不存在唯一性、倾向性、排他性。该质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立。

质疑事项 7:

招标文件中第22页01分标，序号6的免疫发光分析仪采购需求中：货物参数要求：▲8. 试剂位：双盘设计，单模块试剂位 ≥ 48 个，具备2个模块，两个模块试剂位 ≥ 96 个。具有试剂更换功能，支持不停机更换试剂，通过RFID扫码装载，实时记录试剂使用情况。本条参数具有明显的安图(AutoLumo)品牌偏向，有歧视其他品牌嫌疑，影响招标公平性。能参与的竞标的不足三家品牌。证据如下：由于本项目采购要求为国产产品，能满足单模块试剂位 ≥ 48 个，两个模块试剂位 ≥ 96 个，只有安图(AutoLumo)厂家一个品牌。国产主流品牌迈瑞，亚辉龙，新产业，迈克均不满足。唯一指向性证明材料：详见安图技术参数

和彩页。

质疑答复 7:

经核查,该技术参数的设置符合采购项目特点和实际需要,且经市场调研,目前有不少于三家及以上的品牌产品能满足该参数要求,不存在唯一性、倾向性、排他性。该质疑事项缺乏事实依据,质疑事项不成立。

质疑事项 8:

招标文件中第22页01分标,序号6的免疫发光分析仪采购需求中:货物参数要求:▲9.检测菜单:新冠抗体检测;肠道病毒71型IgM抗体;嗜肺军团菌IgM抗体;甲肝、丙肝、戊肝IgM抗体;乙肝两对半;艾滋、梅毒抗体;肺支、肺衣IgM抗体;优生十项(能提供亲和力五项检测);性激素、甲状腺激素;肿瘤十九项及结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应项目的检测。本条参数具有明显的安图(AutoLumo)品牌偏向,有歧视其他品牌嫌疑,影响招标公平性。能参与的竞标的不足三家品牌。证据如下:肠道病毒71型IgM抗体,甲肝、戊肝IgM抗体;(能提供亲和力五项检测),结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应,这五项只有安图(AutoLumo)厂家满足,国产主流品牌迈瑞,亚辉龙,新产业,迈克均不满足。唯一指向性证明材料:详见安图技术参数和彩页。

质疑答复 8:

已对该参数作出更正,具体详见本项目发布的更正公告。

质疑事项 9:

招标文件中第21-22页01分标,序号6的免疫发光分析仪采购需求中:货物参数要求:第1条、第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、第10条、第11条、第13条、第14条参数。上述10条参数均为安图(AutoLumo)厂家技术参数原版文字描述,具有唯一指向性,证明材料,详见技术参数和彩页。

质疑答复 9:

已对该参数作出更正,具体详见本项目发布的更正公告。

质疑答复法律依据:《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》。

贵公司如对本次答复不满意,根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定,有向政府采购监督管理部门投诉的权利。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持!



广西建通工程咨询有限责任公司

2024年11月5日