

**广西建通工程咨询有限责任公司关于
手术头架及软轴牵开系统采购【NNZC2024-G1-991167-GXJT（重）】
质疑答复函**

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商名称：广西仁怡贸易有限公司

地址：南宁市青秀区枫林路 15-7 号凤岭国际酒店 10 层 B22 号房

邮编：530022

法定代表人：吴泽林

联系电话：/

授权代表：陈豪

联系电话：18260860338

质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：手术头架及软轴牵开系统采购

质疑项目的编号：NNZC2024-G1-991167-GXJT（重）

采购人名称：南宁市第三人民医院

二、质疑答复：

广西仁怡贸易有限公司：

我公司于 2024 年 10 月 15 日收到贵公司以现场递交方式送达的关于手术头架及软轴牵开系统采购【项目编号：NNZC2024-G1-991167-GXJT（重）】的质疑函，针对贵公司质疑函中所提出的问题，我公司高度重视并及时报送采购人。经原评标委员会成员论证，采购人确认，现答复如下：

贵公司《质疑函》质疑具体事项内容为：

质疑事项 1：招标采购文件中技术参数要求第 1.3 条参数要求“头夹为双钉侧压力五刻度指示磅（0-8 0 p o u n d s），单钉侧无压力操作部件”投标供应商江西雄硕医疗器械有限公司提供的上海飞曼品牌，型号 FP-026-B 的技术参数为虚假材料应标。

事实依据：查看上海飞曼医疗科技有限公司官网及彩页，型号 FP-026-B 的头夹为单钉侧压力五刻度指示磅（0-8 0 p o u n d s），双钉侧无压力操作部件。

针对贵公司质疑事项 1 的答复：经原评标委员会成员进一步核实，质疑人所提供的质疑材料内容与复核查明的事实不符，中标单位所投产品技术参数完全满足本项目招标文件要求，质疑事项不成立。

质疑事项 2：招标采购文件中技术参数要求第 1.4 条参数要求“头夹固定臂呈双弓型设计，非弧型设计，便于侧卧位手术时脑牵拉系统的安装方便”投标供应商江西雄硕医疗器械有限公司提供的上海飞曼品牌，型号 FP-026-B 的技术参数为虚假材料应标。

事实依据：查看上海飞曼医疗科技有限公司官网及彩页，型号 FP-026-B 的头夹固定臂采用的为弧形设计。

针对贵公司质疑事项 2 的答复：经原评标委员会成员进一步核实，质疑人所提供的质疑材料内容与复核查明的事实不符，中标单位所投产品技术参数完全满足本项目招标文件要求，质疑事项不成立。

质疑事项 3：招标采购文件中技术参数要求第 2.2 条参数要求“球型阻尼头为纳米镜面设计，球头表面光滑，非粗制磨砂面。”投标供应商江西雄硕医疗器械有限公司提供的上海飞曼品牌，型号 FP-026-B 的技术参数为虚假材料应标。

事实依据：查看上海飞曼医疗科技有限公司官网及彩页，型号 FP-026-B 的万向连接器非球形阻尼头设计且为粗制磨砂面。

针对贵公司质疑事项 3 的答复：经原评标委员会成员进一步核实，质疑人所提供的质疑材料内容与复核查明的事实不符，中标单位所投产品技术参数完全满足本项目招标文件要求，质疑事项不成立。

质疑事项 4：招标采购文件中技术参数要求第 3.1 条参数要求“底座为双锁闭横杆固定设计，非单锁闭横杆设计，避免了单锁闭固定当压力过大时易锁闭挣脱弹开发生严重危险。”投标供应商江西雄硕医疗器械有限公司提供的上海飞曼品牌，型号 FP-026-B 的技术参数为虚假材料应标。

事实依据：查看上海飞曼医疗科技有限公司官网及彩页，型号 FP-026-B 底座为单锁闭横杆固定设计，非双锁闭横杆设计。

针对贵公司质疑事项 4 的答复：经原评标委员会成员进一步核实，质疑人所提供的质疑材料内容与复核查明的事实不符，中标单位所投产品技术参数完全满足本项目招标文件要求，质疑事项不成立。

质疑事项 5：招标采购文件中技术参数要求第 4.3 条参数要求“头圈采用内凹型卡式燕尾槽滑轨设计，非凸出型滑轨设计，避免了凸出型设计因软轴固定锁松动导致软轴术中



脱落的隐患。”投标供应商江西雄硕医疗器械有限公司提供的上海飞曼品牌，型号 FP-026-B 的技术参数为虚假材料应标。

事实依据：查看上海飞曼医疗科技有限公司官网及彩页，型号 FP-026-B 头圈采用凸出型滑轨设计，非内凹型卡式燕尾槽设计。

针对贵公司质疑事项 5 的答复：经原评标委员会成员进一步核实，质疑人所提供的质疑材料内容与复核查明的事实不符，中标单位所投产品技术参数完全满足本项目招标文件要求，质疑事项不成立。

综上所述，经原评标委员会成员复核查明，质疑事项 1、事项 2、事项 3、事项 4、事项 5 不成立，本项目原中标人“江西雄硕医疗器械有限公司”中标结果有效。

贵公司如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定，有向监督管理部门投诉的权利。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！

特此复函。

广西建通工程咨询有限责任公司

2024 年 10 月 22 日

