

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马一文	
	职称: 主管技师	
	工作单位: 广西区扶拐中心	
项目信息	项目名称: 乐业县人民医院 CT 球管采购项目	
	项目预算金额: 73 万元	
	供应商名称: 广西紫晶商贸有限公司	
专业人员论证意见	CT球管是CT机最核心的部件,更换球管必须专机专用,完全匹配,以确保其安全、高效、稳定和清晰、真实的图像质量。MCS-7171A球管作为目前乐业县人民医院联影CT机uCT710的唯一型号专用球管,原厂认证的专机专用备件,任何其他型号的X射线球管都无法满足该特定CT机的兼容性要求。广西紫晶商贸有限公司是该配件在百色市唯一的指定授权供应商,依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定第一款“只能从唯一供应商处采购的...”及《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》桂财规〔2021〕4号规定“只能从唯一供应商处采购的”的规定,为完全满足乐业县人民医院CT球管采购的临时使用要求,并且完全符合单一来源采购方式之规定,建议乐业县人民医院向广西紫晶商贸有限公司以单一来源采购方式进行CT球管的采购。	
专业人员签字	马一文	日期 2025 年 7 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：朱庆寿	
	职称：副主任医师	
	工作单位：南宁市第二人民医院	
项目信息	项目名称：乐业县人民医院 CT 球管采购项目	
	项目预算金额：73 万元	
	供应商名称：广西紫晶商贸有限公司	
专业人员论证意见	广西乐业县人民医院联影 UTC 710 球管已接近报废阶段，为保证 CT 设备的正常运转，需采购联影的 UTC 710 球管且球管属于专机专用配件，其他品牌的球管与原主机不匹配不兼容。为将近所余剩的球管与联影 CT 机匹配，本项目采购足能余剩原厂同规格同型号的球管，以保证 CT 设备的正常运转。 根据《中华人民共和国政府采购实施条例》和广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》桂财规〔2021〕4 号规定：只能从唯一供应商处采购因此本项目的 CT 球管则采用单一来源的采购方式。建议广西乐业县医院采用单一来源的采购方式，从广西紫晶商贸有限公司进行采购。	
专业人员签字	朱庆寿	日期 2025 年 7 月 30 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李锐	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 广西中医药大学一附院	
项目信息	项目名称: 乐业县人民医院 CT 球管采购项目	
	项目预算金额: 73 万元	
	供应商名称: 广西紫晶商贸有限公司	
专业人员论证意见	CT球管是贵重易损产品,且属于专机专用配件,其他品牌型号的球管其技术参数、外形规格与CT主机不兼容。现有乐业县人民医院CT球管已达到使用寿命值,为保证设备的正常使用,只能采购原厂同规格同型号的球管。乐业县医院使用CT为联影CT机uCT710, MCS-7171A球管是其专用球管,无任何第三方球管可替换。广西紫晶商贸有限公司是该配件在百色市唯一指定供应商,能提供联影全新原装球管。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定:“符合下列情形之一的货物或服务,可以依照本法采用单一来源采购方式采购:”及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条规定:“政府采购法第三十一条规定的货物或服务使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购。” 建议乐业县人民医院向广西紫晶商贸有限公司以单一来源采购方式采购CT球管。	
专业人员签字	李锐	日期 2025年 7 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。