


## 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 钟易  |                 |
|          | 职称: 副主任医师   |                 |
|          | 工作单位: 广西医学院   |                 |
| 项目信息     | 项目名称: CT球管采购  |                 |
|          | 项目预算金额: 132万元   |                 |
|          | 供应商名称: 广西平多贸易有限公司   |                 |
| 专业人员论证意见 | <p>凤山县人民医院原拟向单一来源采购CT机型号为:UC710),配有球管型号为MCS-711A,由于该球管为UC710 CT机专用球管,无法向第三方球管厂替代。目前广西平多贸易有限公司是该CT管球管配件的河池区域内唯一指定供应商,因此建议根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式的通知》(桂财规〔2021〕4号)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中“与单一供应商处采购”的相关规定,建议因单一来源采购的方式进行采购。</p> |                 |
| 专业人员签字   |    | 日期: 2024年10月23日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: <u>李强</u>   |                        |
|          | 职称: <u>主治医师</u>   |                        |
|          | 工作单位: <u>广西中医药大学一附院</u>   |                        |
| 项目信息     | 项目名称: <u>CT球管采购</u>   |                        |
|          | 项目预算金额: <u>132万元</u>  |                        |
|          | 供应商名称: <u>广西平多贸易有限公司</u>  |                        |
| 专业人员论证意见 | <p>凤山县人民医院联影CT机(型号为UC710)其球管型号(MCS-7171A)是价值易损备件,不是单独存在使用的设备,必须要通过国家食品药品监督管理局对球管与CT机整机相匹配检测合格,才能投入使用,确保图像高级和更佳的图像质量。广西平多贸易有限公司是该配件在河池区域内唯一指定供应商,提供联影最新原装球管。根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府集中采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规〔2017〕4号),《中华人民共和国政府采购法实施条例》中“只能从某一特定供应商处采购”相关条款,建议用单一来源采购的方式进行采购。</p> |                        |
| 专业人员签字   | <u>李强</u>   | 日期: <u>2024年10月23日</u> |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |                 |
|----------|--|-----------------|
| 专业人员信息   | 姓名:  |                 |
|          | 职称: 副主任技师  |                 |
|          | 工作单位: 南宁市疾控中心  |                 |
| 项目信息     | 项目名称: CT球管采购   |                 |
|          | 项目预算金额: 132万元  |                 |
|          | 供应商名称: 广西平多贸易有限公司  |                 |
| 专业人员论证意见 | <p>经向单位目前所使用的CT机为联影(UCT70)其配套使用的球管为MOS-701A, 球管属于高值易损配件, 目前采购单位的CT机使用频率较高, 为防止因球管问题造成机器停机影响患者的临床诊疗需求, 需要采购与原有CT机匹配的球管, 广西平多贸易有限公司是该型号球管在河池区域内唯一指定供应商。</p> <p>根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府单一来源采购方式管理的通知》(桂财规〔2021〕4号)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中“只能从某一特定供应商处采购”的相关条款, 建议对该单一来源采购的方式进行采购。</p> |                 |
| 专业人员签字   |  | 日期: 2024年10月23日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。