

专家评标专家需求表

使用单位（盖章）：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司 项目编号：/

评标（咨询）项目名称	河池市第一人民医院医用血管造影X射线系统全保服务采购项目		
评标时间	2025-07-11 11:20	预计所需时间	1.0小时
评标地点	广西鑫磐工程项目管理有限责任公司(河池市金城江区育才路一卷2号)	项目预算安排资金	1350000
评标咨询项目所需人数	3		
投标单位数量		采购方式	单一来源
通知方式	电话联系	联系电话	0778-2111666
备注			

负责人：梁才武 填表人：梁才武 打印时间： 2025-07-11 11:28

注：上述内容由招标单位负责填写。

专家名单						
专家姓名	工作单位	职称	单位电话	身份证号及银行卡信息	手机号码	签到
史峻崎	河池市转染病专科医院	主治医师		身份证： 452701195708130015 开户银行：中国农业银行 银行账号： 6228482848332516871	13907785259	
韦庆铁	退休	高级工程师		身份证： 45270119640907031X 开户银行：中国建设银行 银行账号： 6217003430000798462	13877860552	
蓝贵才	河池市人民医院	高级工程师		身份证： 452730197507053819 开户银行：中国银行河池市 华隆支行 银行账号： 6235862600000014126	13768184779	

采购人代表名单						
专家姓名	工作单位	职称	身份证号	单位电话	手机号码	签到

注：专家抽取由采购办负责，并通知到人，反馈意见由招标人负责填写。

专家情况反馈意见

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	史峻崎
	职称:	主治医师
	工作单位:	河池市佳泰病专科医院
项目信息	项目名称:	河池市第一人民医院医用血管造影X射线系统全保服务采购项目
	项目预算金额:	135万元/年
	供应商名称:	广西征瑞医疗器械有限公司
专业人员论证意见	河池市第一人民医院的2台医用血管造影X射线系统分别是:飞利浦Azurion 7M20以及飞利浦Allura Xper FD20,属于高技术精密设备,其关键技术受专利、专有技术保护,设备维保涉及专用球管更换,软件更新等专有技术,具有唯一性和不可替代性,必须是原厂生产的才能兼容,其他品牌不能代替,因此该设备的维保只能是原厂维保或由取得原厂授权的经销商进行维保。广西征瑞医疗器械有限公司作为以上设备厂家的授权维保服务商,能为采购人提供原厂维修保养服务。项目符合桂财规[2021]4号文“一、单一来源采购方式适用的情形”中“(一)只能从唯一供应商处采购”第1种情形,依法建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	史峻崎	日期:2025年7月11日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>蓝贵才</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>河池市人民医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>河池市第一人民医院医用血管造影X射线系统全保服务采购项目</u>	
	项目预算金额: <u>135万元/年</u>	
	供应商名称: <u>广西征瑞医疗器械有限公司</u>	
专业人员论证意见	系统拟对飞利浦Azurion 7M20以及飞利浦 Allura per FD 20 两台医用血管造影X射线系统进行维保和系统升级服务采购。对该类设备的维保维护和升级需取得原厂授权的密码权限或专用调试软件进行操作,维保过程中需要更换的主要部件(如球管等)也必须使用原厂生产的产品。全过程维保服务需要使用到设备制造商的专利、专有技术及软件著作权等,服务提供商必须是原设备制造商或者授权供应商,具有唯一性和不可替代性。现广西征瑞医疗器械有限公司作为唯一取得以上设备生产厂家授权之维保服务商,符合招标文件2021年4号文“一、单一来源采购方式适用情形中”(一)只将能从唯一供应商处采购“第一种情形的规定,建议依法采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	<u>蓝贵才</u>	日期 <u>2025</u> 年 <u>7</u> 月 <u>11</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>韦庆铁</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>退休</u>	
项目信息	项目名称: 河池市第一人民医院医用血管造影X射线系统全保服务采购项目	
	项目预算金额: 135万元/年	
	供应商名称: 广西征瑞医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	采购单位需要维保的2台飞利浦医用血管造影X射线系统均属高端技术设备.设备维保涉及球管等主要部件的更换及系统软件的外级.受先进的专利.专有技术保护.需使用到不公开的专利.专有技术,具有不可替代性,维保供应商不是原生产商维保或者没有获得原厂授权就无法对该设备提供维保服务.广西征瑞医疗器械有限公司作为以上设备原厂唯一授权维保服务提供商,符合桂财[2021]4号文“一.单一来源采购方式适用的情形”中“(一)只能从唯一供应商处采购”第1种情形的规定,建议依法采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	<u>韦庆铁</u>	日期 <u>2025</u> 年 <u>7</u> 月 <u>11</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。