


附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韦玉匀	
	职称: 高级经济师	
	工作单位: 河池市中医医院	
项目信息	项目名称: 河池市第一人民医院 1.5T 磁共振梯度线圈采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购单位购买的西门子1.5T核磁Aera是原装进口设备,其备件和软件升级服务只有原厂才能提供,相关维修服务,具有独有的核心技术,软硬件维修其他厂家无论从工具零配件和技术上都未能完成采购单位1.5T磁共振梯度线圈的维修与更换,其他品牌型号的部件无法匹配,兼容和替代,只能从西门子医疗系统有限公司采购。</p> <p>故该项目符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规[2021]4号)之第一种适用情形:“只能从唯一供应商处采购的,即因使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求等,导致只能从某一特定供应商处采购的”。</p> <p>综上所述,“河池市第一人民医院1.5T磁共振梯度线圈采购项目”符合单一来源采购情形。</p>	
专业人员签字	韦玉匀	日期 2024年11月15日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 史峻崎	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 河池市传染病专科医院(退休)	
项目信息	项目名称: 河池市第一人民医院 1.5T 磁共振梯度线圈采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>1.5T 磁共振梯度线圈为西门子核磁共振原装进口设备的专用部件。而本项目更换的部件具有唯一性, 该产品符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》桂财规(2021)4号文件第一种适用情况: “只能从唯一供应商处采购的, 即因使用不可替代的专利、专有技术或者公共服务项目具有特殊要求等, 导致只能从某一特定供应商处采购的”。本项目所采购的部件是其他品牌型号的部件无法匹配兼容和替代。</p> <p>因此: “河池市第一人民医院 1.5T 磁共振梯度线圈采购项目”符合单一来源采购的情形。同意推荐。</p>	
专业人员签字		日期 2020年 11月15日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王一中	
	职称: 工程师	
	工作单位: 河池市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 河池市第一人民医院 1.5T 磁共振梯度线圈采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>西门子1.5T核磁共振Aera是最佳设备,在河池市中必须在此完成,硬件必须使用原厂的产品,只有原厂才能提供完备的售后服务,高效和最优的产品,因此只能采购原厂产品。</p> <p>该设备符合《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步规范政府采购方式管理的通知》桂政办(2004)4号文中“一种通用情形”只能从唯一供应商采购的,即因技术不可替代的专利专拆技,或者公共服务项目具有特殊要求等,导致只能从某一特定供应商处采购。该设备符合单一来源采购情形。</p>	
专业人员签字	王一中	日期: 2024年11月15日

广西永信万凯项目管理有限公司

单一来源论证专家签到表

项目名称：河池市第一人民医院1.5T磁共振梯度线圈采购项目

论证时间：2024年11月15日

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话	备注
1	王心	河池市妇幼保健院	主任医师	13607788800	
2	韦玉匀	河池市中医医院	高级经济师	13471886927	
3	史峻峰	河池市佳泰病专科医院	主治医师	1390785259	