


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王君	
	职称: 主管医师	
	工作单位: 广西药用植物园	
项目信息	项目名称: DSA球管采购	
	项目预算金额: 125.00万元	
	供应商名称: 南宁冠领医疗科技有限公司	
专家人员 论证意见	<p>平等县人民医院采购的DSA球管设备,为精密的介入治疗手术仪器,该设备的球管是设备的核心部件,其所以能通过高压产生X射线,穿透人体采集图像形成图像,通过动态图像进行观察介入导丝路径及介入支架的情况,达到介入检查治疗的效果。</p> <p>该设备的球管型号为2216500,为专用零部件,由GE公司生产,目前市面上其它品牌球管不能通用,为了设备的整体兼容性和图像质量。符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府购买单一来源采购方式管理的通知》第一条情形,建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签名		日期: 2025年1月10日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李川英	
	职称:	副主任护师	
	工作单位:	退休	
项目信息	项目名称:	DSA球管采购	
	项目预算金额:	125.00万元	
	供应商名称:	南宁冠领医疗科技有限公司	
专家人员 论证意见	<p>天等县人民医院购置的DSA球管采购设备为精密的放射手术仪器，该设备的核心部件作用通过高压产生X射线成像，达到介入检查治疗的效果。</p> <p>设备的重要配件2216500型球管为专用零件由CE公司生产，目前市面上的其他品牌球管不能通用，为了设备的整体兼容性和图像质量，采购来源单一供应方式。</p> <p>综上所述，该项目符合《广西壮族自治区政府关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的意见》中第（一）种情形，建议采用单一来源方式进行采购。</p>		
专业人员签名	李川英	日期:	2025年1月10日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>卢国浩</u>	
	职称: <u>主任医师</u>	
	工作单位: <u>中山大学附属第一医院广西医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>DSA球管采购</u>	
	项目预算金额: <u>125.00万元</u>	
	供应商名称: <u>南宁冠领医疗科技有限公司</u>	
专家人员 论证意见	<p>天等县人民医院因购置的由GE公司生产的医用血管造影X射线系统OPTIMA IGS 330 TCH型设备的球管故障,需维修更换全新的221650型球管。该球管为此设备的核心物件,需要有独立的注册证。</p> <p>为确保该设备稳定运转,图像质量及有效延长设备的使用寿命等要求,给予最安全、最稳妥的维修方案为选用原厂生产的球管。目前国内能提供原厂球管的企业是通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司,而南宁冠领医疗科技有限公司是该公司在广西崇左地区的售后代理商,除这家公司外其他公司均无法提供原厂球管。故出现了“只能从唯一供应商处采购”的情形。</p> <p>综上所述,本项目符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》中描述的第一种情形,建议采用单一来源方式,进行采购。</p>	
专业人员签名	<u>卢国浩</u>	日期: <u>2025</u> 年 <u>1</u> 月 <u>10</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。