

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王海文	
	职称: 主管药师	
	工作单位: 崇左市人民医院	
项目信息	项目名称: 飞利浦 CT 球管	
	供应商名称: 南宁冠领医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	该项目所采购的CT球管规格为原厂家所有,同品牌及其它品牌的CT球管无法与原设备兼容及互通。 为防止因球管问题造成机器停机和时间延长,不影响医院临床、科研教学工作,且不降低其使用性能,故只有原品牌进口CT球管才能达到采购要求。 原品牌进口CT球管技术成熟,寿命长,性价比高于市场上同品牌及其他品牌的CT球管。 综上所述,原品牌配套使用的CT球管的特殊性及其不可替代性,符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条规定:“政府采购法第三十一条第一项规定的情形是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术或者公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购。” 建议本项目采用单一来源采购方式进行采购。	
	专业人员签字: 王海文	日期: 2020年 9 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 颜锋	
	职称: 主管药师	
	工作单位: 崇左市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 飞利浦 CT 球管	
	供应商名称: 南宁冠领医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	该院原购置的飞利浦32排CT机为进口品牌且球管为CT机的主要核心部件,为原厂独有,其它品牌的球管无法匹配兼容互通。故只能采购原厂球管。南宁冠领医疗科技有限公司是代理原厂球管的独家供货商。 因该产品无法通过其它品牌相匹配,符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》桂财规〔2021〕4号规定:“(一)只能从唯一供应商处采购的,即因使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求等,导致只能从某一特定供应商处采购的。”本项目只能通过单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	颜锋	日期 2024 年 9 月 13 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 易方烈	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 崇左市中医壮医医院	
项目信息	项目名称: 飞利浦 CT 球管	
	供应商名称: 南宁冠领医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	CT球管作为CT机设备核心配件,由飞利浦独家生产,有统一规格要求,原厂飞利浦公司有不可替代的专利和专用技术服务,为保证设备的正常运行,建议采购原厂生产的CT球管。 故本项目只能采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	易方烈	日期 2020 年 9 月 13 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源论证专家基本情况登记表

项目名称：飞利浦 CT 球管

预算金额：152 万元

姓名	工作单位	身份证号	职称	联系电话
易方利	肇庆市中西医结合医院	452129196306160412	主治医师	13829780703
颜峰	肇庆市妇幼保健院	45030519780517001X	主管药师	15007817678
叶淑文	肇庆市人民医院	45010319760525205X	主管药师	18071192600