

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： 罗彩燕
	职称： 副主任技师
	工作单位： 平南县妇幼保健院
项目信息	项目名称：平南县中医医院 GY2600 型医用空气加压氧舱维修项目
	项目预算金额：伍拾玖万陆仟柒佰元整（¥596700.00）
	供应商名称：烟台宏远氧业股份有限公司
专业人员 论证意见	<p>本项目拟采购维修 GY2600 型医用空气加压氧舱维修项目，其中更换设备中吸氧调节器属专利产品，其更新的设备配件、耗材等均使用原厂配件有利于设备兼容匹配，设备运行更加稳定、可靠。该设备原厂家为烟台宏远氧业股份有限公司，尚在经营。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，建议本项目采用单一来源采购方式，采购原厂配件及维修服务。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条相关规定，本项目符合采用单一来源采购。</p>
专业人员 签字	<p>罗彩燕</p> <p>日期：2024 年 6 月 17 日</p>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 覃常	
	职称: 中级职称	
	工作单位: 平南县宇诚房地产评估事务所(普通合伙)	
项目信息	项目名称: 平南县中医医院 GY2600 型医用空气加压氧舱维修项目	
	项目预算金额: 伍拾玖万陆仟柒佰元整 (¥596700.00)	
	供应商名称: 烟台宏远氧业股份有限公司	
专业人员 论证意见	<p>本项目拟采购维修GY2600型医用空气加压氧舱。该设备为平南县人民医院旧院区闲置的设备。采购单位拟采购GY2600整舱设备维修服务,属于特种设备、大型医疗设备。根据GB/T 12130-2020《氧舱》、TS 924-2015《氧舱安全技术监察规程标准》及相关指导,为保证整机性能匹配及原设备完美兼容互通,避免设备运转故障以及其他危害患者安全问题的发生,应采用相同规格型号相同参数的产品。从上面可以看出,该项目具有特殊要求,要有相应的专有技术。所以只能采购原厂配件及维修服务,原厂家为:烟台宏远氧业股份有限公司,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条相关规定,本项目符合采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员 签字	覃常	日期: 2024年 6月 17日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 韦君城
	职称: 高级审计师
	工作单位: 平南县人民医院
项目信息	项目名称: 平南县中医医院 GY2600 型医用空气加压氧舱维修项目
	项目预算金额: 伍拾玖万陆仟柒佰元整 (¥596700.00)
	供应商名称: 烟台宏远氧业股份有限公司
专业人员 论证意见	<p>基于以下原因, 建议采用单一来源采购方式。</p> <p>① 为保证医疗设备安全, 使用原厂适配的配件及软件维护, 以利设备运行稳定有效。</p> <p>② 根据中国政府采购网 (LZJC2024-G1230158-GX74) 中标公告、SDGP370681000202402000050 成交公告, 本项目最高控制价 59.67 万元, 略占优势。</p>
专业人员 签字	<p>日期: 2024年 6月 17日</p> <p>韦君城</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。