

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商： 贝登（惠州）生物科技有限公司

地址： 广东省惠州市博罗县石湾镇湖山村湖兴路第一栋一楼厂房

邮编： 516157

联系人： 刘燕辉 联系电话： 13711600856

授权代表： 杨妮

联系电话： 15795663527

地址： 广东省惠州市博罗县石湾镇湖山村湖兴路第一栋一楼厂房 邮编：

516157

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称： 广西壮族自治区人民医院超低温冰箱和医用冷藏箱采购

质疑项目的编号： GXZC2024-J1-004025-GCZX

采购人名称： 广西壮族自治区人民医院

质疑事项： 广西壮族自治区人民医院超低温冰箱和医用冷藏箱采购（项目编号：

GXZC2024-J1-004025-GCZX）谈判文件具有排他性

竞争性谈判文件 竞争性谈判文件获取日期： 2024年6月7日

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： 竞争性谈判文件目录第三章的标项二的医用冷藏箱技术需求，序号 2 医
用冷藏箱（2℃~8℃）（二）第 18 条

事实依据： 依据竞争性谈判文件参数，详细参数如下：

项目名称：广西壮族自治区人民医院超低温冰箱和医用冷藏箱采购
项目编号：GXZC2024-J1-004025-CZGX

2	<p>医用冷藏箱 (2℃~8℃) (二)</p>	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> ▲规格：有效容积>390L，立式单门，功率<300W。 门体：PVC材质门框，隐藏式门把手，外部尺寸：高度<1992mm，宽度<660mm，深度<673mm，方便进门及置放。 玻璃门：双层钢化玻璃门，带电加热功能，防止凝露。 控制系统：微电脑板控制，数字显示箱内温度，可通过调整设定使箱内温度恒定控制在2~8℃，调节增量0.1℃，显示精度0.1℃。三位密码设计，防止随意调整参数。 制冷系统：丝管式冷凝器，翅片式蒸发器，压缩机，采用碳氢环保制冷剂，节能环保。 感温系统：高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、温度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 温度均匀性、波动性：风冷式结构，强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性、波动性；温度均匀性、波动性<2℃，供货时提供第三方检测机构报告复印件，否则视为验收不合格。 报警模式：具有高温、低温、高环温报警、传感器故障、开门、断电报警、电池电量低报警、显示屏通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 电池能效：箱内配有电池，断电后支持声光报警不小于24小时。 内部照明：LED冷光源设计，亮度高，低功耗。 安全锁：门体暗锁设计，保证存储物品的安全。可外接挂锁，实现双人双锁，物品存放安全。 物品置放：高密度钢丝金属搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（6搁架+1吊篮）。 冷凝水：冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水。 内胆材质：HIPS材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 数据接口：配置USB数据导出接口，485数据接口、远程报警接口。 打印配置（选配）（选配费用不包含在本次报价中）：温度记录打印机，打印数据应包含时间、温度数据。 测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。 投标时提供产品节能认证、环保认证证明材料。
---	----------------------------------	---

法律依据：

1. 中华人民共和国政府采购法第二十二条第六点，法律、行政法规规定的其他条件。
采购人可以根据采购项目特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
2. 第二十五条，政府采购当事人不行相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。
2. 3 第七十一条第四点，以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

质疑事项 2：竞争性谈判文件目录第三章的标项二的医用冷藏箱技术要求，序号 3 医用冷藏箱（2℃~8℃）（三）第 17 条

事实依据：依据招标文件参数如下依据竞争性谈判文件参数，详细参数如下：

2	<p>医用冷藏箱 (2℃~8℃) (二)</p>	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> ▲规格：有效容积>390L，立式单门，功率<300W。 门体：PVC材质门框，隐藏式门把手，外部尺寸：高度<1992mm，宽度<660mm，深度<673mm，方便进门及置放。 玻璃门：双层钢化玻璃门，带电加热功能，防止凝露。 控制系统：微电脑板控制，数字显示箱内温度，可通过调整设定使箱内温度恒定控制在2~8℃，调节增量0.1℃，显示精度0.1℃。三位密码设计，防止随意调整参数。 制冷系统：丝管式冷凝器，翅片式蒸发器，压缩机，采用碳氢环保制冷剂，节能环保。 感温系统：高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、温度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 温度均匀性、波动性：风冷式结构，强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性、波动性；温度均匀性、波动性<2℃，供货时提供第三方检测机构报告复印件，否则视为验收不合格。 报警模式：具有高温、低温、高环温报警、传感器故障、开门、断电报警、电池电量低报警、显示屏通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 电池能效：箱内配有电池，断电后支持声光报警不小于24小时。 内部照明：LED冷光源设计，亮度高，低功耗。 安全锁：门体暗锁设计，保证存储物品的安全。可外接挂锁，实现双人双锁，物品存放安全。 物品置放：高密度钢丝金属搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（6搁架+1吊篮）。 冷凝水：冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水。 内胆材质：HIPS材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 数据接口：配置USB数据导出接口，485数据接口、远程报警接口。 打印配置（选配）（选配费用不包含在本次报价中）：温度记录打印机，打印数据应包含时间、温度数据。 测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。 投标时提供产品节能认证、环保认证证明材料。 	<p>6</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 照明装置：内置LED冷光源，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。 5. 制冷系统：采用高效压缩机，变频电机，节能环保，静音，环保制冷剂：风冷式丝管式冷凝器，翅片式蒸发器，冷凝内自动加热功能，防止凝露。 6. 温度控制：具有微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、温度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 7. 控温性能：强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，箱内温度波动范围≤3℃，可通过设定温度使箱内温度维持在2~8℃范围内。 8. 温度显示：无级数显温度屏，地宽柔和，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃。 9. 产品配置：配置≥12个带标签卡搁架，方便存放物品标识。门体暗锁设计，防止随意开启。4个方向脚踏（其中2个为脚踏禁止启动），脚踏固定方便。 10. 报警功能：具有高温、低温、传感器故障、开门、断电报警等多种功能，物品存放安全。声光报警、微电脑门体/时间/温度报警，具备远程报警接口。 11. 两个电加热插口，防凝露设计，实现22℃恒温30%湿度条件下无凝露；自动门设计。 12. 警电话：提供≥40小时显示报警功能，并为用户提供打印机、USB接口供电。 13. 数据接口：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当前页上全部数据，并支持PDF格式。U盘特殊连接可自动存储温度曲线。提供485接口。 14. 运行安全：当控制/报警传感器发生故障时，应能报警并切断电源，确保存储安全。 15. 冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 16. 测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。 17. 投标时提供产品节能认证、环保认证证明材料。
2	<p>医用冷藏箱 (2℃~8℃) (三)</p>	<p>6</p> <ol style="list-style-type: none"> ▲产品规格：有效容积>1000L，立式，双门结构，电加热玻璃门，具有多种门体加热模式，具备自动关门功能，隐藏式门把手。 ▲外部尺寸：高度<2000mm，宽度<1250mm，深度<900mm，方便进门及置放。 ▲箱体材料：内胆采用喷塑钢板，内胆采用喷塑铝板，保温材料：壳CFC聚氨酯发泡。 	<p>6</p> <ol style="list-style-type: none"> ▲产品规格：有效容积>900L，立式，双门结构。 ▲外部尺寸：高度<2000mm，宽度<1200mm，方便进门。 ▲箱体材料：内胆采用201彩色板，内胆采用喷塑铝板。 ▲保温材料：壳CFC聚氨酯发泡。 ▲照明装置：内置LED冷光源，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

法律依据：

1. 中华人民共和国政府采购法第二十二条第六点，法律、行政法规规定的其他条件。采购人可以根据采购项目特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
2. 第二十五条，政府采购当事人不行相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。
3. 第七十一条第四点，以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：针对以上两项，不属于国家强行认证，我司要求公平对待每一个供应商，取消本条条款

签字（签章）：

刘艺梅

日期：

2024.6.18



说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

法定代表人授权委托书

致：广西壮族自治区人民医院：

我杨妮系贝登(惠州)生物科技有限公司的(法定代表人/负责人/自然人本人)，
现授权刘燕辉以我方的名义参加广西壮族自治区人民医院超低温冰箱和医用冷藏箱采购
项目的竞标活动，并代表我方办理本项目的质疑事项，针对上述项目，办理本项目质疑事项
的具体事务和签署本项目相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代
理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面扫描件

委托代理人（签字或者电子签名）：刘燕辉 法定代表人（签字或者电子签名）：杨妮
委托代理人身份证号码：441322198504242710

供应商（盖公章或电子签章）



注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字；
2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。